



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/0/2022, EHK 1320

Aktualizované očekávané výsledky: **Sérologie SARS-CoV-2**

Vzorek	anti S IgA	anti S IgG	anti N IgG
A	negativní	negativní	negativní
B	hraniční*	pozitivní	pozitivní
C	pozitivní	pozitivní	pozitivní
D	pozitivní	pozitivní	hraniční

* hraniční i pozitivní výsledek je hodnocen stejně

Vzorky byly individuálně kódované, takže vzorek A v tabulce nemusí odpovídat vzorku č. 1 na štítku zkumavky.

V Praze dne 16. 12. 2022

Vypracoval: RNDr. Helena Jiřincová, Mgr. Jaromíra Večeřová, Ph.D.