



Státní zdravotní ústav

Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti

Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA

podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2010

Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/4-1/2020, EHK – 1112

## Očekávané výsledky

Vzorek	Kvalitativní výsledky sérologických testů					Slovní hodnocení	
	Celkové protilátky	IgG	IgA	IgM	IgE	Interpretace I	Interpretace II
A	P	P	N	N	N	S	G-
B	P	P	N	P	N	PA	G-
C	P	P	N	P	N	PA	G-
D	P	P	P	P	P	A	G+
E	P	P	P	P	P	A	G+

### Vysvětlivky:

#### Kvalitativní výsledky sérologických testů

- N:** negativní
- H:** hraniční
- P:** pozitivní

#### Slovní hodnocení

##### Interpretace I

- N:** Negativní, neobsahující antitoxoplasmické protilátky.
- S:** Séropozitivní, antitoxoplasmické protilátky přetrvávající po toxoplasmóze prodělané před delším časem.
- A:** Probíhající akutní toxoplazmóza je pravděpodobná
- PA:** Postakutní toxoplazmóza – hladiny protilátek ještě nestačily zcela poklesnout po již prodělané akutní fázi.

##### Interpretace II

- N:** Negativní, momentálně neinfikován *Toxoplasma gondii*.
- K:** Klinické příznaky pacienta mohou souviset s toxoplazmózou.
- L:** Latentní toxoplazmóza. Případné klinické příznaky pacienta nejspíše s toxoplazmózou nesouvisí.
- G+:** Primoinfekce v graviditě s rizikem infekce plodu je možná.
- G-:** Primoinfekce v graviditě nepravděpodobná, gravidita nejspíše není toxoplazmózou ohrožena.
- O+:** Případné změny na očním pozadí mohou souviset s toxoplazmózou.
- O-:** Souvislost případných změn na očním pozadí s toxoplazmózou je nepravděpodobná.

13. 3. 2020

RNDr. Petr Kodým, CSc.  
koordinátor EHK TOXO