

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHK 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Tab.1 Výsledky laboratoří ve skupině anti S IgA

Lab.	Vzorek				Celkem bodů	Shoda	Uspěla	Výrobce	Souprava	Šarže
	A	B	C	D		%				
13	2	1	2	2	7	88	ANO	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E220824AQ
20	2	2	2	2	8	100	ANO	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgA	100085880
28	2	2	2	2	8	100	ANO	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP
32	2	2	2	2	8	100	ANO	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100072114
64	2	2	2	2	8	100	ANO	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E210923AH
66	2	1	1	0	4	50	NE	DIESSE Diagnostica Senese	Chorus Trio	100085764
138	2	2	2	2	8	100	ANO	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E210923AH
290	2	2	2	2	8	100	ANO	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100062212
373	2	2	2	2	8	100	ANO	Testline	EIA COVID-19 RBD	0100063335P01
376	2	1	2	0	5	63	NE	Vidia	VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgA kvanti	020221/109
386	2	1	2	2	7	88	ANO	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP
554	2	2	2	2	8	100	ANO	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP
560	2	2	2	2	8	100	ANO	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100072114
566	2	1	2	2	7	88	ANO	Testline	neuveдено	100072114
736	2	2	2	2	8	100	ANO	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E201111DM

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHk 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Tabulka 2: Anti S IgA: Přehled výsledků pro jednotlivé vzorky

Č. Lab	Vzorek	Antigen	Hodnota	Jednotky	Hodnocení	Očekávaný výsledek	Dosaženo bodů	Výrobce	Souprava	Šarže
13	A	S	0,16	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E220824AQ
20	A	S1/RBD	16,077	JINÉ	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgA	100085880
28	A	S1/RBD	0,63	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP
32	A	S1/RBD	0,29	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100072114
64	A	S1/RBD	0,491	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E210923AH
66	A	JINÉ	0,4	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	neuveдено	Chorus Trio	100085764
138	A	S1/RBD	0,1	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E210923AH
290	A	S1/RBD	0,2	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100062212
373	A	S1/RBD	0,3	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD	0100063335P01
376	A	S1/S2	368	IU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Vidia	VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgA kvanti	020221/109
386	A	S1/RBD	0,076	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP
554	A	S	0,15	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP
560	A	S1/RBD	0,47	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100072114
566	A	S1/RBD	0,162	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Testline	neuveдено	100072114
736	A	S1/RBD	0,64	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E201111DM
13	B	S	0,76	IP	NEGATIVNÍ	Hraniční/pozitivní	1	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E220824AQ
20	B	S1/RBD	22,3	JINÉ	POZITIVNÍ	Hraniční/pozitivní	2	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgA	100085880
28	B	S1/RBD	1,29	IP	POZITIVNÍ	Hraniční/pozitivní	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP
32	B	S1/RBD	1,64	IP	POZITIVNÍ	Hraniční/pozitivní	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100072114
64	B	S1/RBD	1,027	IP	HRANIČNÍ	Hraniční/pozitivní	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E210923AH
66	B	JINÉ	0,4	IP	NEGATIVNÍ	Hraniční/pozitivní	1	DIESSE Diagnostica Senese	Chorus Trio	100085764
138	B	S1/RBD	1,1	IP	HRANIČNÍ	Hraniční/pozitivní	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E210923AH
290	B	S1/RBD	0,9	IP	HRANIČNÍ	Hraniční/pozitivní	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100062212
373	B	S1/RBD	1	IP	HRANIČNÍ	Hraniční/pozitivní	2	Testline	EIA COVID-19 RBD	0100063335P01
376	B	S1/S2	514	IU/ML	NEGATIVNÍ	Hraniční/pozitivní	1	Vidia	VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgA kvanti	020221/109
386	B	S1/RBD	0,66	IP	NEGATIVNÍ	Hraniční/pozitivní	1	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHK 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Č. Lab	Vzorek	Antigen	Hodnota	Jednotky	Hodnocení	Očekávaný výsledek	Dosaženo bodů	Výrobce	Souprava	Šarže
554	B	S	1,29	IP	POZITIVNÍ	Hraniční/pozitivní	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP
560	B	S1/RBD	1,08	IP	HRANIČNÍ	Hraniční/pozitivní	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100072114
566	B	S1/RBD	0,889	IP	NEGATIVNÍ	Hraniční/pozitivní	1	Testline	neuveдено	100072114
736	B	S1/RBD	1,3	IP	POZITIVNÍ	Hraniční/pozitivní	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E201111DM
13	C	S	8,41	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E220824AQ
20	C	S1/RBD	182,208	JINÉ	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgA	100085880
28	C	S1/RBD	8,05	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP
32	C	S1/RBD	10,59	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100072114
64	C	S1/RBD	6,563	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E210923AH
66	C	JINÉ	1	IP	HRANIČNÍ	POZITIVNÍ	1	DIESSE Diagnostica Senese	Chorus Trio	100085764
138	C	S1/RBD	9,3	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E210923AH
290	C	S1/RBD	8,6	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100062212
373	C	S1/RBD	5,3	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD	0100063335P01
376	C	S1/S2	2861	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Vidia	VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgA kvanti	020221/109
386	C	S1/RBD	7,998	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP
554	C	S	8,48	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP
560	C	S1/RBD	7,56	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100072114
566	C	S1/RBD	6,808	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	neuveдено	100072114
736	C	S1/RBD	10,2	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E201111DM
13	D	S	2,53	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E220824AQ
20	D	S1/RBD	180	JINÉ	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgA	100085880
28	D	S1/RBD	4,8	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP
32	D	S1/RBD	6,55	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100072114
64	D	S1/RBD	4,845	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E210923AH
66	D	JINÉ	0,8	IP	NEGATIVNÍ	POZITIVNÍ	0	DIESSE Diagnostica Senese	Chorus Trio	100085764
138	D	S1/RBD	5,7	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E210923AH
290	D	S1/RBD	4,6	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100062212
373	D	S1/RBD	3,6	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD	0100063335P01

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHK 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Č. Lab	Vzorek	Antigen	Hodnota	Jednotky	Hodnocení	Očekávaný výsledek	Dosaženo bodů	Výrobce	Souprava	Šarže
376	D	S1/S2	906	IU/ML	NEGATIVNÍ	POZITIVNÍ	0	Vidia	VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgA kvanti	020221/109
386	D	S1/RBD	3,692	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP
554	D	S	5,71	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E211125BP
560	D	S1/RBD	4,3	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgA	100072114
566	D	S1/RBD	3,156	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	neuvedeno	100072114
736	D	S1/RBD	4,5	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA)	E201111DM

Tabulka 3: Anti S IgG Přehled získaných výsledků

Lab.	vzorekA	vzorekB	vzorekC	vzorekD	Celkem bodů	Uspělo %	uspěl	Výrobce	Souprava	Šarže
13	2	2	2	2	8	100	ANO	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 Trimerics IgG	354041A
16	2	2	2	2	8	100	ANO	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	1009199260
18	2	2	2	2	8	100	ANO	Biomérieux	VITEK Anti-SARS-CoV-2	100083432
20	2	2	2	2	8	100	ANO	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgG	38438FN00
28	2	2	2	2	8	100	ANO	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	136290C
32	2	2	2	2	8	100	ANO	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 Trimerics IgG	44170FN00
33	2	2	2	2	8	100	ANO	Abbott	SARS-CoV-2IgG II Quant	311450
34	2	2	2	2	8	100	ANO	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	100083432
38	2	1	2	2	7	88	ANO	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgG	010122/16
47	2	2	2	2	8	100	ANO	Vidia	EVIDITEST anti-SARS-CoV-2 (RBD) IgG kvanti	
64	2	2	2	2	8	100	ANO	Euroimmun	anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG)	136290C/1
65	2	2	2	2	8	100	ANO	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136414
66	2	2	2	2	8	100	ANO	Diasorin	LIAISON XL	354041A
68	2	2	2	2	8	100	ANO	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	136290c
70	2	2	2	2	8	100	ANO	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	36532FN00
89	2	2	2	2	8	100	ANO	Abbott	Architect COV-2IgGII	125389
117	2	2	2	2	8	100	ANO	Beckman Coulter	anti-SARS-Cov-2 IgG	E211202BL
138	2	2	2	2	8	100	ANO	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	136290

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHK 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Lab.	vzorekA	vzorekB	vzorekC	vzorekD	Celkem bodů	Uspělo %	uspěl	Výrobce	Souprava	Šarže
156	2	2	2	2	8	100	ANO	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	44170FN00
230	2	2	2	2	8	100	ANO	Abbott	SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit ARCHITECT	100085089
290	2	2	2	2	8	100	ANO	Testline	EIA COVID-19 RBD IgG	
350	2	2	2	2	8	100	ANO	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II	
365	2	2	2	2	8	100	ANO	Abbott	SARS-CoV-2 IgG II Quant Alinity	354041
370	2	2	2	2	8	100	ANO	Diasorin	LIAISON	0100064717P02
373	2	2	2	2	8	100	ANO	Testline	EIA COVID-19 RBD	060221/124
376	2	0	2	2	6	75	NE	Vidia	E-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgG kvanti	E211124DB
386	2	2	2	2	8	100	ANO	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	647389
388	2	2	2	2	8	100	ANO	neuedeno	neuedeno	136290
392	2	2	2	2	8	100	ANO	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	19529015
396	2	1	2	2	7	88	ANO	Siemens	ADVIA Centaur XP SARS-CoV-2 IgG(sCOVG)	35303FN00G
397	2	2	2	2	8	100	ANO	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	200089467
398	2	0	2	2	6	75	NE	Testline	CLIA COVID-19 RBD IgG	44170FN00
401	2	2	2	2	8	100	ANO	neuedeno	neuedeno	55435902
456	2	2	2	2	8	100	ANO	Roche	Elecsys anti-SARS-COV-2 S	0200089467P01
529	2	0	2	2	6	75	NE	Testline	CLIA Covid-19 RBD IgG	E211124DB
554	2	2	2	2	8	100	ANO	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	100073359
560	2	0	2	2	6	75	NE	Testline	EIA COVID-19 RBD IgG	36051FN00
566	2	2	2	2	8	100	ANO	Abbott	neuedeno	E211124DB
736	2	2	2	2	8	100	ANO	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	647389
737	2	2	2	2	8	100	ANO	Roche	Elecsys Anti-SARS-COV-2 S	136290
738	2	2	2	2	8	100	ANO	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	36532FN00
743	2	2	2	2	8	100	ANO	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	100073733
759	2	1	2	2	7	88	ANO	Testline	Microblot Array Covid 19 IgG	

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHK 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Tabulka 4: Anti S IgG Přehled výsledků pro jednotlivé vzorky

Lab. číslo	Vzorek	Antigen	Hodnota	Jednotky	Hodnocení	Očekávaný výsledek	Dosaženo bodů	Výrobce	Souprava	Šarže
13	A	S1/S2	1,85	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 Trimerics IgG	136292
16	A	S1/S2	3,8	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	354041A
18	A	S1/RBD	0,01	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Biomérieux	VITEK Anti-SARS-CoV-2	1009199260
20	A	S1/RBD	6,793	BAU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgG	100083432
28	A	S1/RBD	2,2	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	38438FN00
32	A	JINÉ	4,81	BAU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 Trimerics IgG	136290C
33	A	S1/RBD	2,2	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Abbott	SARS-CoV-2IgG II Quant	44170FN00
34	A	S1/S2	3,81	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	311450
38	A	S1/RBD	0,14	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgG	100083432
47	A	S1/RBD	10,49	IU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Vidia	EVIDITEST anti-SARS-CoV-2 (RBD) IgG kvanti	010122/16
64	A	S1/RBD	0,271	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Euroimmun	anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG)	E210929AS
65	A	JINÉ	4,81	BAU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290C/1
66	A	JINÉ	1,85	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON XL	136414
68	A	S1/S2	4	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	354041A
70	A	JINÉ	4,81	BAU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290c
89	A	S1/RBD	1,2	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Abbott	Architect COV-2IgGII	36532FN00
117	A	S	1,04	BAU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Beckman Coulter	anti-SARS-Cov-2 IgG	125389
138	A	S1/RBD	0	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211202BL
156	A	S	0	BAU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290
230	A	S	0,9	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Abbott	SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit ARCHITECT	44170FN00
290	A	S1/RBD	6,2	BAU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgG	100085089
365	A	S1/RBD	0	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Abbott	SARS-CoV-2 IgG II Quant Alinity	38243FN00
370	A	S1/S2	3,8	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON	354041
373	A	S1/RBD	5,9		NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD	0100064717P02
376	A	S1/S2	30,45	IU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Vidia	E-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgG kvanti	060221/124
386	A	S1/RBD	1,588	JINÉ	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211124DB

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHK 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Lab. číslo	Vzorek	Antigen	Hodnota	Jednotky	Hodnocení	Očekávaný výsledek	Dosaženo bodů	Výrobce	Souprava	Šarže
388	A	S	0,4	IU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	neuveдено	neuveдено	647389
392	A	S	4,81	BAU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290
396	A	S1/RBD	0	BAU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Siemens	ADVIA Centaur XP SARS-CoV-2 IgG(sCOVG)	19529015
397	A	S	0	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	35303FN00G
398	A	S1/RBD	5	BAU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Testline	CLIA COVID-19 RBD IgG	200089467
401	A	S	0	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	neuveдено	neuveдено	44170FN00
456	A	S1/RBD	0,4	IU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Roche	Elecsys anti-SARS-COV-2 S	55435902
529	A	S1/RBD	18	BAU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Testline	CLIA Covid-19 RBD IgG	0200089467P01
554	A	S	0,56	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211124DB
560	A	S1/RBD	6,1	BAU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgG	100073359
566	A		6,8	IU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Abbott	neuveдено	36051FN00
736	A	S1/RBD	5,57	BAU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211124DB
737	A	S1/RBD	0,4	JINÉ	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Roche	Elecsys Anti-SARS-COV-2 S	647389
738	A	JINÉ	4,81	BAU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290
743	A	S1/RBD	6,8	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	36532FN00
13	B	S1/S2	18,5	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 Trimerics IgG	136292
16	B	S1/S2	25,6	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	354041A
18	B	S1/RBD	1,22	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Biomérieux	VITEK Anti-SARS-CoV-2	1009199260
20	B	S1/RBD	22,315	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgG	100083432
28	B	S1/RBD	293,8	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	38438FN00
32	B	JINÉ	52,2	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 Trimerics IgG	136290C
33	B	S1/RBD	278,9	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	SARS-CoV-2IgG II Quant	44170FN00
34	B	S1/S2	28,8	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	311450
38	B	S1/RBD	1,033	IP	HRANIČNÍ	POZITIVNÍ	1	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgG	100083432
47	B	S1/RBD	110,91	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Vidia	EVIDITEST anti-SARS-CoV-2 (RBD) IgG kvanti	010122/16
64	B	S1/RBD	2,096	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Euroimmun	anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG)	E210929AS
65	B	JINÉ	51,6	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290C/1
66	B	JINÉ	16,8	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON XL	136414

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHK 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Lab. číslo	Vzorek	Antigen	Hodnota	Jednotky	Hodnocení	Očekávaný výsledek	Dosaženo bodů	Výrobce	Souprava	Šarže
68	B	S1/S2	25	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	354041A
70	B	JINÉ	45,7	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290c
89	B	S1/RBD	283,4	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect COV-2IgGII	36532FN00
117	B	S	49,9	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Beckman Coulter	anti-SARS-Cov-2 IgG	125389
138	B	S1/RBD	69,6	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211202BL
156	B	S	50,9	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290
230	B	S	260	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit ARCHITECT	44170FN00
290	B	S1/RBD	24,1	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgG	100085089
365	B	S1/RBD	308,6	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	SARS-CoV-2 IgG II Quant Alinity	38243FN00
370	B	S1/S2	26,5	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON	354041
373	B	S1/RBD	29,7		POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD	0100064717P02
376	B	S1/S2	61,61	IU/ML	NEGATIVNÍ	POZITIVNÍ	0	Vidia	E-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgG kvanti	060221/124
386	B	S1/RBD	31,891	JINÉ	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211124DB
388	B	S	37,9	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	neuveveno	neuveveno	647389
392	B	S	51,7	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290
396	B	S1/RBD	20,7	BAU/ML	HRANIČNÍ	POZITIVNÍ	1	Siemens	ADVIA Centaur XP SARS-CoV-2 IgG(sCOVG)	19529015
397	B	S	287	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	35303FN00G
398	B	S1/RBD	17,29	BAU/ML	NEGATIVNÍ	POZITIVNÍ	0	Testline	CLIA COVID-19 RBD IgG	200089467
401	B	S	314,9	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	neuveveno	neuveveno	44170FN00
456	B	S1/RBD	30	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Roche	Elecsys anti-SARS-COV-2 S	55435902
529	B	S1/RBD	18	BAU/ML	NEGATIVNÍ	POZITIVNÍ	0	Testline	CLIA Covid-19 RBD IgG	0200089467P01
554	B	S	34,99	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211124DB
560	B	S1/RBD	14,2	BAU/ML	NEGATIVNÍ	POZITIVNÍ	0	Testline	EIA COVID-19 RBD IgG	100073359
566	B		292,1	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	neuveveno	36051FN00
736	B	S1/RBD	94	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211124DB
737	B	S1/RBD	33,8	JINÉ	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Roche	Elecsys Anti-SARS-COV-2 S	647389
738	B	JINÉ	54,9	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290
743	B	S1/RBD	303	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	36532FN00

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHK 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Lab. číslo	Vzorek	Antigen	Hodnota	Jednotky	Hodnocení	Očekávaný výsledek	Dosaženo bodů	Výrobce	Souprava	Šarže
13	C	S1/S2	597	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 Trimerics IgG	136292
16	C	S1/S2	758	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	354041A
18	C	S1/RBD	27,05	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Biomérieux	VITEK Anti-SARS-CoV-2	1009199260
20	C	S1/RBD	320	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgG	100083432
28	C	S1/RBD	6803,5	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	38438FN00
32	C	JINÉ	2080	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 Trimerics IgG	136290C
33	C	S1/RBD	7650,8	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	SARS-CoV-2IgG II Quant	44170FN00
34	C	S1/S2	400	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	311450
38	C	S1/RBD	9,58	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgG	100083432
47	C	S1/RBD	4500	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Vidia	EVIDITEST anti-SARS-CoV-2 (RBD) IgG kvanti	010122/16
64	C	S1/RBD	9,4	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Euroimmun	anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG)	E210929AS
65	C	JINÉ	2040	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290C/1
66	C	JINÉ	800	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON XL	136414
68	C	S1/S2	400	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	354041A
70	C	JINÉ	1470	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290c
89	C	S1/RBD	6748,3	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect COV-2IgGII	36532FN00
117	C	S	271,4	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Beckman Coulter	anti-SARS-Cov-2 IgG	125389
138	C	S1/RBD	1249	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211202BL
156	C	S	2080	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290
230	C	S	5576	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit ARCHITECT	44170FN00
290	C	S1/RBD	1000	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgG	100085089
365	C	S1/RBD	6613,1	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	SARS-CoV-2 IgG II Quant Alinity	38243FN00
370	C	S1/S2	400	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON	354041
373	C	S1/RBD	1000	JINÉ	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD	0100064717P02
376	C	S1/S2	8000	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Vidia	E-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgG kvanti	060221/124
386	C	S1/RBD	219,786	JINÉ	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211124DB
388	C	S	250	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	neuveveno	neuveveno	647389
392	C	S	1660	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHK 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Lab. číslo	Vzorek	Antigen	Hodnota	Jednotky	Hodnocení	Očekávaný výsledek	Dosaženo bodů	Výrobce	Souprava	Šarže
396	C	S1/RBD	1730,3	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Siemens	ADVIA Centaur XP SARS-CoV-2 IgG(sCOVG)	19529015
397	C	S	6756	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	35303FN00G
398	C	S1/RBD	1323,65	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	CLIA COVID-19 RBD IgG	200089467
401	C	S	6987,3	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	neuveveno	neuveveno	44170FN00
456	C	S1/RBD	250	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Roche	Elecsys anti-SARS-COV-2 S	55435902
529	C	S1/RBD	2752	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	CLIA Covid-19 RBD IgG	0200089467P01
554	C	S	189,75	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211124DB
560	C	S1/RBD	1000	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgG	100073359
566	C		6543,7	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	neuveveno	36051FN00
736	C	S1/RBD	384	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211124DB
737	C	S1/RBD	250	JINÉ	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Roche	Elecsys Anti-SARS-COV-2 S	647389
738	C	JINÉ	2080	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290
743	C	S1/RBD	8041,7	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	36532FN00
13	D	S1/S2	119	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 Trimerics IgG	136292
16	D	S1/S2	145	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	354041A
18	D	S1/RBD	7,97	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Biomérieux	VITEK Anti-SARS-CoV-2	1009199260
20	D	S1/RBD	247,199	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgG	100083432
28	D	S1/RBD	1180	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	38438FN00
32	D	JINÉ	354	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 Trimerics IgG	136290C
33	D	S1/RBD	1410,9	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	SARS-CoV-2IgG II Quant	44170FN00
34	D	S1/S2	186	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	311450
38	D	S1/RBD	5,08	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	Smart EIA COVID-19 RBD IgG	100083432
47	D	S1/RBD	588,22	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Vidia	EVIDITEST anti-SARS-CoV-2 (RBD) IgG kvanti	010122/16
64	D	S1/RBD	6,221	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Euroimmun	anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG)	E210929AS
65	D	JINÉ	337	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290C/1
66	D	JINÉ	117	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON XL	136414
68	D	S1/S2	153	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2	354041A
70	D	JINÉ	315	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290c

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHK 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Lab. číslo	Vzorek	Antigen	Hodnota	Jednotky	Hodnocení	Očekávaný výsledek	Dosaženo bodů	Výrobce	Souprava	Šarže
89	D	S1/RBD	1233,5	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect COV-2IgGII	36532FN00
117	D	S	51,3	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Beckman Coulter	anti-SARS-Cov-2 IgG	125389
138	D	S1/RBD	237,1	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211202BL
156	D	S	335	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290
230	D	S	1038,6	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit ARCHITECT	44170FN00
290	D	S1/RBD	389	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgG	100085089
365	D	S1/RBD	1179,7	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	SARS-CoV-2 IgG II Quant Alinity	38243FN00
370	D	S1/S2	145	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON	354041
373	D	S1/RBD	624,7		POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD	0100064717P02
376	D	S1/S2	791,16	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Vidia	E-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgG kvanti	060221/124
386	D	S1/RBD	106,395	JINÉ	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211124DB
388	D	S	250	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	neuedeno	neuedeno	647389
392	D	S	316	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Diasorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290
396	D	S1/RBD	213,6	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Siemens	ADVIA Centaur XP SARS-CoV-2 IgG(sCOVG)	19529015
397	D	S	1195	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	35303FN00G
398	D	S1/RBD	298,89	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	CLIA COVID-19 RBD IgG	200089467
401	D	S	1189,4	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	neuedeno	neuedeno	44170FN00
456	D	S1/RBD	250	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Roche	Elecsys anti-SARS-COV-2 S	55435902
529	D	S1/RBD	994	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	CLIA Covid-19 RBD IgG	0200089467P01
554	D	S	116,5	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211124DB
560	D	S1/RBD	297,6	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Testline	EIA COVID-19 RBD IgG	100073359
566	D		1245,4	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	neuedeno	36051FN00
736	D	S1/RBD	313	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)	E211124DB
737	D	S1/RBD	250	JINÉ	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Roche	Elecsys Anti-SARS-COV-2 S	647389
738	D	JINÉ	375	BAU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	DiaSorin	LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG	136290
743	D	S1/RBD	1309,2	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant	36532FN00

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHK 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Tabulka 5: Anti N IgG – přehled uvedených výsledků

Lab. číslo	Vzorek A	Vzorek B	Vzorek C	Vzorek D	Celkem bodů	uspěl %	Uspěl hodnocení	Výrobce	Souprava	Šarže
13	2	2	2	1	7	88	ANO	Viramed	SARS-CoV-2 VOC ViraChip® IgG	CVCGOK 22009
28	2	2	2	1	7	88	ANO	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG	44367FN00
58	2	2	2	2	8	100	ANO	TESTLINE	EIA COVID-19 NP IgG	100066874
65	2	2	2	1	7	88	ANO	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (NP) IgG	010121/44
138	2	2	2	2	8	100	ANO	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 NCP ELISA (IgG)	E220719DY
376	2	2	2	1	7	88	ANO	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (NP) IgG	030121/330
388	2	2	2	1	7	88	ANO	neuveveno	neuveveno	664029
398	2	2	2	2	8	100	ANO	TestLine	CLIA COVID-19 NP IgG	200089064
456	2	2	2	1	7	88	ANO	Roche	Elecsys anti-SARS-COV-2	54549201
560	2	1	2	1	6	75	ANO	TestLine	EIA COVID-19 NP IgG	100084302
736	2	2	2	2	8	100	ANO	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 NCP ELISA (IgG)	E201127AH
743	2	2	2	1	7	88	ANO	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG	44367FN00
759	2	2	2	1	7	88	ANO	Testline	Microblot-Array Covid 19 IgG	100073733

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHK 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Tabulka 6 Anti N IgG Přehled výsledků pro jednotlivé vzorky

Lab. číslo	Vzorek	Hodnota	Jednotky	Hodnocení	Očekávaný výsledek	Dosaženo bodů	Výrobce	Souprava	Šarže
13	A			NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Viramed	SARS-CoV-2 VOC ViraChip® IgG	CVCGOK 22009
28	A	0,05	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG	44367FN00
58	A	0,661	JINÉ	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	TESTLINE	EIA COVID-19 NP IgG	100066874
65	A	0,09	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (NP) IgG	010121/44
138	A	0,1	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 NCP ELISA (IgG)	E220719DY
376	A	0,21	AU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (NP) IgG	030121/330
388	A	0,087	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	neuedeno	neuedeno	664029
398	A	9,41	IU/ML	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	TestLine	CLIA COVID-19 NP IgG	200089064
456	A	0,1	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Roche	Elecsys anti-SARS-COV-2	54549201
560	A	13,1	JINÉ	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	TestLine	EIA COVID-19 NP IgG	100084302
736	A	0,09	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 NCP ELISA (IgG)	E201127AH
743	A	0	IP	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG	44367FN00
759	A	16,46	JINÉ	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	2	neuedeno	neuedeno	100073733
13	B			POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Viramed	SARS-CoV-2 VOC ViraChip® IgG	CVCGOK 22009
28	B	4,41	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG	44367FN00
58	B	1,171	JINÉ	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	TESTLINE	EIA COVID-19 NP IgG	100066874
65	B	3,94	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (NP) IgG	010121/44
138	B	5,5	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 NCP ELISA (IgG)	E220719DY
376	B	112,67	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (NP) IgG	030121/330
388	B	67,9	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	neuedeno	neuedeno	664029
398	B	80,42	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	TestLine	CLIA COVID-19 NP IgG	200089064
456	B	54,7	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Roche	Elecsys anti-SARS-COV-2	54549201
560	B	18,1	JINÉ	HRANIČNÍ	POZITIVNÍ	1	TestLine	EIA COVID-19 NP IgG	100084302
736	B	3,46	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 NCP ELISA (IgG)	E201127AH
743	B	5	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG	44367FN00
759	B	346,82	JINÉ	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	neuedeno	neuedeno	100073733

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHK 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Lab.	Vzorek	Hodnota	Jednotky	Hodnocení	Očekávaný výsledek	Dosaženo bodů	Výrobce	Souprava	Šarže
13	C			POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Viramed	SARS-CoV-2 VOC ViraChip® IgG	CVCGOK 22009
28	C	3,98	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG	44367FN00
58	C	2,352	JINÉ	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	TESTLINE	EIA COVID-19 NP IgG	100066874
65	C	3,19	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (NP) IgG	010121/44
138	C	3,9	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 NCP ELISA (IgG)	E220719DY
376	C	71,16	AU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (NP) IgG	030121/330
388	C	137,7	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	neuedeno	neuedeno	664029
398	C	110,93	IU/ML	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	TestLine	CLIA COVID-19 NP IgG	200089064
456	C	114,7	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Roche	Elecsys anti-SARS-COV-2	54549201
560	C	42	JINÉ	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	TestLine	EIA COVID-19 NP IgG	100084302
736	C	2,7	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 NCP ELISA (IgG)	E201127AH
743	C	3,8	IP	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG	44367FN00
759	C	299,15	JINÉ	POZITIVNÍ	POZITIVNÍ	2	neuedeno	neuedeno	100073733
13	D			POZITIVNÍ	Hraniční	1	Viramed	SARS-CoV-2 VOC ViraChip® IgG	CVCGOK 22009
28	D	0,65	IP	NEGATIVNÍ	Hraniční	1	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG	44367FN00
58	D	0,92	JINÉ	HRANIČNÍ	Hraniční	2	TESTLINE	EIA COVID-19 NP IgG	100066874
65	D	1,24	IP	POZITIVNÍ	Hraniční	1	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (NP) IgG	010121/44
138	D	1	IP	HRANIČNÍ	Hraniční	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 NCP ELISA (IgG)	E220719DY
376	D	17,3	AU/ML	POZITIVNÍ	Hraniční	1	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (NP) IgG	030121/330
388	D	28,9	IP	POZITIVNÍ	Hraniční	1	neuedeno	neuedeno	664029
398	D	18,46	IU/ML	HRANIČNÍ	Hraniční	2	TestLine	CLIA COVID-19 NP IgG	200089064
456	D	22,9	IP	POZITIVNÍ	Hraniční	1	Roche	Elecsys anti-SARS-COV-2	54549201
560	D	15,4	JINÉ	NEGATIVNÍ	Hraniční	1	TestLine	EIA COVID-19 NP IgG	100084302
736	D	0,86	IP	HRANIČNÍ	Hraniční	2	EUROIMMUN	Anti-SARS-CoV-2 NCP ELISA (IgG)	E201127AH
743	D	0,8	IP	NEGATIVNÍ	Hraniční	1	Abbott	Architect SARS-CoV-2 IgG	44367FN00
759	D	66,94	JINÉ	NEGATIVNÍ	Hraniční	1	neuedeno	neuedeno	100073733

Příloha: Závěrečná zpráva Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality), PT#M/0/2022, EHK 1320, Sérologie SARS-CoV-2

Skupina	Laboratoře - účast ve skupinách																																														
	13	16	18	20	28	32	33	34	38	47	58	64	65	66	68	70	89	117	138	156	230	290	365	370	373	376	386	388	392	396	397	398	401	456	529	554	560	566	736	737	738	743	759				
anti N IgG	1				1						1		1						1							1		1				1		1				1		1				1	1		
anti S IgA	1			1	1	1						1	1	1					1			1			1	1	1											1	1	1	1						
anti S IgG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Abslovovaný počet	3	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	3	1	1	2	1	1	2	3	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	3	2	3	1	1	2	2		

Pozn: Laboratoř 350 v této tabulce není uvedena, protože výsledky nebyly zadány do výsledkových polí, ale do poznámky. Export v tomto formátu není jednoduše editovatelný. Hodnocení muselo být provedeno individuálně, a ve všech běžných EHK by tato laboratoř neuspěla se ziskem 0 bodů. Hodnocení umožnila náročná individuální práce týmu EHK.