



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/15/2023, EHK 1340

Očekávané výsledky: **Detekce CMV - DNA**

Vzorek č.	Předpokládaný kvalitativní výsledek	Předpokládaný kvantitativní výsledek (kopie/ml)
1	pozitivní	6,43.E4
2	negativní	negativní
3	pozitivní	4,03.E3
4	silně pozitivní	2,08.E6
5	negativní	negativní
6	slabě pozitivní	8,13.E2

V Praze dne 26. 04. 2023

Vypracoval: MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D.