



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2010
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/18-2/2023, EHK 1371

Očekávané výsledky: Sérologie HAV

MARKER	VZOREK		
	A	B	C
Anti-HAV celkové	+	-	+
Anti-HAV IgM	-	-	+

Vzorky jsou individuálně kódovány, takže písmeno A v tabulce nemusí odpovídat číslu 1 na štítku zkumavky.

V Praze dne 7. 11. 2023

Vypracoval: Mgr. Fritz