



**Státní zdravotní ústav**  
**Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti**

**Šrobárova 49/ 48, 100 00, Praha 10**  
**tel.: +420 267 082 258, e-mail: ehk@szu.cz**

**Příloha č. 1 - Souhrn výsledků EHK 1364**

TEST PCR	KÓD LAB	VZOREK č. 1		VZOREK č. 2		VZOREK č. 3		VZOREK č. 4		VZOREK č. 5		BODOVÉ HODNOCENÍ
		LR	HR	LR	HR	LR	HR	LR	HR	LR	HR	
GeneXpert HPV Assay, Cepheid	011	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV 45	-	HPV 31	10
Allplex II HPV28 Detection, Seegene	016	NEG.	HPV 16	NEG.	NEG.	HPV 11	NEG.	NEG.	HPV 18 HPV 45	NEG.	HPV 31	10
GeneXpert HPV Assay, Cepheid	026	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV 45	-	HPV 31	10
HPV 14 Screening 16,18,45 Typing Real- TM Quant, Sacace Biotechnologies	064	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV 45	-	HPV screen	10
Allplex HPV 28 Detection , Seegene	156	NEG.	HPV 16	NEG.	NEG.	HPV 11	NEG.	NEG.	HPV 16 HPV 45	NEG.	HPV 18	7
Human Papilloma Virus (HPV) screening PCR Kit, GeneProof	192	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV 45	-	HPV HR	10
Allplex HPV 28 Detection , Seegene	211	NEG.	HPV 16	NEG.	NEG.	HPV 11	NEG.	NEG.	HPV 18 HPV 45	NEG.	HPV 31	10
real-time PCR GeneXpert HPV, Cepheid	316	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV 45	-	HPV 31	10
Human Papilloma Virus (HPV) screening PCR Kit, GeneProof	317	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV 45	-	HPV 31	10
"in house"- PCR /restrikční analýza	355	NEG.	HPV 16	NEG.	NEG.	HPV 11	NEG.	NEG.	HPV 18 HPV 45	NEG.	HPV 31	10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV 16/18, Roche	346	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HR HPV	-	HR HPV	10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV 16/18, Roche	365	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HR HPV	-	HR HPV	10

Allplex II HPV28 Detection, Seegene	369	NEG.	HPV 16	NEG.	NEG.	HPV 11	NEG	NEG.	HPV 18 HPV 45	NEG.	HPV 31	10
HPV Genotypes 14 Typing Real-TM Quant, Sacace Biotechnologies	460	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV 45	-	HPV 31	10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV 16/18, Roche	494	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV 45	-	HPV HR	10
Cobas 4800 HPV Amplification / Detection Kit, Roche	508	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HR HPV	-	HPV HR	10
Cobas 4800 HPV Test, Roche	508	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HR HPV	-	HPV HR	10
Cobas 4800 HPV Test, Roche	531	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HR HPV	-	HPV HR	10
Cobas 4800 HPV Test, Roche	530	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HR HPV	-	HPV HR	10
Allplex HR HPV Detection, Seegene, AmpliSens HPV 6/11-FRT PCR kit	539	NEG.	HPV 16	NEG.	NEG.	HPV 11	NEG	NEG.	HPV 18 HPV 45	NEG.	HPV 31	10
HPV 14 Screening 16,18,45 Typing Real-TM Quant, Sacace Biotechnologies	541	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV 45	-	HPV screen	10
Human Papilloma Virus (HPV) Screening PCR Kit, GeneProof	552	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV HR	-	HPV HR	10
RealQuality RQ HPV Detection, Gali	554	NEG.	HPV 16	NEG.	NEG.	HPV 6/11	NEG.	NEG.	HPV 18 HPV HR sk.1	-	HPV HR sk.1	10
Allplex II HPV28 Detection, Seegene	598	NEG.	HPV 16	NEG.	NEG.	HPV 11	NEG	NEG.	HPV 18 HPV 45	NEG.	HPV 31	10
Allplex II HPV28 Detection, Seegene	641	NEG.	HPV 16	NEG.	NEG.	HPV 11	NEG	NEG.	HPV 18 HPV 45	NEG.	HPV 31	10
GeneXpert HPV Assay, Cepheid	702	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV 45	-	HPV 31	10
Cobas 4800 HPV Amplification / Detection Kit, Roche	734	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV HR	-	HPV HR	10
Cobas 6800 HPV Amplification / Detection Kit, Roche	734	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV HR	-	HPV HR	10
Anyplex HPV28 Detection, Seegene	742	NEG.	HPV 16	NEG.	NEG.	HPV 11	NEG	NEG.	HPV 18 HPV 45	NEG.	HPV 31	10

Cobas 4800 HPV Amplification / Detection Kit, Roche	754	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV HR	-	HPV HR	10
Human Papilloma Virus (HPV) Screening PCR Kit, GeneProof	783	-	HPV 16	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18 HPV 45	-	HPV HR	10
Allplex II HPV28 Detection, Seegene	NRL PV	NEG	HPV 16	NEG.	NEG.	HPV 11	NEG.	NEG.	HPV 18 HPV 45	NEG.	HPV 31	10
<b>POŽADOVANÝ VÝSLEDEK</b>		<b>NEG</b>	<b>HPV 16</b>	<b>NEG.</b>	<b>NEG.</b>	<b>HPV 11</b>	<b>NEG.</b>	<b>NEG.</b>	<b>HPV 18 HPV 45</b>	<b>NEG.</b>	<b>HPV 31</b>	

-

chyba detekce  
test neumožňuje detekci LR HPV

—