



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/6/2024, EHK 1385

Očekávané výsledky EHK 1385: **Sérologie EBV**

Označení	Hodnocení	EBNA IgG	VCA IgG	VCA IgM	EA IgG	VCA IgG avidita
EHK Vzorek A	Séronegativní (kód 1)	-	-	-	-	nelze
EHK Vzorek B	Stav po primoinfekci proběhlé v minulosti (kód 2, 4)	+	+	-	-	vysokoavidní

Výchozím materiálem byly plazmy od zdravých dárců krve.

Vzorky byly individuálně kódované, takže vzorek A v tabulce nemusí odpovídat vzorku č. 1 na štítku zkumavky.

V Praze dne 12. 3. 2024

Vypracovala: Ing. Michaela Růžková, Ph.D.