



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/10/2024, EHK 1390

Očekávané výsledky: sérologie HBV, HCV, HIV

MARKER	VZOREK				
	A	B	C	D	E
Anti-HCV	neg.	neg.	neg.	poz.	poz.
Anti-HIV	neg.	neg.	poz.	poz.	neg.
HBsAg	neg.	poz.	neg.	neg.	neg.
Anti-HBc total	neg.	poz.	poz.	neg.	neg.

Vzorky jsou individuálně kódovány, takže písmeno A v tabulce nemusí odpovídat číslu 1 na štítku zkumavky.

V Praze dne 5. 4. 2024
Vypracoval: Mgr. Fritz