



Státní zdravotní ústav  
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti  
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA  
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2010  
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/36/2024, EHK 1396

Očekávané výsledky: **Sérologie spalniček**

Vzorek	IgM	IgG
A	negativní	pozitivní
B	negativní	negativní

Vzorky byly individuálně kódované, takže vzorek A nemusí odpovídat vzorku č. 1 na štítku zkumavky.

V Praze dne 3. 5. 2024

Vypracoval: MUDr. Radomíra Limberková