



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/13/2024, EHK 1417

Očekávané výsledky  
**Detekce HBV DNA**

	<b>HBV-DNA</b>
Vzorek 1	Negativní
Vzorek 2	Pozitivní - slabě
Vzorek 3	Negativní
Vzorek 4	Negativní
Vzorek 5	Pozitivní - středně silně
Vzorek 6	Pozitivní - silně

Pozn.: Informace o kvantitativních hodnotách budou součástí připravované závěrečné zprávy.

V Praze dne 10. 10. 2024  
Vypracoval: Mgr. Fritz