

Lab. kód	Marker číslo vzorku	Ver.	Ct lab	Slovní hodnocení lab	Očekávaná hodnota	rozdíl ct	Hodnocení Ct	Hodnocení slovní	Max. bodů	Testován	celkem bodů
2	1	2	0		N	N	N	N	4	N	0
2	2	2	0			N	0	0	4	N	0
2	3	2	0			N	0	0	4	N	0
2	4	3	0		27	N	0	0	4	N	0
5	1	2	14,3	POZITIVNÍ	15,2	-0,9	2	2	4	A	4
5	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
5	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
5	4	3	25	POZITIVNÍ	27	-2	2	2	4	A	4
11	1	2	15,01	POZITIVNÍ	15,2	-0,19	2	2	4	A	4
11	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
11	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
11	4	3	25,9	POZITIVNÍ	27	-1,1	2	2	4	A	4
16	1	2	13,3	POZITIVNÍ	15,2	-1,9	2	2	4	A	4
16	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
16	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
16	4	3	22,5	POZITIVNÍ	27	-4,5	2	2	4	A	4
18	1	2	12,8	POZITIVNÍ	15,2	-2,4	2	2	4	A	4
18	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
18	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
18	4	3	23,9	POZITIVNÍ	27	-3,1	2	2	4	A	4
20	1	2	13,7	POZITIVNÍ	15,2	-1,5	2	2	4	A	4
20	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
20	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
20	4	3	24,2	POZITIVNÍ	27	-2,8	2	2	4	A	4
23	1	2	14,1	POZITIVNÍ	15,2	-1,1	2	2	4	A	4
23	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
23	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
23	4	3	24,7	POZITIVNÍ	27	-2,3	2	2	4	A	4
26	1	2	14,6	POZITIVNÍ	15,2	-0,6	2	2	4	A	4
26	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
26	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
26	4	3	26,5	POZITIVNÍ	27	-0,5	2	2	4	A	4
28	1	2	14,78	POZITIVNÍ	15,2	-0,42	2	2	4	A	4
28	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
28	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
28	4	3	25,84	POZITIVNÍ	27	-1,16	2	2	4	A	4
31	1	2	14,8	POZITIVNÍ	15,2	-0,4	2	2	4	A	4
31	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
31	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
31	4	3	24,1	POZITIVNÍ	27	-2,9	2	2	4	A	4
32	1	2	12,7	POZITIVNÍ	15,2	-2,5	2	2	4	A	4
32	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
32	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
32	4	3	24,1	POZITIVNÍ	27	-2,9	2	2	4	A	4
33	1	2	13,4	POZITIVNÍ	15,2	-1,8	2	2	4	A	4
33	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
33	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
33	4	3	24,9	POZITIVNÍ	27	-2,1	2	2	4	A	4
34	1	2	17,9	POZITIVNÍ	15,2	2,7	2	2	4	A	4
34	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
34	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
34	4	3	30,6	POZITIVNÍ	27	3,6	1	2	4	A	3
35	1	2	14,7	POZITIVNÍ	15,2	-0,5	2	2	4	A	4
35	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
35	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
35	4	3	26,4	POZITIVNÍ	27	-0,6	2	2	4	A	4
37	1	2	15,2	POZITIVNÍ	15,2	0	2	2	4	A	4
37	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
37	3	2	31,12	POZITIVNÍ		31,1	0	0	4	A	0

Lab. kód	Marker číslo vzorku	Ver.	Ct lab	Slovní hodnocení lab	Očekávaná hodnota	rozdíl ct	Hodnocení Ct	Hodnocení slovní	Max. bodů	Testován	celkem bodů
37	4	3	25,12	POZITIVNÍ	27	-1,88	2	2	4	A	4
39	1	2	12,6	POZITIVNÍ	15,2	-2,6	2	2	4	A	4
39	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
39	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
39	4	3	22,03	POZITIVNÍ	27	-4,97	2	2	4	A	4
51	1	2	17,3	POZITIVNÍ	15,2	2,1	2	2	4	A	4
51	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
51	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
51	4	3	28,16	POZITIVNÍ	27	1,16	1	2	4	A	3
53	1	2	15	POZITIVNÍ	15,2	-0,2	2	2	4	A	4
53	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
53	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
53	4	3	25	POZITIVNÍ	27	-2	2	2	4	A	4
55	1	2	17,25	POZITIVNÍ	15,2	2,05	2	2	4	A	4
55	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
55	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
55	4	3	28,43	POZITIVNÍ	27	1,43	1	2	4	A	3
56	1	2	14,7	POZITIVNÍ	15,2	-0,5	2	2	4	A	4
56	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
56	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
56	4	3	26,1	POZITIVNÍ	27	-0,9	2	2	4	A	4
58	1	2	13,6	POZITIVNÍ	15,2	-1,6	2	2	4	A	4
58	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
58	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
58	4	3	24,3	POZITIVNÍ	27	-2,7	2	2	4	A	4
64	1	2	13,44	POZITIVNÍ	15,2	-1,76	2	2	4	A	4
64	2	2	30,58	POZITIVNÍ		30,1	0	0	4	A	0
64	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
64	4	3	24,78	POZITIVNÍ	27	-2,22	2	2	4	A	4
65	1	2	13	POZITIVNÍ	15,2	-2,2	2	2	4	A	4
65	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
65	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
65	4	3	24	POZITIVNÍ	27	-3	2	2	4	A	4
66	1	2	16,5	POZITIVNÍ	15,2	1,3	2	2	4	A	4
66	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
66	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
66	4	3	27	POZITIVNÍ	27	0	2	2	4	A	4
68	1	2	14,5	POZITIVNÍ	15,2	-0,7	2	2	4	A	4
68	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
68	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
68	4	3	25,9	POZITIVNÍ	27	-1,1	2	2	4	A	4
71	1	2	13,1	POZITIVNÍ	15,2	-2,1	2	2	4	A	4
71	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
71	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
71	4	3	22,1	POZITIVNÍ	27	-4,9	2	2	4	A	4
77	1	2	14,6	POZITIVNÍ	15,2	-0,6	2	2	4	A	4
77	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
77	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
77	4	3	23,9	POZITIVNÍ	27	-3,1	2	2	4	A	4
88	1	2	16	POZITIVNÍ	15,2	0,8	2	2	4	A	4
88	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
88	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
88	4	3	25	POZITIVNÍ	27	-2	2	2	4	A	4
89	1	2	17,03	POZITIVNÍ	15,2	1,83	2	2	4	A	4
89	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
89	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
89	4	3	28,13	POZITIVNÍ	27	1,13	1	2	4	A	3
156	1	2	18,1	POZITIVNÍ	15,2	2,9	2	2	4	A	4
156	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4

Lab. kód	Marker číslo vzorku	Ver.	Ct lab	Slovní hodnocení lab	Očekávaná hodnota	rozdíl ct	Hodnocení Ct	Hodnocení slovní	Max. bodů	Testován	celkem bodů
156	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
156	4	3	26,5	POZITIVNÍ	27	-0,5	2	2	4	A	4
184	1	2	14,8	POZITIVNÍ	15,2	-0,4	2	2	4	A	4
184	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
184	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
184	4	3	26,3	POZITIVNÍ	27	-0,7	2	2	4	A	4
192	1	2	19,38	POZITIVNÍ	15,2	4,18	1	2	4	A	3
192	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
192	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
192	4	3	27	POZITIVNÍ	27	0	2	2	4	A	4
207	1	2	14,91	POZITIVNÍ	15,2	-0,29	2	2	4	A	4
207	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
207	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
207	4	3	25,68	POZITIVNÍ	27	-1,32	2	2	4	A	4
208	1	2	12,5	POZITIVNÍ	15,2	-2,7	2	2	4	A	4
208	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
208	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
208	4	3	22,2	POZITIVNÍ	27	-4,8	2	2	4	A	4
227	1	2	13,6	POZITIVNÍ	15,2	-1,6	2	2	4	A	4
227	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
227	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
227	4	3	25,3	POZITIVNÍ	27	-1,7	2	2	4	A	4
228	1	2	19,15	POZITIVNÍ	15,2	3,95	1	2	4	A	3
228	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
228	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
228	4	3	29,66	POZITIVNÍ	27	2,66	2	2	4	A	4
241	1	2	17	POZITIVNÍ	15,2	1,8	2	2	4	A	4
241	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
241	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
241	4	3	28	POZITIVNÍ	27	1	1	2	4	A	3
299	1	2	12,7	POZITIVNÍ	15,2	-2,5	2	2	4	A	4
299	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
299	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
299	4	3	23,8	POZITIVNÍ	27	-3,2	2	2	4	A	4
302	1	2	22,35	POZITIVNÍ	15,2	7,15	0	2	4	A	2
302	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
302	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
302	4	3	30,53	POZITIVNÍ	27	3,53	1	2	4	A	3
313	1	2	14,71	POZITIVNÍ	15,2	-0,49	2	2	4	A	4
313	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
313	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
313	4	3	26,58	POZITIVNÍ	27	-0,42	2	2	4	A	4
316	1	2	10,14	POZITIVNÍ	15,2	-5,06	2	2	4	A	4
316	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
316	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
316	4	3	21,85	POZITIVNÍ	27	-5,15	2	2	4	A	4
317	1	2	13,6	POZITIVNÍ	15,2	-1,6	2	2	4	A	4
317	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
317	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
317	4	3	25,4	POZITIVNÍ	27	-1,6	2	2	4	A	4
332	1	2	15,36	POZITIVNÍ	15,2	0,16	2	2	4	A	4
332	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
332	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
332	4	3	26,71	POZITIVNÍ	27	-0,29	2	2	4	A	4
333	1	2	14,5	POZITIVNÍ	15,2	-0,7	2	2	4	A	4
333	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
333	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
333	4	3	24,8	POZITIVNÍ	27	-2,2	2	2	4	A	4
350	1	2	12,6	POZITIVNÍ	15,2	-2,6	2	2	4	A	4

Lab. kód	Marker číslo vzorku	Ver.	Ct lab	Slovní hodnocení lab	Očekávaná hodnota	rozdíl ct	Hodnocení Ct	Hodnocení slovní	Max. bodů	Testován	celkem bodů
350	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
350	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
350	4	3	23,9	POZITIVNÍ	27	-3,1	2	2	4	A	4
354	1	2	14,46	POZITIVNÍ	15,2	-0,74	2	2	4	A	4
354	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
354	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
354	4	3	25,6	POZITIVNÍ	27	-1,4	2	2	4	A	4
355	1	2	15,09	POZITIVNÍ	15,2	-0,11	2	2	4	A	4
355	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
355	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
355	4	3	25,08	POZITIVNÍ	27	-1,92	2	2	4	A	4
356	1	2	18,4	POZITIVNÍ	15,2	3,2	1	2	4	A	3
356	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
356	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
356	4	3	30,3	POZITIVNÍ	27	3,3	1	2	4	A	3
362	1	2	16,51	POZITIVNÍ	15,2	1,31	2	2	4	A	4
362	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
362	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
362	4	3	26,35	POZITIVNÍ	27	-0,65	2	2	4	A	4
364	1	2	12,8	POZITIVNÍ	15,2	-2,4	2	2	4	A	4
364	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
364	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
364	4	3	24,6	POZITIVNÍ	27	-2,4	2	2	4	A	4
365	1	2	17	POZITIVNÍ	15,2	1,8	2	2	4	A	4
365	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
365	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
365	4	3	26	POZITIVNÍ	27	-1	2	2	4	A	4
369	1	2	12,7	POZITIVNÍ	15,2	-2,5	2	2	4	A	4
369	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
369	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
369	4	3	23,8	POZITIVNÍ	27	-3,2	2	2	4	A	4
370	1	2	14,6	POZITIVNÍ	15,2	-0,6	2	2	4	A	4
370	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
370	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
370	4	3	26,6	POZITIVNÍ	27	-0,4	2	2	4	A	4
373	1	2	16,7	POZITIVNÍ	15,2	1,5	2	2	4	A	4
373	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
373	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
373	4	3	26,2	POZITIVNÍ	27	-0,8	2	2	4	A	4
379	1	2	16,13	POZITIVNÍ	15,2	0,93	2	2	4	A	4
379	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
379	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
379	4	3	27,12	POZITIVNÍ	27	0,12	1	2	4	A	3
388	1	2	15	POZITIVNÍ	15,2	-0,2	2	2	4	A	4
388	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
388	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
388	4	3	26	POZITIVNÍ	27	-1	2	2	4	A	4
394	1	2		POZITIVNÍ	15,2	-15,2	na	2	2	A	2
394	2	2		NEGATIVNÍ		NA	NA	2	2	A	2
394	3	2		NEGATIVNÍ		NA	NA	2	2	A	2
394	4	3		POZITIVNÍ	27	A	0	2	2	A	2
396	1	2	14,8	POZITIVNÍ	15,2	-0,4	2	2	4	A	4
396	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
396	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
396	4	3	25,5	POZITIVNÍ	27	-1,5	2	2	4	A	4
406	1	2	16,4	POZITIVNÍ	15,2	1,2	2	2	4	A	4
406	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
406	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
406	4	3	27,7	POZITIVNÍ	27	0,7	1	2	4	A	3

Lab. kód	Marker číslo vzorku	Ver.	Ct lab	Slovní hodnocení lab	Očekávaná hodnota	rozdíl ct	Hodnocení Ct	Hodnocení slovní	Max. bodů	Testován	celkem bodů
407	1	2	15	POZITIVNÍ	15,2	-0,2	2	2	4	A	4
407	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
407	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
407	4	3	25	POZITIVNÍ	27	-2	2	2	4	A	4
430	1	2	16,6	POZITIVNÍ	15,2	1,4	2	2	4	A	4
430	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
430	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
430	4	3	25,8	POZITIVNÍ	27	-1,2	2	2	4	A	4
456	1	2	14,9	POZITIVNÍ	15,2	-0,3	2	2	4	A	4
456	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
456	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
456	4	3	27,1	POZITIVNÍ	27	0,1	1	2	4	A	3
460	1	2	14,78	POZITIVNÍ	15,2	-0,42	2	2	4	A	4
460	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
460	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
460	4	3	25,09	POZITIVNÍ	27	-1,91	2	2	4	A	4
529	1	2		POZITIVNÍ	15,2	-15,2	na	2	2	A	2
529	2	2		NEGATIVNÍ		NA	NA	2	2	A	2
529	3	2		NEGATIVNÍ		NA	NA	2	2	A	2
529	4	3		POZITIVNÍ	27	A	0	2	2	A	2
539	1	2	17,05	POZITIVNÍ	15,2	1,85	2	2	4	A	4
539	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
539	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
539	4	3	26,2	POZITIVNÍ	27	-0,8	2	2	4	A	4
541	1	2	14,87	POZITIVNÍ	15,2	-0,33	2	2	4	A	4
541	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
541	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
541	4	3	26,01	POZITIVNÍ	27	-0,99	2	2	4	A	4
552	1	2	13	POZITIVNÍ	15,2	-2,2	2	2	4	A	4
552	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
552	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
552	4	3	23	POZITIVNÍ	27	-4	2	2	4	A	4
554	1	2	16,54	POZITIVNÍ	15,2	1,34	2	2	4	A	4
554	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
554	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
554	4	3	28,51	POZITIVNÍ	27	1,51	1	2	4	A	3
560	1	2	15,2	POZITIVNÍ	15,2	0	2	2	4	A	4
560	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
560	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
560	4	3	26,1	POZITIVNÍ	27	-0,9	2	2	4	A	4
598	1	2	17,14	POZITIVNÍ	15,2	1,94	2	2	4	A	4
598	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
598	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
598	4	3	27,09	POZITIVNÍ	27	0,09	1	2	4	A	3
638	1	2	13,2	POZITIVNÍ	15,2	-2	2	2	4	A	4
638	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
638	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
638	4	3	23,4	POZITIVNÍ	27	-3,6	2	2	4	A	4
690	1	2	12,8	POZITIVNÍ	15,2	-2,4	2	2	4	A	4
690	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
690	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
690	4	3	24,3	POZITIVNÍ	27	-2,7	2	2	4	A	4
702	1	2	14	POZITIVNÍ	15,2	-1,2	2	2	4	A	4
702	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
702	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
702	4	3	25	POZITIVNÍ	27	-2	2	2	4	A	4
710	1	2	13,35	POZITIVNÍ	15,2	-1,85	2	2	4	A	4
710	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
710	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4

Lab. kód	Marker číslo vzorku	Ver.	Ct lab	Slovní hodnocení lab	Očekávaná hodnota	rozdíl ct	Hodnocení Ct	Hodnocení slovní	Max. bodů	Testován	celkem bodů
710	4	3	24,91	POZITIVNÍ	27	-2,09	2	2	4	A	4
737	1	2	13,8	POZITIVNÍ	15,2	-1,4	2	2	4	A	4
737	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
737	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
737	4	3	24,8	POZITIVNÍ	27	-2,2	2	2	4	A	4
742	1	2	16	POZITIVNÍ	15,2	0,8	2	2	4	A	4
742	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
742	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
742	4	3	27	POZITIVNÍ	27	0	2	2	4	A	4
743	1	2	14	POZITIVNÍ	15,2	-1,2	2	2	4	A	4
743	2	2					0	0	4	A	0
743	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
743	4	3	25,5	POZITIVNÍ	27	-1,5	2	2	4	A	4
757	1	2	15,7	POZITIVNÍ	15,2	0,5	2	2	4	A	4
757	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
757	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
757	4	3	27	POZITIVNÍ	27	0	2	2	4	A	4
783	1	2	14,2	POZITIVNÍ	15,2	-1	2	2	4	A	4
783	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
783	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
783	4	3	23,6	POZITIVNÍ	27	-3,4	2	2	4	A	4
784	1	2	16,7	POZITIVNÍ	15,2	1,5	2	2	4	A	4
784	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
784	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
784	4	3	28,8	POZITIVNÍ	27	1,8	1	2	4	A	3
786	1	2	14,7	POZITIVNÍ	15,2	-0,5	2	2	4	A	4
786	2	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
786	3	2		NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
786	4	3	25,1	POZITIVNÍ	27	-1,9	2	2	4	A	4
792	1	2	20,24	POZITIVNÍ	15,2	5,04	1	2	4	A	3
792	2	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
792	3	2	0	NEGATIVNÍ		NA	2	2	4	A	4
792	4	3	27,16	POZITIVNÍ	27	0,16	2	2	4	A	4