



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/6/2025, EHK 1459

Očekávané výsledky EHK 1459: **Sérologie EBV**

Označení	Hodnocení	EBNA IgG	VCA IgG	VCA IgM	EA IgG	VCA IgG avidita
Vzorek A	Stav po primoinfekci proběhlé v minulosti (kód 2, 4)	+	+	-	-	vysokoavidní
Vzorek B	Séronegativní (kód 1)	-	-	-	-	nelze

Výchozím materiálem byly plazmy od zdravých dárců krve.

Vzorky byly individuálně kódované, takže vzorek A v tabulce nemusí odpovídat vzorku č. 1 na štítku zkumavky.

V Praze dne 6. 3. 2025

Vypracovala: Ing. Michaela Růžková, Ph.D.