



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/15/2025, EHK 1471

Očekávané výsledky: **Detekce CMV - DNA**

Vzorek č.	Předpokládaný kvalitativní výsledek	Předpokládaný kvantitativní výsledek (kopie/ml)
1	pozitivní	$3,38 \cdot 10^3$
2	pozitivní	$2,66 \cdot 10^3$
3	silně pozitivní	$3,01 \cdot 10^5$
4	negativní	negativní
5	pozitivní	$3,36 \cdot 10^4$
6	pozitivní	$2,17 \cdot 10^3$

V Praze dne 24. 03. 2025

Vypracoval: MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D.