



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/17/2025, EHK 1474

Očekávané výsledky: sérologie HBV - markery

MARKER	VZOREK				
	A	B	C*	D	E
HBsAg	-	+	-	+	-
Anti-HBc total	-	+	-	+	-
Anti-HBc IgM	-	-	-	-	-
HBeAg	-	-	-	-	-
Anti-HBe	-	+	-	+	-
Anti-HBs	+	-	-	-	+

Vzorky jsou individuálně kódovány, takže písmeno A v tabulce nemusí odpovídat číslu 1 na štítku zkumavky.

***Vzorek C** vykázal u některých testů zvýšenou frekvenci nespecifických reaktivit. Na základě další analýzy dat bude zvážena možnost vyjmout tyto reaktivity z hodnocení. Podrobné informace v připravované závěrečné zprávě.

V Praze dne 9. 5. 2025
Vypracoval: Mgr. Fritz