

Příloha 1: Přehled výsledků jednotlivých laboratoří a použitých testů EHK 1487

Marker: VZV IgG

Lab.	A	B	Body	Výrobce	Souprava
002	P	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgG
013	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
016	P	N	2/2	Vircell	VZV VirClia IgG Monotest
020	P	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA IgG
028	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
032	P	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgG
035	P	x	2/1	TestLine	SK VZV IgG
037	P	N	2/2	Vircell	VZV VirClia IgG Monotest
038	P	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgG
039	P	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgG
044	P	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgG
051	P	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA IgG
053	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
058	P	N	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG
064	P	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA IgG
065	P	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgG
066	P	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgG
068	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
089	P	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgG
115	P	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA IgG
138	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
156	P	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV IIFT (IgG)
211	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
214	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
228	P	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA IgG
230	P	N	2/2	Vircell	VZV VirClia IgG Monotest
241	P	N	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG (CSF)
290	P	N	2/2	BioVendor	CLIA VZV IgG
312	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
313	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
316	P	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgG
332	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
333	P	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgG
344	P	N	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG (CSF)
347	P	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgG
350	P	N	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG (CSF)
354	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
356	P	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgG
363	N	N	0/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
365	P	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA IgG
370	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
373	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
388	P	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgG
398	P	N	2/2	TestLine	CLIA VZV IgG
407	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
456	P	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgG
460	P	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA IgG

Marker: **VZV IgG**

Lab.	A	B	Body	Výrobce	Souprava
529	P	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgG
550	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
551	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
552	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
554	P	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA IgG
560	P	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA IgG
569	P	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgG
595	P	N	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG (CSF)
598	P	N	2/2	NovaTec Immunodiagnostica	NovaLisa VZV IgG ELISA
601	P	N	2/2	BioVendor	CLIA VZV IgG
637	P	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgG
647	P	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgG
675	P	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA IgG
702	P	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA IgG
743	P	N	2/2	Orgentec	Alegria Anti-VZV IgG
746	P	N	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG (CSF)
760	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
764	P	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgG
766	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
786	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG
787	P	N	2/2	Orgentec	Alegria Anti-VZV IgG
792	P	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgG

Marker: **Avidita VZV IgG**

Lab.	A	B	Body	Výrobce	Souprava
002	94 %	nelze	2/2	TestLine	EIA VZV IgG Avidity
058	100 %	nelze	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG a avidita
228	81 %	nelze	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA (IgG) Avidity
344	93 %	nelze	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG a avidita
365	97 %	nelze	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG a avidita
460	100 %	nelze	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG a avidita
554	79 %	nelze	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA (IgG) Avidity
647	93 %	nelze	2/2	TestLine	EIA VZV IgG Avidity
746	91 %	nelze	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG a avidita

Marker: VZV IgM

Lab.	A	B	Body	Výrobce	Souprava
002	N	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgM
013	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
016	N	N	2/2	VirCell	VZV VirCia IgM Monotest
020	N	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA-IgM
028	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
032	N	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgM
035	N	N	2/2	TestLine	SK VZV IgM
037	N	N	2/2	VirCell	VZV VirCia IgM Monotest
038	N	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgM
039	N	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgM
044	N	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgM
051	N	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA-IgM
053	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
058	N	N	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgM
064	N	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA-IgM
065	N	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgM
066	N	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgM
068	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
115	N	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA-IgM
138	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
156	N	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV IIFT (IgM)
211	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
214	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
228	N	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA-IgM
230	N	N	2/2	VirCell	VZV VirCia IgM Monotest
241	N	N	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgM
290	P	N	0/2	BioVendor	CLIA VZV IgM
312	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
313	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
316	N	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgM
332	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
333	N	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgM
344	N	N	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgM
347	N	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgM
350	N	N	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgM
354	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
356	N	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgM
363	P	N	0/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
365	N	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA-IgM
370	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
373	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
388	N	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgM
398	P	N	0/2	TestLine	CLIA VZV IgM
407	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
456	N	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgM
460	N	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA-IgM
529	N	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgM
550	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
551	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
552	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
554	N	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA-IgM
560	N	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA-IgM

Marker: **VZV IgM**

Lab.	A	B	Body	Výrobce	Souprava
569	N	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgM
595	N	N	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgM
598	N	N	2/2	NovaTec Immunodiagnostica	NovaLisa VZV IgM ELISA
601	P	N	0/2	BioVendor	CLIA VZV IgM
637	N	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgM
647	N	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgM
675	N	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA-IgM
702	N	N	2/2	Euroimmun	Anti-VZV-ELISA-IgM
743	N	N	2/2	Orgentec	Alegria Anti-VZV IgM
746	N	N	2/2	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgM
760	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
764	N	N	2/2	Diesse	Chorus Varicella IgM
766	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM
786	N	N	2/2	TestLine	EIA VZV IgM
787	N	N	2/2	Orgentec	Alegria Anti-VZV IgM
792	N	N	2/2	DiaSorin	LIAISON VZV IgM

Marker: **VZV IgA**

Lab.	A	B	Výrobce	Souprava
214	N	N	Orgentec	Alegria VZV IgA
312	N	N	TestLine	Smart EIA VZV IgA
746	N	N	Vidia	ELISA-VIDITEST anti-VZV IgA
786	N	N	TestLine	EIA VZV IgA

Marker: **VZV KFR**

Lab.	A	B	Výrobce	Souprava
065	P	N	Virion/Serion	VZV antigen
344	P	N	Neuveden	Jiný test

Celkové bodové hodnocení jednotlivých laboratoří

Kód lab.	Vzorek A	Vzorek B	Maximum bodů	Dosaženo bodů	Úspěšnost	Hodnocení laboratoře ¹
002	8	8	16	16	100 %	uspěla
013	6	6	12	12	100 %	uspěla
016	6	6	12	12	100 %	uspěla
020	6	6	12	12	100 %	uspěla
028	6	6	12	12	100 %	uspěla
032	6	6	12	12	100 %	uspěla
035	6	5	12	11	92 %	uspěla
037	6	6	12	12	100 %	uspěla
038	6	6	12	12	100 %	uspěla
039	6	6	12	12	100 %	uspěla
044	6	6	12	12	100 %	uspěla
051	6	6	12	12	100 %	uspěla
053	6	6	12	12	100 %	uspěla
058	8	8	16	16	100 %	uspěla
064	6	6	12	12	100 %	uspěla
065	6	6	12	12	100 %	uspěla
066	6	6	12	12	100 %	uspěla
068	6	6	12	12	100 %	uspěla
089	4	4	8	8	100 %	uspěla
115	6	6	12	12	100 %	uspěla
138	6	6	12	12	100 %	uspěla
156	6	6	12	12	100 %	uspěla
211	6	6	12	12	100 %	uspěla
214	6	6	12	12	100 %	uspěla
228	8	8	16	16	100 %	uspěla
230	6	6	12	12	100 %	uspěla
241	6	6	12	12	100 %	uspěla
290	4	6	12	10	83 %	uspěla
312	6	6	12	12	100 %	uspěla
313	6	6	12	12	100 %	uspěla
316	6	6	12	12	100 %	uspěla
332	6	6	12	12	100 %	uspěla
333	6	6	12	12	100 %	uspěla
344	8	8	16	16	100 %	uspěla
347	6	6	12	12	100 %	uspěla
350	6	6	12	12	100 %	uspěla
354	6	6	12	12	100 %	uspěla
356	6	6	12	12	100 %	uspěla
363	0	6	12	6	50 %	neuspěla
365	8	8	16	16	100 %	uspěla
370	6	6	12	12	100 %	uspěla
373	6	6	12	12	100 %	uspěla
388	6	6	12	12	100 %	uspěla
398	4	6	12	10	83 %	uspěla
407	6	6	12	12	100 %	uspěla
456	6	6	12	12	100 %	uspěla
460	8	8	16	16	100 %	uspěla
529	6	6	12	12	100 %	uspěla

Kód lab.	Vzorek A	Vzorek B	Maximum bodů	Dosaženo bodů	Úspěšnost	Hodnocení laboratoře ¹
550	6	6	12	12	100 %	uspěla
551	6	6	12	12	100 %	uspěla
552	6	6	12	12	100 %	uspěla
554	8	8	16	16	100 %	uspěla
560	6	6	12	12	100 %	uspěla
569	6	6	12	12	100 %	uspěla
595	6	6	12	12	100 %	uspěla
598	6	6	12	12	100 %	uspěla
601	4	6	12	10	83 %	uspěla
637	6	6	12	12	100 %	uspěla
647	8	8	16	16	100 %	uspěla
675	6	6	12	12	100 %	uspěla
702	6	6	12	12	100 %	uspěla
732	-	-	-	-	-	-
743	6	6	12	12	100 %	uspěla
746	8	8	16	16	100 %	uspěla
760	6	6	12	12	100 %	uspěla
764	6	6	12	12	100 %	uspěla
766	6	6	12	12	100 %	uspěla
786	6	6	12	12	100 %	uspěla
787	6	6	12	12	100 %	uspěla
792	6	6	12	12	100 %	uspěla

¹ Hranice úspěšnosti pro EHK 1487 byla stanovena na 80 %

Použité zkratky:

A, B	vzorek A, vzorek B (vzorky byly individuálně kódované)
Lab.	laboratoř
KFR	komplement fixační reakce
NIF	nepřímá imunofluorescence
nt	netestováno
P, H, N	pozitivní, hraniční, negativní
VZV	Varicella-zoster virus
x	chybí hodnocení markeru