



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2023
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/31/2025, EHK 1496

Očekávané výsledky: **Detekce papillomavirů**

1	LR Pozitivní, HR Negativní	HPV 11
2	LR Negativní, HR Negativní	
3	LR Negativní, HR Pozitivní	HPV 18
4	LR Negativní, HR Pozitivní	HPV 18
5	LR Negativní, HR Pozitivní	HPV 16

Dne 7.10.2025

Vyhodnotil: Mgr. Markéta Homolová