



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2023
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



Závěrečná zpráva

Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii
(Externí hodnocení kvality)

PT#M/34/2025 (EHK 1502)

Průkaz DNA
Herpes simplex viru, Varicella-zoster viru

Praha, leden 2026

Obsah

1.	Souhrnné informace o přípravě a hodnocení PT (Proficiency Testing)	3
2.	Způsob přípravy vzorků	4
3.	Charakteristika materiálu	4
4.	Způsob hodnocení	5
5.	Vyhodnocení	6
6.	Závěr	10
	Příloha 1: Přehled výsledků jednotlivých laboratoří a použitých testů	
	Příloha 2: Výsledkový protokol jednotlivé laboratoře	

Program zkoušení způsobilosti PT#M/34/2025 (EHK 1502) je zaměřen na průkaz DNA virů Herpes simplex virus (HSV) a Varicella-zoster virus (VZV).

Návrh a realizace PT#M/34/2025 (EHK 1502) byly prováděny podle standardního operačního postupu koordinátora programu EHK na pracovišti Expertní skupiny pro zkoušení způsobilosti (ESPT) Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Toto pracoviště je akreditováno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. jako poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001.

S veškerými informacemi dodanými účastníky je zacházeno jako s důvěrnými a nejsou bez souhlasu účastníka poskytovány třetím stranám.

Příloha závěrečné zprávy, tj. ohodnocený výsledkový protokol, je pro každou zúčastněnou laboratoř k dispozici ve webové aplikaci SZÚ v odkazu: <http://ehk.szu.cz/EHK10/> po přihlášení kódem laboratoře a heslem.

Zprávu vypracovaly:

Ing. Michaela Růžková, Ph.D. a Mgr. Markéta Pumannová, NRL pro herpetické viry, SZÚ Praha

Zprávu autorizoval:

Ing. Michaela Růžková, Ph.D.

Tel. 267 082 247 (476)

Dne: 26. 1. 2026

Pracoviště 2 ESPT

<https://szu.gov.cz/sluzby/zkouseni-zpusobilosti/zkouseni-zpusobilosti-pro-lekarskou-mikrobiologii/>
e-mail: ehk@szu.gov.cz

1. Souhrnné informace o přípravě a hodnocení PT# M/34/2025

Identifikace cyklu:	EHK 1502
Název PT:	Průkaz DNA Herpes simplex viru, Varicella-zoster viru
Koordinátor:	Ing. Michaela Růžková, Ph.D.
Podstata a účel PT/EHK:	Kvalitativní průkaz (případně kvantitativní průkaz) DNA virů HSV1, HSV2 a VZV.
Kritéria pro účast na PT:	Znalost a technické vybavení pro vyšetření DNA herpetických virů HSV1, HSV2 a VZV pomocí PCR.
Charakteristika materiálu:	Sada obsahuje 7 lyofilizovaných vzorků s HSV1, HSV2 nebo VZV o různých koncentracích. Součástí série může být i vzorek, který neobsahuje žádné z výše jmenovaných agens (viz kapitola 3 závěrečné zprávy).
Hodnocené ukazatele:	Detekce virové DNA (HSV1, HSV2 nebo VZV) metodou PCR; případně kvantitativní průkaz DNA těchto virů.
Způsob přípravy:	Viz kapitola 2 závěrečné zprávy.
Počet účastníků:	38
Termín distribuce vzorků:	21. 10. 2025
Informace účastníkům:	Viz Informace pro účastníky zaslané spolu se vzorky.
Termín pro odeslání výsledků účastníky:	25. 11. 2025
Označení vzorkovnic:	EHK 1502, PT # M/34, č. 1 - 7, 21. 10. 2025
Zabezpečení jakosti vzorku:	Zabezpečení homogenity: Homogenita je zajištěna promícháním vzorků před zahájením alikvotování do lyofilizačních lahvíček a rovněž v jejím průběhu. Zabezpečení stability: Stabilita je zajištěna manipulací za sterilních podmínek a vhodným skladováním. Dlouhodobá stabilita vzorků je zajištěna jejich lyofilizací.
Test homogenity a stability:	Test homogenity a stability je prováděn před distribucí účastníkům a v blízkosti uzávěrky série. Jedná se vždy o 3 náhodně vybrané vzorky z každé varianty. Průkazem homogenity a stability vzorků je dosažení totožných výsledků v čase.
Možné zdroje chyb:	Nedodržení správné laboratorní praxe a pokynů organizátora, záměna vzorků, selhání lidského faktoru.
Způsob vyhodnocení výsledků:	Viz kapitola 4 závěrečné zprávy.
Určení přijaté vztažné hodnoty:	Kvalitativní hodnocení: Výsledky získané v NRL. Kvantitativní hodnocení: Medián hodnot získaný od účastníků a NRL (po vyloučení nejvyšší a nejnižší odlehlé hodnoty)
Určení maximální směrodatné odchylky:	Nestanovuje se
Termín uveřejnění předběžných výsledků	28. 11. 2025
Termín uveřejnění závěrečné zprávy	Do 17. 2. 2026

2. Způsob přípravy vzorků

Výchozím materiálem pro přípravu vzorků byla tkáňová kultura lidských embryonálních fibroblastů (LEP) infikovaná virovými kmeny HSV1, HSV2 a VZV (viz kapitola 3).

Po dosažení cytopatického efektu na tkáňové kultuře byly odebrané vzorky naředěny kultivačním médiem (RPMI 1640 s 10% FBS) a rozplněny po 1 ml do lyofilizačních lahvíček. Stabilita vzorků byla zajištěna lyofilizací. Sestava vzorků byla lyofilizována na pracovišti Národní referenční laboratoře - Česká národní sbírka typových kultur (CNCTC). Každý virus byl lyofilizován samostatně (jednotlivé vzorky obsahovaly vždy pouze jeden virus).

Přítomnost viru ve vzorku a jeho kvantita byla ověřena metodou real-time PCR a multiplex PCR. Soupravy a přístroje použité v NRL jsou uvedeny v tabulce č. 4.

Test homogenity a stability byl proveden před distribucí účastníkům a v blízkosti uzávěrky série (3 náhodně vybrané vzorky od každého vzorku panelu EHK, viz kapitola 2.1). Lyofilizáty byly skladovány při teplotě 2 - 8°C. Po vyšetření byly lyofilizáty předány Koordinačnímu pracovišti ESPT 2 k rozeslání.

2.1. Test homogenity a stability

Homogenita byla zajištěna promícháním vzorků před zahájením alikvotování do lyofilizačních lahvíček a rovněž v jejím průběhu.

Stabilita vzorků byla zajištěna manipulací za sterilních podmínek a vhodným skladováním (uchovávání vzorků před lyofilizací při -70°C, po lyofilizaci až do vydání při 2 až 8°C). Dlouhodobá stabilita vzorků byla zajištěna jejich lyofilizací.

Test homogenity a stability byl proveden před distribucí účastníkům a v blízkosti uzávěrky série na 3 náhodně vybraných vzorcích z každé varianty. Průkazem homogenity a stability je dosažení totožných výsledků v čase. Výsledky testu homogenity a stability jsou uvedeny v tabulce č.2 a 3.

3. Charakteristika materiálu

Série EHK 1502 obsahovala 7 lyofilizovaných vzorků k určení virového agens (HSV1, HSV2 nebo VZV) metodou PCR. Součástí série byl i vzorek, který neobsahoval žádné z výše jmenovaných agens.

Jeden vzorek obsahoval vždy jen 1 kmen viru:

Vzorek 1 - obsahoval virus HSV1; ředěný 1:200

Vzorek 2 - obsahoval virus VZV; ředěný 1:100

Vzorek 3 - obsahoval kultivační médium ze sterilní tkáňové kultury LEP

Vzorek 4 - obsahoval virus HSV2; ředěný 1:100

Vzorek 5 - obsahoval virus VZV; ředěný 1:10

Vzorek 6 - obsahoval virus HSV1; ředěný 1:20

Vzorek 7 - obsahoval virus HSV2; ředěný 1:10

Tabulka 1: Panel EHK 1502

Vzorek	HSV1	HSV2	VZV
1	pozitivní (+)	negativní	negativní
2	negativní	negativní	pozitivní (+)
3	negativní	negativní	negativní
4	negativní	pozitivní (+)	negativní
5	negativní	negativní	pozitivní (++)
6	pozitivní (++)	negativní	negativní
7	negativní	pozitivní (++)	negativní

Správné kvalitativní výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 1, vyhodnocení kvantity je provedeno až na základě kvantitativních výsledků všech zúčastněných laboratoří, protože při testování nukleových kyselin metodou PCR existuje přirozený rozptyl hodnot v závislosti na typu použité soupravy i specifických podmínkách každého běhu (viz kapitola 5).

Tabulka 2: Test homogenity a stability u jednotlivých vzorků před odesláním účastníkům

Vzorek	Vzorek A (kopie/ml) (Ct)		Vzorek B (kopie/ml) (Ct)		Vzorek C (kopie/ml) (Ct)		Multiplex PCR (vz. A, B, C)
1	171690	26,40	198065	26,19	218117	26,05	HSV1
2	343285	24,76	255185	25,20	307065	24,92	VZV
3	0	00,00	0	00,00	0	00,00	negativní
4	72585	28,22	64120	28,41	96560	27,79	HSV2
5	3054270	21,51	3021360	21,52	2798175	21,84	VZV
6	4502644	21,68	3656318	21,98	2911674	22,31	HSV1
7	1450930	23,69	1543935	23,59	1168915	24,01	HSV2

Tabulka 3: Test homogenity a stability u jednotlivých vzorků v blízkosti uzávěrky série

Vzorek	Vzorek D (kopie/ml) (Ct)		Vzorek E (kopie/ml) (Ct)		Vzorek F (kopie/ml) (Ct)		Multiplex PCR (vz. D, E, F)
1	296303	25,52	362007	25,22	356138	25,25	HSV1
2	127665	26,43	345080	24,93	152340	26,16	VZV
3	0	00,00	0	00,00	0	00,00	negativní
4	139770	27,08	46955	28,69	117985	27,33	HSV2
5	1762335	22,46	2789170	21,77	1734390	22,48	VZV
6	2629438	22,29	2536770	22,34	2522983	22,35	HSV1
7	1651580	23,44	1737905	23,36	1679615	23,41	HSV2

Tabulka 4: Soupravy a přístroje použité v NRL

Metoda	Výrobce	Souprava	Šarže	Přístroj
Izolace DNA	GeneProof	GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit	2438885 2439502	-
PCR HSV1/2	GeneProof	GeneProof Herpes simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit	2439420 2439624	RotorGene Q
PCR VZV	GeneProof	GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit	2439234 2439419	RotorGene Q
Multiplex PCR	Seegene	Allplex® Meningitis-V1 Assay	MG6625D02	CFX96

4. Způsob hodnocení

Kvalitativní hodnocení

Vztažnou hodnotou je výsledek získaný v NRL pro herpetické viry.

Shodný výsledek každého vzorku je hodnocen 2 body.

Negativní výsledek u vzorku obsahujícího méně než 1000 kopií/ml je hodnocen 1 bodem.

Bez bodového ohodnocení jsou výsledky, které se s očekávaným výsledkem neshodují.

U každé laboratoře je vypočtena procentuální úspěšnost, definovaná jako podíl skutečně dosaženého počtu bodů a maximálního dosažitelného počtu bodů (maximální dosažitelný počet bodů při 7 vzorcích v sadě činí 14 bodů za HSV DNA a 14 bodů za VZV DNA), přičemž detekce HSV DNA a detekce VZV DNA se hodnotí zvlášť.

Pro získání certifikátu je nezbytná účast v kvalitativní části HSV DNA i VZV DNA a zároveň dosažení minimální požadované hranice úspěšnosti, která byla v obou případech stanovena na 80 % (tj. je zapotřebí získat minimálně 12 bodů ze 14 možných v kvalitativní části HSV DNA a VZV DNA, aby laboratoř uspěla).

Kvantitativní hodnocení

Kvantitativní výsledky jsou bodovány nezávisle na kvalitativních.

Kvantitativní výsledky jsou porovnávány s mediánem hodnot získaných od všech účastníků včetně výsledků NRL pro herpetické viry (po vyloučení nejvyšší a nejnižší odlehlé hodnoty).

Odchylka do 1 dekadického logaritmu od vztažné hodnoty je hodnocena 2 body.

Odchylka do 2 dekadických logaritmů od vztažné hodnoty je hodnocena 1 bodem.

Odchylka větší než 2 dekadické logaritmy je za 0 bodů.

Do hodnocení je zahrnuto všech 7 vzorků v sadě.

U každé laboratoře je vypočtena procentuální úspěšnost, definovaná jako podíl skutečně dosaženého počtu bodů a maximálního dosažitelného počtu bodů (maximální dosažitelný počet bodů při 7 vzorcích v sadě činí 14 bodů za HSV DNA a 14 bodů za VZV DNA), přičemž detekce HSV DNA a detekce VZV DNA se hodnotí zvlášť.

Hodnocení kvantitativních výsledků podle dosažených bodů je následující:

14 bodů ze 14 možných (úspěšnost 100 %) – velmi dobré výsledky

12 až 13 bodů ze 14 možných (úspěšnost 86 - 93 %) – dobré výsledky

11 bodů a méně ze 14 možných (úspěšnost menší než 80 %) – nevyhovující výsledky

Kvantitativní výsledky jsou hodnoceny individuálním komentářem v hodnotícím protokolu.

5. Vyhodnocení

5.1. Průkaz HSV DNA

Tabulka 5: Správné výsledky HSV DNA

Vzorek	HSV Kvalitativní výsledek	HSV Kvantitativní výsledek ¹ (kopie/ml)	HSV Kvantitativní rozsah pro 2 body (kopie/ml)	HSV Kvantitativní rozsah pro 1 bod (kopie/ml)
1	HSV1	$1,75 \cdot 10^5$	$1,75 \cdot 10^4 - 1,75 \cdot 10^6$	$1,75 \cdot 10^3 - 1,75 \cdot 10^7$
2	negativní (VZV)	0	0	0
3	negativní	0	0	0
4	HSV2	$8,93 \cdot 10^4$	$8,93 \cdot 10^3 - 8,93 \cdot 10^5$	$8,93 \cdot 10^2 - 8,93 \cdot 10^6$
5	negativní (VZV)	0	0	0
6	HSV1	$2,12 \cdot 10^6$	$2,12 \cdot 10^5 - 2,12 \cdot 10^7$	$2,12 \cdot 10^4 - 2,12 \cdot 10^8$
7	HSV2	$1,16 \cdot 10^6$	$1,16 \cdot 10^5 - 1,16 \cdot 10^7$	$1,16 \cdot 10^4 - 1,16 \cdot 10^8$

¹ Medián hodnot získaný od účastníků a NRL (po vyloučení nejvyšší a nejnižší odlehlé hodnoty)

5.1.1. Kvalitativní průkaz HSV DNA

Kvalitativního hodnocení HSV DNA se zúčastnilo 37 laboratoří z 38 přihlášených laboratoří (1 laboratoř nedodala výsledky). Souhrnné výsledky laboratoří jsou shrnuty v tabulce č. 6. Používané soupravy pro diagnostiku HSV DNA jsou uvedeny v tabulce č. 8.

Tabulka 6: Souhrnné výsledky laboratoří – kvalitativní průkaz HSV DNA

Vzorek	Výsledek EHK	Počet správných výsledků/celkem	Úspěšnost	Typ chyby
1	HSV1	37/37	100 %	-
2	negativní (VZV)	37/37	100 %	-
3	negativní	37/37	100 %	-
4	HSV2	37/37	100 %	-
5	negativní (VZV)	37/37	100 %	-
6	HSV1	37/37	100 %	-
7	HSV2	37/37	100 %	-

Celkem bylo možné získat za kvalitativní diagnostiku HSV DNA 14 bodů, kterých dosáhlo všech 37 laboratoří (tj. 100 %).

5.1.2. Kvantitativní průkaz HSV DNA

Kvantitativního hodnocení HSV DNA se zúčastnilo 17 laboratoří. Výsledky kvantitativní diagnostiky HSV DNA jsou shrnuty v tabulce č. 7.

Tabulka 7: Souhrnné výsledky laboratoří – kvantitativní průkaz HSV DNA

Vzorek	Virus	Medián (kopie/ml)	2 body ¹	1 bod ²	0 bodů ³
1	HSV1	1,75.10 ⁵	15/17	2/17	0/17
2	negativní (VZV)	0	17/17	0/17	0/17
3	negativní	0	17/17	0/17	0/17
4	HSV2	8,93.10 ⁴	17/17	0/17	0/17
5	negativní (VZV)	0	17/17	0/17	0/17
6	HSV1	2,12.10 ⁶	17/17	0/17	0/17
7	HSV2	1,16.10 ⁶	17/17	0/17	0/17

¹ 2 body – při odchylce výsledku laboratoře do 1 dekadického logaritmu od vztažné hodnoty

² 1 bod – při odchylce výsledku laboratoře do 2 dekadických logaritmů od vztažné hodnoty

³ 0 bodů – při odchylce výsledku laboratoře větší než 2 dekadické logaritmy

Za kvantitativní diagnostiku HSV DNA bylo možné získat celkem 14 bodů, kterých dosáhlo 15 laboratoří ze 17 (tj. 88 %). Dvě laboratoře získaly 13 bodů. Nevyhovující výsledky se letos neobjevily u žádné laboratoře.

Používané soupravy pro diagnostiku HSV DNA jsou uvedeny v tabulce č. 8.

Tabulka 8: Použité soupravy pro průkaz HSV DNA

Výrobce	Souprava	Počet uživatelů
Abbott	Alinity m HSV1&2/VZV Assay	1
Anatolia Geneworks	Bosphore HSV 1-2 Quantification Kit v1	1
BioMérieux	Argene HSV1&2 VZV R-GENE	1
Clonit	Quanty HSV 1-2	1
Ecoli	eSens HSV 1/2 genotype QL PCR kit	1
Elisabeth Pharmacon	EliGene HSV1/HSV2 UNI	1
ELITech Group	Meningitis Viral 1 ELITe MGB Panel	1
GeneProof	Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit	20
In-house	In-house	1
Sacace Biotechnologies	HSV 1/2 Typing Real-TM	7
Seegene	Allplex Genital ulcer Assay	1
Seegene	Allplex Meningitis-V1 Assay	1

Celkem: 37

5.2. Průkaz VZV DNA

Tabulka 9: Správné výsledky VZV DNA

Vzorek	VZV Kvalitativní výsledek	VZV Kvantitativní výsledek ¹ (kopie/ml)	VZV Kvantitativní rozsah pro 2 body (kopie/ml)	VZV Kvantitativní rozsah pro 1 bod (kopie/ml)
1	negativní (HSV1)	0	0	0
2	VZV	$1,52 \cdot 10^5$	$1,52 \cdot 10^4 - 1,52 \cdot 10^6$	$1,52 \cdot 10^3 - 1,52 \cdot 10^7$
3	negativní	0	0	0
4	negativní (HSV2)	0	0	0
5	VZV	$1,33 \cdot 10^6$	$1,33 \cdot 10^5 - 1,33 \cdot 10^7$	$1,33 \cdot 10^4 - 1,33 \cdot 10^8$
6	negativní (HSV1)	0	0	0
7	negativní (HSV2)	0	0	0

¹ Medián hodnot získaný od účastníků a NRL (po vyloučení nejvyšší a nejnižší odlehlé hodnoty)

5.2.1. Kvalitativní průkaz VZV DNA

Kvalitativního hodnocení VZV DNA se zúčastnilo 37 laboratoří z 38 přihlášených laboratoří (1 laboratoř nedodala výsledky). Souhrnné výsledky laboratoří jsou shrnuty v tabulce č. 10. Používané soupravy pro diagnostiku VZV DNA jsou uvedeny v tabulce č. 12.

Tabulka 10: Souhrnné výsledky laboratoří – kvalitativní průkaz VZV DNA

Vzorek	Výsledek EHK	Počet správných výsledků/celkem	Úspěšnost	Typ chyby
1	negativní (HSV1)	37/37	100 %	-
2	VZV	37/37	100 %	-
3	negativní	37/37	100 %	-
4	negativní (HSV2)	37/37	100 %	-
5	VZV	37/37	100 %	-
6	negativní (HSV1)	37/37	100 %	-
7	negativní (HSV2)	37/37	100 %	-

Celkem bylo možné získat za kvalitativní diagnostiku VZV DNA 14 bodů, kterých dosáhlo všech 37 laboratoří (tj. 100 %).

5.2.2. Kvantitativní průkaz VZV DNA

Kvantitativního hodnocení VZV DNA se zúčastnilo 16 laboratoří. Výsledky kvantitativní diagnostiky VZV DNA jsou shrnuty v tabulce č. 11. Používané soupravy pro diagnostiku VZV DNA jsou uvedeny v tabulce č. 12.

Tabulka 11: Souhrnné výsledky laboratoří – kvantitativní průkaz VZV DNA

Vzorek	Virus	Medián (kopie/ml)	2 body ¹	1 bod ²	0 bodů ³
1	negativní (HSV1)	0	16/16	0/16	0/16
2	VZV	1,52.10 ⁵	15/16	1/16	0/16
3	negativní	0	16/16	0/16	0/16
4	negativní (HSV2)	0	16/16	0/16	0/16
5	VZV	1,33.10 ⁶	16/16	0/16	0/16
6	negativní (HSV1)	0	16/16	0/16	0/16
7	negativní (HSV2)	0	16/16	0/16	0/16

¹ 2 body – při odchylce výsledku laboratoře do 1 dekadického logaritmu od vztažné hodnoty

² 1 bod – při odchylce výsledku laboratoře do 2 dekadických logaritmů od vztažné hodnoty

³ 0 bodů – při odchylce výsledku laboratoře větší než 2 dekadické logaritmy

Celkem bylo možné získat za kvantitativní diagnostiku VZV DNA 14 bodů, kterých dosáhlo 15 laboratoří z 16 (tj. 94 %). Jedna laboratoř získala 13 bodů ze 14 možných. Nevyhovující výsledky se letos neobjevily u žádné laboratoře.

Tabulka 12: Použité soupravy pro průkaz VZV DNA

Výrobce	Souprava	Počet uživatelů
Abbott	Alinity m HSV1&2/VZV Assay	1
BioMérieux	Argene HSV1&2 VZV R-GENE	1
Clonit	Quanty VZV	1
Ecoli	eSens VZV QL PCR kit	1
Elisabeth Pharmacon	EliGene VZV UNI	1
ELITech Group	Meningitis Viral 1 ELITe MGB Panel	1
GeneProof	Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit	20
In-house	In-house	1
Sacace Biotechnologies	VZV Real-TM	7
Seegene	Allplex Genital ulcer Assay	1
Seegene	Allplex Meningitis-V1 Assay	1
Qiagen	Artus VZV LC PCR Kit	1

Celkem: 37

6. Závěr

Do EHK 1502 - Průkaz DNA Herpes simplex viru, Varicella-zoster viru se přihlásilo 38 laboratoří, jedna laboratoř nedodala výsledky zpět k vyhodnocení.

V kvalitativní části EHK, jejíž úspěšná účast je podmínkou pro získání certifikátu, uspělo všech 37 laboratoří. Laboratoře, které se zúčastnily kvantitativního průkazu, obdržely individuální zhodnocení v komentáři.

Přehled výsledků jednotlivých laboratoří a celkové bodové hodnocení v EHK 1502 lze nalézt v Příloze 1.

Průkaz HSV DNA

Kvalitativního průkazu HSV DNA se zúčastnilo 37 laboratoří, maximálního bodového zisku 14 bodů dosáhlo všech 37 laboratoří (100 %).

Kvantitativního průkazu HSV DNA se zúčastnilo 17 laboratoří, z toho 15 laboratoří získalo plný počet bodů. Dvě laboratoře ztratily 1 bod.

Inhibice nebyla zaznamenána u žádného vzorku.

Průkaz VZV DNA

Kvalitativního průkazu VZV DNA se zúčastnilo 37 laboratoří, maximálního bodového zisku 14 bodů dosáhlo všech 37 laboratoří (100 %).

Kvantitativního průkazu VZV DNA se zúčastnilo 16 laboratoří, maximálního bodového zisku 14 bodů dosáhlo 15 laboratoří. Jedna laboratoř ztratila 1 bod.

Inhibice nebyla zaznamenána u žádného vzorku.

V případě reklamací vyhodnocení série, prosím, postupujte dle reklamačního řádu. Pro zadání reklamace použijte také webovou aplikaci SZÚ.

KONEC ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY