



Státní zdravotní ústav  
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti  
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA  
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2023  
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/12/2026, EHK 1549

Očekávané výsledky: **Sérologie Syfilis**

Označení vzorku v NRL/SYF	anti-CARDIOLIPINOVÉ protilátky	anti-TREPONEMOVÉ protilátky
A	++++ 1:32 P	P
B	N	N
C	++++ 1:16 P	P
D	++++ 1:16 P	P
E	N	P

**P = pozitivní**

**N = negativní**

**VZORKY C a D jsou IDENTICKÉ**

Vzorky byly individuálně kódované, takže vzorek A nemusí odpovídat vzorku č. 1 na štítku zkumavky.

V Praze dne 23. 3. 2026

Vypracoval: MUDr. Zákoucká