



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/17/2026, EHK 1556

Očekávané výsledky - Sérologie HBV markery

MARKER	VZOREK				
	A	B*	C	D	E
HBsAg	-	+	+	-	-
Anti-HBc total	+	+	+	-	-
Anti-HBc IgM	-	+	-	-	-
HBeAg	-	X	-	-	-
Anti-HBe	+	-	+	-	-
Anti-HBs	+	-	-	-	+

Vzorky jsou individuálně kódovány, takže písmeno A v tabulce nemusí odpovídat číslu 1 na štítku zkumavky.

***Vzorek B:** Nehodnocen marker HBeAg. Blíže v připravované závěrečné zprávě.

V Praze dne 8. 5. 2026

Vypracoval: Mgr. Fritz