

# Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Výběrové podmínky : Série = 1548

Tržidelnost podle : Lab.

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HBc II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	7,35	1,0	R	80159BE00
016	9,0		P	80159BE00
026	8,29		P	83171BE00
038	7,760	1,0	P	77205BE00
039	7,26	1,0	P	83171BE00
091	7,78	1,0	R	80159be00
095	8,23	1	P	79508BE00
164		7,65	R	80152BE00
175	8,24		R	80159BE00
190	6,97		R	83171BE00
200	8,46		R	83171BE00
218	8,53		R	83171BE00
242	56211	6672,6667	R	80159BE00
258	7,4	1,0	R	80102BE00
281		7,72	R	80159BE00
312	7,53		R	80152BE00
332	7,02	1,0	P	77224BE00
336	5,58		R	75062BE00
354	7,28	1	P	77224BE00
365	5,37	1,0	P	75075BE00
392	5,36	1,0	R	79508BE00
529	7		P	67549BE00
533	7,42		R	80159BE00
551	8,25	1,0	P	83171BE00
552	5,920		R	75075BE00
566	5,98	1	P	76375BE00
638	7,72	1,0	R	80159BE00
743	7,23	1,0	R	80159BE00
757	7,19	1,00	P	783696BE00
767	5,98		R	75069BE00
777	6,56	1	R	83171BE00

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
028	8,41		P	80183BE00
031	9,41		R	80183BE00
032	8,53	1,00	R	80183BE00
051	9,33	0,99	P	80183BE00
064	9,14		P	80183BE00
089	9,57		R	77205BE00
097	7,37		R	80183BE00
099	9,84		R	83356BE00
115	8,40		P	80173BE00

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
138	7,07		R	73294BE00
158	9,18		R	77205BE00
172	116515	12070,7	R	80183BE00
183	9,09		R	77211BE00
211	9,07	1,0	R	80183BE00
219	8,63	0,85	R	80183BE00
227	9,21	1,0	R	77205BE00
250	7,97		P	77205BE00
256		8,3	R	77205BE00
266	8,47		R	80183BE00
271	8,21	1,00	R	80183BE00
273	9,11		R	80183BE00
299	8,11		P	77205BE00
310		9,03	R	80183BE00
311		7,22	R	80183BE00
316	8,87		P	80183BE00
333		9,990	P	83356BE00
344	9,84	1,0	R	80183BE00
350	8,91		P	77205BE00
358	9,400	1,000	R	77205BE00
379	11,94		P	77205BE00
381		7,24	R	80183BE00
453	8,51		P	77205BE00
641	9,09		R	83356BE00
672	8,48	1,0	R	80183BE00
679		8,68	R	80183BE00
782	99256	9510,7	P	80183BE00
792	6,17		P	70149BE00

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBc Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	258	0,9	P	494330
627	185,82	1,00	P	594332
645	237,49	0,90	P	594332

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS Anti-HBc Total II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	0,00	1,40	P	1011402880
018	0		P	1011519270
290	0,00	1	P	1011519270
355	0,00		P	1010670270

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa anti-HBc PLUS

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
088	2,523	0,2088	R	5H0133
112	2,8970	0,2813	P	5F0132
262	2,6530	0,2372	R	5F0132
265	2,9570	0,2653	R	5H0133

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core Anti-HBc EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,01		R	869967
241	0,007	1	P	00851732
787	0,008		P	828537

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		0,01	P	00882768
037	0,009		P	00882768
090	0,00733		R	86996701
176	0,00741		R	86996701
213	0,00625		R	869967
243	0,006	1	R	855307
244	0,007	1,0	R	882768
248	0,01	1,0	P	85173203
257	0,0066	1,00	R	86996501
264	0,00689	1,0	R	869965
268	0,010	1,000	R	851732
280	0,00700	1,0	R	869967
287	0,008	1,0	P	88276801
297		0,0069	R	869967
326	0,00705		R	86996701
328		0,009	R	82406401
349		0,008	R	
356	0,007		R	85173203
361	0,007	1,0	P	85173203
373	0,01	1,0	P	88276801
388	0,012	1	P	882768
417	0,007	1,0	R	86996501
421	0,011		R	882768
442	0,007	1	R	00882768
444	0,00706	1,0	P	869967
455	0,01		R	869965
456	0,011	1,0	P	88276801

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
462	0,00697		R	886167
465	0,007	1,00	P	85530901
476	0,00738	1	R	
554	0,007	1,000	P	869967
560		0,01	P	886167
630	0,008	1	R	00882768
633	0,009		R	851732
643	0,010	1,0	P	882768
644	0,01		P	882768
675	0,007	1	P	869967
771	0,00651	1	R	869967
793	0,00711		P	869967
795	0,007	1	R	869967

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HBc total

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	10,0		R	09488016
745	10	1	P	016

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HBcT/T2

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	OVER		R	016
068	OVER	1,0	R	09487016
339	10		R	06403017
370	10	1	R	09485016
416	10	1,0	P	136016
426	10		P	09486016
445	10	1	P	017
612	10,0	1,0	R	016
761	OVER		P	09487016

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	0,10		R	318019
180	OVER	1	R	318017
270	0,1	1,0	P	318019
347	0,100	1	R	318018
396	0,100	1,0	P	318018
489	0,1	1,0	P	318018B

# Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
737	0,1		P	318018
755	0,1		R	318018

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,100		P	318018
034	0,1	1	P	318018
044	0,100		R	318018
053	0,1	1	P	318018
070	0,1		R	318018
156	0,1	1	P	318018
169	0,100	1,10	R	318018
191	0,1	1	R	318018
192	0,1	1,00	P	318018
198	0,100	1	R	318018exp.11/26
214	0,1	1,1	P	318018
363	0,10		P	318018
550	0,100		R	318018
702	0,1	1,1	P	318018
763	0,100	1,0	P	318018

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **A**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	9,540		R	83356BE00
760	0,02	1	R	572104
797		0,02	P	572280

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HBc II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,1	1,0	N	80159BE00
016	0,1		N	80159BE00
026	0,10		N	83171BE00
038	0,090	1,0	N	77205BE00
039	0,12	1,0	N	83171BE00
091	0,09	1	N	80159be00
095	0,05	1	N	79508BE00
164		0,10	N	80152BE00
175	0,09		N	80159BE00
190	0,09		N	83171BE00

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HBc II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
200	0,14		N	83171BE00
218	0,23		N	83171BE00
242	804	6672,6667	N	80159BE00
258	0,09	1,0	N	80102BE00
281		0,12	N	80159BE00
312	0,14		N	80152BE00
332	0,12	1,0	N	77224BE00
336	0,11		N	75062BE00
354	0,13	1	N	77224BE00
365	0,10	1,0	N	75075BE00
392	0,07	1,0	N	79508BE00
529	0,15		N	67549BE00
533	0,09		N	80159BE00
551	0,09	1,0	N	83171BE00
552	0,110		N	75075BE00
566	0,23	1	N	76375BE00
638	0,09	1,0	N	80159BE00
743	0,12	1,0	N	80159BE00
757	0,09	1,00	N	783696BE00
767	0,11		N	75069BE00
777	0,09	1	N	83171BE00

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
028	0,16		N	80183BE00
031	0,12		N	80183BE00
032	0,08	1,00	N	80183BE00
051	0,10	0,99	N	80183BE00
064	0,11		N	80183BE00
089	0,09		N	77205BE00
097	0,08		N	80183BE00
099	0,12		N	83356BE00
115	0,09		N	80173BE00
138	0,14		N	73294BE00
158	0,08		N	77205BE00
172	1348	12070,7	N	80183BE00
183	0,12		N	77211BE00
211	0,08	1,0	N	80183BE00
219	0,10	0,85	N	80183BE00
227	0,10	1,0	N	77205BE00
250	0,14		N	77205BE00
256		0,07	N	77205BE00
266	0,13		N	80183BE00
271	0,08	1,00	N	80183BE00
273	0,07		N	80183BE00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
299	0,12		N	77205BE00
310		0,11	N	80183BE00
311		0,1	N	80183BE00
316	0,14		N	80183BE00
333		0,080	N	83356BE00
344	0,07	1,0	N	80183BE00
350	0,18		N	77205BE00
358	0,175	1,000	N	77205BE00
379	0,12		N	77205BE00
381		0,16	N	80183BE00
453	0,10		N	77205BE00
641	0,09		N	83356BE00
672	0,08	1,0	N	80183BE00
679		0,53	N	80183BE00
782	1120	9510,7	N	80183BE00
792	0,13		N	70149BE00

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBc Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,17	0,9	N	494330
627	0,13	1,00	N	594332
645	0,17	0,90	N	594332

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS Anti-HBc Total II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	2,27	1,40	N	1011402880
018	2,11		N	1011519270
290	1,95	1	N	1011519270
355	3,07		N	1010670270

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa anti-HBc PLUS

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
088	0,028	0,2088	N	5H0133
112	0,0200	0,2813	N	5F0132
262	0,0210	0,2372	N	5F0132
265	0,0990	0,2653	N	5H0133

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core Anti-HBc EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	2,39		N	869967
241	2,37	1	N	00851732
787	2,44		N	828537

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		2,02	N	00882768
037	1,890		N	00882768
090	2,37		N	86996701
176	2,3		N	86996701
213	2,33		N	869967
243	2,4067	1	N	855307
244	2,260	1,0	N	882768
248	1,9	1,0	N	85173203
257	2,37	1,00	N	86996501
264	2,31	1,0	N	869965
268	1,97	1,000	N	851732
280	2,34	1,0	N	869967
287	1,71	1,0	N	88276801
297		2,3500	N	869967
326	2,35		N	86996701
328		2,01	N	82406401
349		2,02	N	
356	1,51		N	85173203
361	2,21	1,0	N	85173203
373	1,95	0,99	N	88276801
388	2,19	1	N	882768
417	2,34	1,0	N	86996501
421	2,15		N	882768
442	2,30	1	N	00882768
444	2,43	1,0	N	869967
455	2,33		N	869965
456	2,11	1,0	N	88276801
462	2,30		N	886167
465	2,320	1,00	N	85530901
476	2,30	1	N	
554	2,310	1,000	N	869967
560		2,35	N	886167
630	1,84	1	N	00882768
633	1,67		N	851732
643	2,02	1,0	N	882768
644	1,98		N	882768
675	2,35	1	N	869967
771	2,3	1	N	869967
793	2,41		N	869967

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
795	2,31	1	N	869967

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HBc total

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	0,29		N	09488016
745	0,02	1	N	016

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HBcT/T2

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,25		N	016
068	0,23	1,0	N	09487016
339	0,20		N	06403017
370	0,27	1	N	09485016
416	0,25	1,0	N	136016
426	0,2		N	09486016
445	0,24	1	N	017
612	0,22	1,0	N	016
761	0,21		N	09487016

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	2,70		N	318019
180		1	N	318017
270	2,7	1,0	N	318019
347	2,7	1	N	318018
396	2,7	1,0	N	318018
489	2,7	1,0	N	318018B
737	2,7		N	318018
755	2,7		N	318018

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	2,70		N	318018
034	2,7	1	N	318018
044	2,70		N	318018
053	2,7	1	N	318018

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
070	2,7		N	318018
156	2,7	1	N	318018
169	2,70	1,10	N	318018
191	2,7	1	N	318018
192	2,70	1,00	N	318018
198	2,7	1	N	318018exp.11/26
214	2,7	1,1	N	318018
363	2,70		N	318018
550	2,70		N	318018
702	2,7	1,1	N	318018
763	2,7	1,0	N	318018

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **B**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,070		N	83356BE00
760	5,55	1	N	572104
797		5,65	N	572280

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HBc II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,1	1,0	N	80159BE00
016	0,1		N	80159BE00
026	0,09		N	83171BE00
038	0,100	1,0	N	77205BE00
039	0,09	1,0	N	83171BE00
091	0,08	1	N	80159be00
095	0,09	1	N	79508BE00
164		0,10	N	80152BE00
175	0,10		N	80159BE00
190	0,10		N	83171BE00
200	0,16		N	83171BE00
218	0,36		N	83171BE00
242	759	6672,6667	N	80159BE00
258	0,1	1,0	N	80102BE00
281		0,18	N	80159BE00
312	0,1		N	80152BE00
332	0,11	1,0	N	77224BE00
336	0,12		N	75062BE00
354	0,15	1	N	77224BE00
365	0,12	1,0	N	75075BE00
392	0,11	1,0	N	79508BE00
529	0,19		N	67549BE00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HBc II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
533	0,08		N	80159BE00
551	0,1	1,0	N	83171BE00
552	0,160		N	75075BE00
566	0,23	1	N	76375BE00
638	0,09	1,0	N	80159BE00
743	0,11	1,0	N	80159BE00
757	0,10	1,00	N	783696BE00
767	0,16		N	75069BE00
777	0,07	1	N	83171BE00

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
028	0,16		N	80183BE00
031	0,09		N	80183BE00
032	0,10	1,00	N	80183BE00
051	0,09	0,99	N	80183BE00
064	0,09		N	80183BE00
089	0,13		N	77205BE00
097	0,08		N	80183BE00
099	0,11		N	83356BE00
115	0,08		N	80173BE00
138	0,12		N	73294BE00
158	0,11		N	77205BE00
172	1733	12070,7	N	80183BE00
183	0,11		N	77211BE00
211	0,09	1,0	N	80183BE00
219	0,08	0,85	N	80183BE00
227	0,08	1,0	N	77205BE00
250	0,10		N	77205BE00
256		0,1	N	77205BE00
266	0,14		N	80183BE00
271	0,07	1,00	N	80183BE00
273	0,09		N	80183BE00
299	0,11		N	77205BE00
310		0,09	N	80183BE00
311		0,1	N	80183BE00
316	0,09		N	80183BE00
333		0,080	N	83356BE00
344	0,09	1,0	N	80183BE00
350	0,12		N	77205BE00
358	0,110	1,000	N	77205BE00
379	0,11		N	77205BE00
381		0,12	N	80183BE00
453	0,11		N	77205BE00
641	0,09		N	83356BE00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
672	0,08	1,0	N	80183BE00
679		0,74	N	80183BE00
782	1159	9510,7	N	80183BE00
792	0,12		N	70149BE00

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBc Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,18	0,9	N	494330
627	0,12	1,00	N	594332
645	0,18	0,90	N	594332

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **C**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS Anti-HBc Total II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	2,26	1,40	N	1011402880
018	2,15		N	1011519270
290	2,02	1	N	1011519270
355	3,08		N	1010670270

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa anti-HBc PLUS

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
088	0,031	0,2088	N	5H0133
112	0,0340	0,2813	N	5F0132
262	0,0310	0,2372	N	5F0132
265	0,0720	0,2653	N	5H0133

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core Anti-HBc EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	2,31		N	869967
241	2,35	1	N	00851732
787	2,350		N	828537

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
------	----	----	-----------	-------

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

035		1,72	N	00882768
037	1,660		N	00882768
090	2,32		N	86996701
176	2,17		N	86996701
213	2,09		N	869967
243	2,263	1	N	855307
244	2,200	1,0	N	882768
248	1,71	1,0	N	85173203
257	2,27	1,00	N	86996501
264	2,17	1,0	N	869965
268	1,70	1,000	N	851732
280	2,22	1,0	N	869967
287	1,57	1,0	N	88276801
297		2,2400	N	869967
326	2,24		N	86996701
328		1,83	N	82406401
349		1,78	N	
356	1,35		N	85173203
361	2,12	1,0	N	85173203
373	1,74	0,99	N	88276801
388	1,94	1	N	882768
417	2,27	1,0	N	86996501
421	1,74		N	882768
442	2,24	1	N	00882768
444	2,33	1,0	N	869967
455	2,15		N	869965
456	1,85	1,0	N	88276801
462	2,13		N	886167
465	2,260	1,00	N	85530901
476	2,13	1	N	
554	2,200	1,000	N	869967
560		2,3	N	886167
630	1,63	1	N	00882768
633	1,46		N	851732
643	1,81	1,0	N	882768
644	1,74		N	882768
675	2,25	1	N	869967
771	2,19	1	N	869967
793	2,36		N	869967
795	2,21	1	N	869967

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HBc total

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	0,35		N	09488016
745	0,33		N	016

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HBcT/T2

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,30		N	016
068	0,25	1,0	N	09487016
339	0,24		N	06403017
370	0,3	1	N	09485016
416	0,28	1,0	N	136016
426	0,26		N	09486016
445	0,27	1	N	017
612	0,28	1,0	N	016
761	0,25		N	09487016

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	2,70		N	318019
180		1	N	318017
270	2,7	1,0	N	318019
347	2,7	1	N	318018
396	2,7	1,0	N	318018
489	2,7	1,0	N	318018B
737	2,7		N	318018
755	2,7		N	318018

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	2,70		N	318018
034	2,7	1	N	318018
044	2,70		N	318018
053	2,7	1	N	318018
070	2,7		N	318018
156	2,7	1	N	318018
169	2,70	1,10	N	318018
191	2,7	1	N	318018
192	2,70	1,00	N	318018
198	2,7	1	N	318018exp.11/26
214	2,7	1,1	N	318018
363	2,7		N	318018
550	2,70		N	318018
702	2,7	1,1	N	318018
763	2,7	1,0	N	318018

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **C**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,080		N	83356BE00
760	5,96	1	N	572104
797		5,73	N	572280

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HBc II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	6,68	1,0	R	80159BE00
016	8,43		P	80159BE00
026	7,50		P	83171BE00
038	7,070	1,0	P	77205BE00
039	6,59	1,0	P	83171BE00
091	6,93	1	R	80159be00
095	7,31	1	P	79508BE00
164		6,95	R	80152BE00
175	7,20		R	80159BE00
190	6,39		R	83171BE00
200	7,69		R	83171BE00
218	7,80		R	83171BE00
242	51167	6672,6667	R	80159BE00
258	6,5	1,0	R	80102BE00
281		6,96	R	80159BE00
312	6,89		R	80152BE00
332	6,46	1,0	P	77224BE00
336	4,93		R	75062BE00
354	6,6	1	P	77224BE00
365	4,57	1,0	P	75075BE00
392	4,79	1,0	R	79508BE00
529	6,24		P	67549BE00
533	6,62		R	80159BE00
551	7,59	1,0	P	83171BE00
552	5,330		R	75075BE00
566	5,19	1	P	76375BE00
638	7,17	1,0	R	80159BE00
743	6,67	1,0	R	80159BE00
757	6,11	1,00	P	783696BE00
767	5,62		R	75069BE00
777	5,81	1	R	83171BE00

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
028	7,55		P	80183BE00
031	7,87		R	80183BE00

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
032	7,58	1,00	R	80183BE00
051	8,39	0,99	P	80183BE00
064	8,21		P	80183BE00
089	8,45		R	77205BE00
097	6,59		R	80183BE00
099	8,45		R	83356BE00
115	7,61		P	80173BE00
138	5,99		R	73294BE00
158	8,30		R	77205BE00
172	100457	12070,7	R	80183BE00
183	7,70		R	77211BE00
211	8,18	1,0	R	80183BE00
219	7,99	0,85	R	80183BE00
227	8,0	1,0	R	77205BE00
250	6,62		P	77205BE00
256		7,17	R	77205BE00
266	7,63		R	80183BE00
271	7,00	1,00	R	80183BE00
273	8,45		R	80183BE00
299	7,30		P	77205BE00
310		8,01	R	80183BE00
311		6,57	R	80183BE00
316	8,08		P	80183BE00
333		8,730	P	83356BE00
344	8,72	1,0	R	80183BE00
350	8,09		P	77205BE00
358	8,430	1,000	R	77205BE00
379	10,28		P	77205BE00
381		6,46	R	80183BE00
453	7,70		P	77205BE00
641	8,26		R	83356BE00
672	7,69	1,0	R	80183BE00
679		7,48	R	80183BE00
782	90219	9510,7	P	80183BE00
792	5,75		P	70149BE00

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **D**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBc Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	186	0,9	P	494330
627	135,11	1,00	P	594332
645	150,40	0,90	P	594332

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **D**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS Anti-HBc Total II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	0,00	1,40	P	1011402880
018	0		P	1011519270
290	0,00	1	P	1011519270
355	0,00		P	1010670270

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **D**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa anti-HBc PLUS

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
088	2,272	0,2088	R	5H0133
112	2,8060	0,2813	P	5F0132
262	2,6410	0,2372	R	5F0132
265	2,7390	0,2653	R	5H0133

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **D**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core Anti-HBc EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,01		R	869967
241	0,007	1	P	00851732
787	0,008		P	828537

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **D**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		0,01	P	00882768
037	0,008		P	00882768
090	0,00697		R	86996701
176	0,00749		R	86996701
213	0,00633		R	869967
243	0,006	1	R	855307
244	0,007	1,0	R	882768
248	0,01	1,0	P	85173203
257	0,0065	1,00	R	86996501
264	0,00704	1,0	R	869965
268	0,010	1,000	R	851732
280	0,00716	1,0	R	869967
287	0,008	1,0	P	88276801
297		0,0067	R	869967
326	0,00697		R	86996701
328		0,009	R	82406401
349		0,008	R	
356	0,007		R	85173203
361	0,007	1,0	P	85173203

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **D**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
373	0,01	0,99	P	88276801
388	0,012	1	P	882768
417	0,007	1,0	R	86996501
421	0,011		R	882768
442	0,007	1	R	00882768
444	0,00717	1,0	P	869967
455	0,01		R	869965
456	0,010	1,0	P	88276801
462	0,00706		R	886167
465	0,007	1,00	P	85530901
476	2,97	1	N	
554	0,007	1,000	P	869967
560		0,01	P	886167
630	0,009	1	R	00882768
633	0,009		R	851732
643	0,010	1,0	P	882768
644	0,01		P	882768
675	0,007	1	P	869967
771	0,00641	1	R	869967
793	0,00725		P	869967
795	0,00696	1	R	869967

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **D**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HBc total

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	10,0		R	09488016
745	10	1	P	016

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **D**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HBcT/T2

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	OVER		R	016
068	OVER	1,0	R	09487016
339	10		R	06403017
370	10	1	R	09485016
416	10	1,0	P	136016
426	10		P	09486016
445	10	1	P	017
612	10,0	1,0	R	016
761	OVER		P	09487016

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **D**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	0,10		R	318019
180	OVER	1	R	318017
270	0,1	1,0	P	318019
347	0,100	1	R	318018
396	0,100	1,0	P	318018
489	0,1	1,0	P	318018B
737	0,1		P	318018
755	0,1		R	318018

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **D**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,100		P	318018
034	0,1	1	P	318018
044	0,100		R	318018
053	0,1	1	P	318018
070	0,1		R	318018
156	0,1	1	P	318018
169	0,100	1,10	R	318018
191	0,100	1	R	318018
192	0,1	1,00	P	318018
198	0,100	1	R	318018exp.11/26
214	0,1	1,1	P	318018
363	0,10		P	318018
550	0,100		R	318018
702	0,1	2,7	P	318018
763	0,100	1,0	P	318018

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **D**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	8,670		R	83356BE00
760	0,02	1	R	572104
797		0,01	P	572280

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HBc II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,1	1,0	N	80159BE00
016	0,11		N	80159BE00
026	0,09		N	83171BE00
038	0,130	1,0	N	77205BE00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HBc II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
039	0,11	1,0	N	83171BE00
091	0,08	1	N	80159be00
095	0,05	1	N	79508BE00
164		0,11	N	80152BE00
175	0,10		N	80159BE00
190	0,09		N	83171BE00
200	0,14		N	83171BE00
218	0,25		N	83171BE00
242	728	6672,6667	N	80159BE00
258	0,1	1,0	N	80102BE00
281		0,13	N	80159BE00
312	0,13		N	80152BE00
332	0,11	1,0	N	77224BE00
336	0,12		N	75062BE00
354	0,11	1	N	77224BE00
365	0,09	1,0	N	75075BE00
392	0,07	1,0	N	79508BE00
529	0,17		N	67549BE00
533	0,09		N	80159BE00
551	0,09	1,0	N	83171BE00
552	0,130		N	75075BE00
566	0,21	1	N	76375BE00
638	0,09	1,0	N	80159BE00
743	0,1	1,0	N	80159BE00
757	0,11	1,00	N	783696BE00
767	0,13		N	75069BE00
777	0,11	1	N	83171BE00

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
028	0,12		N	80183BE00
031	0,11		N	80183BE00
032	0,09	1,00	N	80183BE00
051	0,12	0,99	N	80183BE00
064	0,09		N	80183BE00
089	0,10		N	77205BE00
097	0,10		N	80183BE00
099	0,12		N	83356BE00
115	0,10		N	80173BE00
138	0,12		N	73294BE00
158	0,08		N	77205BE00
172	1132	12070,7	N	80183BE00
183	0,11		N	77211BE00
211	0,09	1,0	N	80183BE00
219	0,09	0,85	N	80183BE00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
227	0,11	1,0	N	77205BE00
250	0,09		N	77205BE00
256		0,07	N	77205BE00
266	0,24		N	80183BE00
271	0,07	1,00	N	80183BE00
273	0,08		N	80183BE00
299	0,14		N	77205BE00
310		0,10	N	80183BE00
311		0,09	N	80183BE00
316	0,11		N	80183BE00
333		0,090	N	83356BE00
344	0,08	1,0	N	80183BE00
350	0,25		N	77205BE00
358	0,135	1,000	N	77205BE00
379	0,12		N	77205BE00
381		0,16	N	80183BE00
453	0,10		N	77205BE00
641	0,08		N	83356BE00
672	0,09	1,0	N	80183BE00
679		0,49	N	80183BE00
782	1094	9510,7	N	80183BE00
792	0,14		N	70149BE00

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBc Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,22	0,9	N	494330
627	0,14	1,00	N	594332
645	0,20	0,90	N	594332

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS Anti-HBc Total II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	2,16	1,40	N	1011402880
018	1,89		N	1011519270
290	1,87	1	N	1011519270
355	2,70		N	1010670270

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa anti-HBc PLUS

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
088	0,019	0,2088	N	5H0133

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa anti-HBc PLUS

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
112	0,0210	0,2813	N	5F0132
262	0,0200	0,2372	N	5F0132
265	0,0510	0,2653	N	5H0133

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core Anti-HBc EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	2,4		N	869967
241	2,33	1	N	00851732
787	2,160		N	828537

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		1,97	N	00882768
037	1,810		N	00882768
090	2,32		N	86996701
176	2,28		N	86996701
213	2,32		N	869967
243	2,403	1	N	855307
244	2,260	1,0	N	882768
248	1,91	1,0	N	85173203
257	2,37	1,00	N	86996501
264	2,29	1,0	N	869965
268	1,93	1,000	N	851732
280	2,34	1,0	N	869967
287	1,74	1,0	N	88276801
297		2,4100	N	869967
326	2,34		N	86996701
328		2,01	N	82406401
349		2,03	N	
356	1,50		N	85173203
361	2,21	1,0	N	85173203
373	1,94	0,99	N	88276801
388	2,14	1	N	882768
417	2,33	1,0	N	86996501
421	2,16		N	882768
442	2,37	1	N	00882768
444	2,43	1,0	N	869967
455	2,29		N	869965
456	2,17	1,0	N	88276801
462	2,24		N	886167
465	2,320	1,00	N	85530901
476	2,29	1	N	

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys Anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
554	2,240	1,000	N	869967
560		2,35	N	886167
630	1,87	1	N	00882768
633	1,65		N	851732
643	1,99	1,0	N	882768
644	1,99		N	882768
675	2,39	1	N	869967
771	2,31	1	N	869967
793	2,43		N	869967
795	2,31	1	N	869967

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HBc total

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	0,29		N	09488016
745	0,29	1	N	016

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HBcT/T2

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,25		N	016
068	0,23	1,0	N	09487016
339	0,16		N	06403017
370	0,27	1	N	09485016
416	0,24	1,0	N	136016
426	0,2		N	09486016
445	0,24	1	N	017
612	0,23	1,0	N	016
761	0,21		N	09487016

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	2,70		N	318019
180		1	N	318017
270	2,7	1,0	N	318019
347	2,7	1	N	318018
396	2,7	1,0	N	318018
489	2,7	1,0	N	318018B
737	2,7		N	318018
755	2,7		N	318018

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL anti-HBc

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	2,70		N	318018
034	2,7	1	N	318018
044	2,70		N	318018
053	2,7	1	N	318018
070	2,7		N	318018
156	2,7	1	N	318018
169	2,70	1,10	N	318018
191	2,7	1	N	318018
192	2,70	1,00	N	318018
198	2,7	1	N	318018exp.11/26
214	2,7	1,1	N	318018
363	1,97		N	318018
550	2,70		N	318018
702	2,7	1,1	N	318018
763	2,7	1,0	N	318018

Marker : **Anti-HBc total**

Vzorek : **E**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,070		N	83356BE00
760	5,66	1	N	572104
797		5,52	N	572280

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HCV - NEW

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,08	1,0	N	81201BE00
016	0,08		N	79250BE00
026	0,08		N	82082BE00
091	0,08	1	N	80496BE00
095	0,05	1	N	81229BE00
118	0,07		N	81201BE00
164		0,04	N	82082BE00
175	0,08		N	81201BE00
190	0,07		N	82082BE00
200	0,08		N	82082BE00
218	0,10		N	82082BE00
242	1282	17028,7333	N	82082BE00
258	0,08	0,9	N	80496BE00
281		0,11	N	79478BE00
312	0,02		N	80416BE00
332	0,02	1,0	N	80416BE00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HCV - NEW

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
336	0,06		N	76250BE00
354	0,06	1	N	79249BE00
357	0,08	1,0	N	81201BE00
365	0,07	1,0	N	80496BE00
392	0,05	1,0	N	81229BE00
463	0,02		N	80416BE00
529	0,08		N	71195BE00
533	0,08		N	79249BE00
551	0,11	1,0	N	78302BE00
552	0,070		N	79478BE00
569	0,06	1,00	N	79249BE00
638	0,07	1,0	N	79248BE00
743	0,07	1,0	N	79249BE00
744	0,07		N	81201BE00
757	0,02	1,00	N	80417BE00
767	0,09		N	74268BE00
777	0,06	1	N	82082BE00

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,050		N	79462BE00
028	0,10		N	83142BE00
031	0,07		N	79462BE00
032	0,05	1,00	N	78585BE00
038	0,060	1,0	N	80303BE00
051	0,04	0,99	N	79462BE00
064	0,04		N	79462BE00
089	0,05		N	79462BE00
097	0,09		N	81317BE00
099	0,05		N	79462BE00
115	0,08		N	83142BE00
138	0,05	1,0	N	79452BE00
158	0,09		N	81317BE00
172	1144	14699,7	N	80303BE00
183	0,09		N	81318BE00
211	0,05	1,0	N	79462BE00
219	0,08	0,85	N	81318BE00
227	0,06	1,0	N	79228BE00
250	0,08		N	81318BE00
256		0,08	N	81317BE00
266	0,08		N	80303BE00
271	0,07	1,00	N	80307BE00
273	0,074		N	81317BE00
299	0,08		N	81317BE00
310		0,04	N	79462BE00

# Prijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
311		0,08	N	81318BE00
316	0,05		N	78596BE00
333		0,080	N	81317BE00
344	0,08	1,0	N	81317BE00
350	0,05		N	78585BE00
358	0,040	1,000	N	78585BE00
379	0,08		N	78598BE00
381		0,08	N	81318BE00
412	0,04	1,0	N	79462BE00
453	0,06		N	78585BE00
546		0,09	N	79228BE00
566	0,09	1	N	80307BE00
641	0,04		N	79462BE00
672	0,04	1,0	N	78585BE00
679		0,06	N	79473BE00
711	0,09		N	81317BE00
733	0,07	1	N	80303BE00
782	802	18087,4	N	79462BE00
792	0,09		N	69344BE00

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS anti-HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	0,02	1,00	N	1011572660
018	0,04		N	1011609690
290	0,02	1,0	N	1011572660
355	0,05		N	1010580420
437	10	0,03	N	1011572660

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : ACCESS HCV Ab PLUS

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,06	0,9	N	597666
645	0,07	0,90	N	597666

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA v2

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,005	0,174	N	5K0083
034	0,244	0,290	N	5K0083
039	0,083	0,309	N	5F1598
056	0,130	0,2978	N	5K0083

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA v2

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
088	0,055	0,4123	N	5F1598
112	0,0440	0,4397	N	5H0599
262	0,0560	0,4517	N	5F1598
265	0,0720	0,4234	N	5F1598
460	0,044	0,240	N	4L0595

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core Anti-HCV II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,61		N	875356
787	0,605	0,999	N	875356

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys anti-HCV II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		0,07	N	00906685
037	0,102		N	00887761
090	0,0576		N	90665203
176	0,0596		N	90665202
213	0,0535		N	906652
243	0,0533	1	N	889619
244	0,067	0,9	N	887761
248	0,071	1,0	N	90668501
254	0,0628	1	N	906652
257	0,0408	0,90	N	91396803
264	0,0429	1,0	N	913968
268	0,082	0,9	N	887761
280	0,0550	1,0	N	906652
287	0,073	1,0	N	90558501
294	0,084	0,9	N	875752
297		0,0417	N	913968
326	0,0536		N	90665203
328		0,075	N	87575201
330	0,079	1,00	N	906685
339	0,081		N	90668501
349		0,076	N	906685
356	0,081		N	90668501
360	0,09	1,0	N	875752
361	0,064	0,9	N	87575201
373	0,08	0,99	N	90668501
388	0,088	1	N	887761
402	0,05	1	N	88961903
403	0,082	1,0	N	90668501
417	0,051	1,0	N	90665203

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys anti-HCV II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
421	0,073		N	906685
435	0,0549	0,89	N	906652
444	0,0659	1,0	N	906652
448	0,075	1	N	906685
455	0,0633		N	906652
456	0,071	1,0	N	(10)90668501
462	0,0489		N	913968
465	0,06	0,90	N	90665203
476	0,04	1	N	867004
554	0,043	0,900	N	913968
560		0,03	N	875356
627	0,07	1,00	N	875752
630	0,083	1	N	00906685
633	0,077		N	851732
643	0,085	1,0	N	906685
644	0,08		N	906685
675	0,046	1	N	913968
690	0,0632		N	889619
714	0,09		N	00906685
763	0,063	0,9	N	906685
771	0,0456	1	N	913968
793	0,0512		N	913968
795	0,3	1	N	875807

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	0,46		N	93795482
745	0,14	1	N	480

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HCV Ab (aHCV)

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,11		N	480
068	0,02	1,0	N	93794482
370	0,15	1	N	36284480
377	0,05	0,8	N	93793782
416	0,02	1,0	N	062482
426	0,08		N	36284480
445	0,02	1	N	482
609	0,19		N	482
612	0,02	1,0	N	482
761	0		N	36284480

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HCV Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	0,099		N	346029G
044	0,097		N	346031
053	0,09	1	N	346029G
070	0,1		N	346028
156	0,130	1	N	346031
169	0,11	0,90	N	346031
180	0,096	1	R	346029
191	0,1	1	N	346031
192	0,10	1,00	N	346031
198	0,095	1	N	346029exp.11/26
214	0,1	1,0	N	346031
270	0,1	1,0	N	346028
347	0,095	1	N	346029
363	0,09		N	346029G
396	0,087	1,0	N	346031
489	0,10	1,0	N	346031B
550	0,11		N	346031
625	0,10		N	346031
737	0,14		N	346031
755	0,11		N	346031

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : Murex HCV Ag/Ab Combination

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
241	0,102	0,301	N	A009310

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **A**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
702	0,03	1	N	572080
760	0,03	1	N	572019
780	0,089	0,241	N	25080037
797		0,03	N	572281

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HCV - NEW

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	14,26	1,0	R	81201BE00
016	14,4		P	79250BE00
026	14,46		P	82082BE00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HCV - NEW

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
091	14,17	1,0	R	80496BE00
095	30,29	1	P	81229BE00
118	15,78		R	81201BE00
164		10,63	R	82082BE00
175	14,89		R	81201BE00
190	13,11		R	82082BE00
200	16,07		R	82082BE00
218	14,92		R	82082BE00
242	237106	17028,7333	R	82082BE00
258	15,34	0,9	R	80496BE00
281		15,44	R	79478BE00
312	49,37		R	80416BE00
332	52,03	1,0	R	80416BE00
336	13,93		R	76250BE00
354	13,52	1	P	79249BE00
357	15,96	1,0	P	81201BE00
365	14,19	1,0	R	80496BE00
392	28,71	1,0	R	81229BE00
463	43,16		P	80416BE00
529	15,2		R	71195BE00
533	15,60		R	79249BE00
551	15,55	1,0	R	78302BE00
552	14,420		R	79478BE00
569	14,37	1,00	R	79249BE00
638	15,5	1,0	R	79248BE00
743	15,09	1,0	R	79249BE00
744	12,45		R	81201BE00
757	45,85	1,00	R	80417BE00
767	14,32		R	74268BE00
777	10,18	1,0	R	82082BE00

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	11,870		R	79462BE00
028	16,09		P	83142BE00
031	12,43		R	79462BE00
032	13,36	1,00	R	78585BE00
038	15,480	1,0	P	80303BE00
051	12,08	0,99	P	79462BE00
064	11,32		R	79462BE00
089	10,98		R	79462BE00
097	15,33		R	81317BE00
099	12,45		R	79462BE00
115	13,77		P	83142BE00
138	12,08	1,0	R	79452BE00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
158	15,23		R	81317BE00
172	219553	14699,7	R	80303BE00
183	16,20		R	81318BE00
211	11,85	1,0	R	79462BE00
219	13,74	0,85	R	81318BE00
227	16,20	1,0	R	79228BE00
250	14,59		P	81318BE00
256		15,34	R	81317BE00
266	14,65		R	80303BE00
271	16,32	1,00	R	80307BE00
273	13,445		R	81317BE00
299	14,56		P	81317BE00
310		11,84	R	79462BE00
311		13,99	R	81318BE00
316	11,88		P	78596BE00
333		15,160	P	81317BE00
344	14,75	1,0	R	81317BE00
350	10,60		P	78585BE00
358	12,690	1,000	R	78585BE00
379	18,94		P	78598BE00
381		15,86	R	81318BE00
412	10,40	1,0	R	79462BE00
453	12,79		R	78585BE00
546		16,02	R	79228BE00
566	15,66	1	P	80307BE00
641	10,46		R	79462BE00
672	11,96	1,0	R	78585BE00
679		11,03	R	79473BE00
711	14,88		R	81317BE00
733	14,34	1	R	80303BE00
782	188734	18087,4	P	79462BE00
792	15,45		R	69344BE00

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **B**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS anti-HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	17,42	1,00	P	1011572660
018	16,74		P	1011609690
290	17,44	1,0	P	1011572660
355	16,90		P	1010580420
437	5364	17,88	P	1011572660

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : ACCESS HCV Ab PLUS

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	18,5	0,9	P	597666
645	18,17	0,90	R	597666

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA v2

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	1,85	0,174	R	5K0083
034	7,476	0,290	R	5K0083
039	3,135	0,309	P	5F1598
056	2,931	0,2978	P	5K0083
088	2,951	0,4123	P	5F1598
112	2,7290	0,4397	P	5H0599
262	9,0000	0,4517	R	5F1598
265	9,0000	0,4234	R	5F1598
460	2,456	0,240	R	4L0595

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core Anti-HCV II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	138,0		R	875356
787	135	0,999	R	875356

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys anti-HCV II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		141,30	R	00906685
037	178,900		R	00887761
090	221		R	90665203
176	218		R	90665202
213	217		R	906652
243	228,667	1	R	889619
244	157,5	0,9	R	887761
248	121,8	1,0	P	90668501
254	215	1	R	906652
257	208	0,90	R	91396803
264	235	1,0	R	913968
268	156,7	0,9	R	887761
280	206	1,0	R	906652
287	144,2	1,0	R	90558501
294	160	0,9	P	875752
297		224,0000	R	913968
326	216		R	90665203

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys anti-HCV II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
328		57,36	R	87575201
330	127,8	1,00	R	906685
339	125,3		R	90668501
349		173,6	R	906685
356	151,9		R	90668501
360	69,59	1,0	R	875752
361	157	0,9	R	87575201
373	140,2	0,99	R	90668501
388	124,1	1	P	887761
402	215	1	R	88961903
403	172,3	1,0	R	90668501
417	218	1,0	R	90665203
421	126,0		R	906685
435	209	0,89	R	906652
444	230	1,0	P	906652
448	139,0	1	R	906685
455	220		R	906652
456	152,0	1,0	P	(10)90668501
462	214		R	913968
465	220,00	0,90	R	90665203
476	239,0	1	R	867004
554	220,000	0,900	R	913968
560		126	P	875356
627	178,90	1,00	P	875752
630	151,7	1	R	00906685
633	147,6		R	851732
643	163,5	1,0	P	906685
644	124,60		P	906685
675	224	1	R	913968
690	210		P	889619
714	121,3		R	00906685
763	160,4	0,9	P	906685
771	233	1	R	913968
793	229		P	913968
795	207	1	P	875807

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	11,0		R	93795482
745	11	1	R	480

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**  
Výrobce : Siemens Healthcare

Vzorek : **B**  
Souprava : Atellica IM HCV Ab (aHCV)

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	OVER		R	480
068	OVER	1,0	R	93794482
370	11	1	R	36284480
377	over	0,8	R	93793782
416	11	1,0	R	062482
426	11		P	36284480
445	11	1	R	482
609	11		R	482
612	11,0	1,0	R	482
761	OVER		P	36284480

Marker : **Anti-HCV**  
Výrobce : Sorin

Vzorek : **B**  
Souprava : LIAISON XL MUREX HCV Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	11		R	346029G
044	9,5		R	346031
053	9,3	1	P	346029G
070	9,2		P	346028
156	9,3	1	R	346031
169	9,80	0,90	R	346031
180	10	1	R	346029
191	9,0	1	R	346031
192	9,7	1,00	P	346031
198	10	1	R	346029exp.11/26
214	9,3	1,0	R	346031
270	8,5	1,0	P	346028
347	10	1	R	346029
363	10,00		R	346029G
396	8,9	1,0	P	346031
489	9,2	1,0	R	346031B
550	9,1		R	346031
625	9,3		R	346031
737	9,1		R	346031
755	9,1		R	346031

Marker : **Anti-HCV**  
Výrobce : Sorin

Vzorek : **B**  
Souprava : Murex HCV Ag/Ab Combination

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
241	1,726	0,301	P	A009310

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **B**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
702	136,5	1	R	572080
760	118	1	R	572019
780	1,108	0,241	R	25080037
797		136,69	P	572281

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HCV - NEW

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,1	1,0	N	81201BE00
016	0,11		N	79250BE00
026	0,11		N	82082BE00
091	0,12	1,0	N	80496BE00
095	0,05	1	N	81229BE00
118	0,11		N	81201BE00
164		0,06	N	82082BE00
175	0,12		N	81201BE00
190	0,11		N	82082BE00
200	0,12		N	82082BE00
218	0,15		N	82082BE00
242	2104	17028,7333	N	82082BE00
258	0,17	0,9	N	80496BE00
281		0,38	N	79478BE00
312	0,02		N	80416BE00
332	0,02	1,0	N	80416BE00
336	0,09		N	76250BE00
354	0,09	1	N	79249BE00
357	0,12	1,0	N	81201BE00
365	0,12	1,0	N	80496BE00
392	0,05	1,0	N	81229BE00
463	0,01		N	80416BE00
529	0,12		N	71195BE00
533	0,10		N	79249BE00
551	0,19	1,0	N	78302BE00
552	0,100		N	79478BE00
569	0,09	1,00	N	79249BE00
638	0,1	1,0	N	79248BE00
743	0,1	1,0	N	79249BE00
744	0,10		N	81201BE00
757	0,01	1,00	N	80417BE00
767	0,11		N	74268BE00
777	0,12	1	N	82082BE00

# P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzorek , souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,100		N	79462BE00
028	0,12		N	83142BE00
031	0,12		N	79462BE00
032	0,10	1,00	N	78585BE00
038	0,080	1,0	N	80303BE00
051	0,09	0,99	N	79462BE00
064	0,09		N	79462BE00
089	0,09		N	79462BE00
097	0,11		N	81317BE00
099	0,09		N	79462BE00
115	0,10		N	83142BE00
138	0,08	1,0	N	79452BE00
158	0,10		N	81317BE00
172	1658	14699,7	N	80303BE00
183	0,18		N	81318BE00
211	0,09	1,0	N	79462BE00
219	0,10	0,85	N	81318BE00
227	0,09	1,0	N	79228BE00
250	0,11		N	81318BE00
256		0,1	N	81317BE00
266	0,09		N	80303BE00
271	0,11	1,00	N	80307BE00
273	0,097		N	81317BE00
299	0,10		N	81317BE00
310		0,09	N	79462BE00
311		0,11	N	81318BE00
316	0,11		N	78596BE00
333		0,100	N	81317BE00
344	0,09	1,0	N	81317BE00
350	0,09		N	78585BE00
358	0,080	1,000	N	78585BE00
379	0,11		N	78598BE00
381		0,11	N	81318BE00
412	0,07	1,0	N	79462BE00
453	0,10		N	78585BE00
546		0,12	N	79228BE00
566	0,11	1	N	80307BE00
641	0,07		N	79462BE00
672	0,09	1,0	N	78585BE00
679		0,13	N	79473BE00
711	0,1		N	81317BE00
733	0,08	1	N	80303BE00
782	1534	18087,4	N	79462BE00
792	0,12		N	69344BE00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **C**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS anti-HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	0,01	1,00	N	1011572660
018	0,03		N	1011609690
290	0,01	1,0	N	1011572660
355	0,02		N	1010580420
437	6	0,02	N	1011572660

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : ACCESS HCV Ab PLUS

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,05	0,9	N	597666
645	0,06	0,90	N	597666

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA v2

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,006	0,174	N	5K0083
034	0,223	0,290	N	5K0083
039	0,078	0,309	N	5F1598
056	0,120	0,2978	N	5K0083
088	0,057	0,4123	N	5F1598
112	0,0470	0,4397	N	5H0599
262	0,0580	0,4517	N	5F1598
265	0,0740	0,4234	N	5F1598
460	0,042	0,240	N	4L0595

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core Anti-HCV II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,62		N	875356
787	0,610	0,999	N	875356

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys anti-HCV II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		0,07	N	00906685
037	0,103		N	00887761
090	0,0608		N	90665203
176	0,0629		N	90665202
213	0,0580		N	906652
243	0,057	1	N	889619

# Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys anti-HCV II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
244	0,071	0,9	N	887761
248	0,073	1,0	N	90668501
254	0,0756	1	N	906652
257	0,0444	0,90	N	91396803
264	0,0468	1,0	N	913968
268	0,087	0,9	N	887761
280	0,0573	1,0	N	906652
287	0,071	1,0	N	90558501
294	0,086	0,9	N	875752
297		0,0449	N	913968
326	0,0583		N	90665203
328		0,101	N	87575201
330	0,081	1,00	N	906685
339	0,084		N	90668501
349		0,081	N	906685
356	0,084		N	90668501
360	0,11	1,0	N	875752
361	0,065	0,9	N	87575201
373	0,08	0,99	N	90668501
388	0,092	1	N	887761
402	0,06	1	N	88961903
403	0,082	1,0	N	90668501
417	0,055	1,0	N	90665203
421	0,078		N	906685
435	0,0565	0,89	N	906652
444	0,0721	1,0	N	906652
448	0,080	1	N	906685
455	0,065		N	906652
456	0,071	1,0	N	(10)90668501
462	0,0513		N	913968
465	0,06	0,90	N	90665203
476	0,11	1	N	867004
554	0,045	0,900	N	913968
560		0,04	N	875356
627	0,08	1,00	N	875752
630	0,086	1	N	00906685
633	0,082		N	851732
643	0,090	1,0	N	906685
644	0,08		N	906685
675	0,049	1	N	913968
690	0,0766		N	889619
714	0,1		N	00906685
763	0,065	0,9	N	906685
771	0,0482	1	N	913968
793	0,0542		N	913968
795	0,0632	1	N	875807

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	0,60		N	93795482
745	0,14	1	N	480

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HCV Ab (aHCV)

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,11		N	480
068	0,02	1,0	N	93794482
370	0,15	1	N	36284480
377	0,05	0,8	N	93793782
416	0,02	1,0	N	062482
426	0,09		N	36284480
445	0,03	1	N	482
609	0,19		N	482
612	0,02	1,0	N	482
761	0		N	36284480

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HCV Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	0,028		N	346029G
044	0,018		N	346031
053	0,03	1	N	346029G
070	0,02		N	346028
156	0,051	1	N	346031
169	0,021	0,90	N	346031
180	0,028	1	N	346029
191	0,020	1	N	346031
192	0,023	1,00	N	346031
198	0,026	1	N	346029exp.11/26
214	0,0	1,0	N	346031
270	0,031	1,0	N	346028
347	0,027	1	N	346029
363	0,014		N	346029G
396	0,043	1,0	N	346031
489	0,022	1,0	N	346031B
550	0,033		N	346031
625	0,021		N	346031
737	0,02		N	346031
755	0,022		N	346031

# P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Sorin

Souprava : Murex HCV Ag/Ab Combination

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
241	0,144	0,301	N	A009310

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **C**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
702	0,04	1	N	572080
760	0,03	1	N	572019
780	0,142	0,241	N	25080037
797		0,03	N	572281

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HCV - NEW

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,07	1,0	N	81201BE00
016	0,07		N	79250BE00
026	0,07		N	82082BE00
091	0,07	1	N	80496BE00
095	0,05	1	N	81229BE00
118	0,06		N	81201BE00
164		0,04	N	82082BE00
175	0,06		N	81201BE00
190	0,07		N	82082BE00
200	0,08		N	82082BE00
218	0,07		N	82082BE00
242	1078	17028,7333	N	82082BE00
258	0,07	0,9	N	80496BE00
281		0,09	N	79478BE00
312	0,02		N	80416BE00
332	0,02	1,0	N	80416BE00
336	0,06		N	76250BE00
354	0,05	1	N	79249BE00
357	0,08	1,0	N	81201BE00
365	0,06	1,0	N	80496BE00
392	0,05	1,0	N	81229BE00
463	0,02		N	80416BE00
529	0,07		N	71195BE00
533	0,07		N	79249BE00
551	0,09	1,0	N	78302BE00
552	0,070		N	79478BE00
569	0,06	1,00	N	79249BE00
638	0,06	1,0	N	79248BE00
743	0,06	1,0	N	79249BE00
744	0,06		N	81201BE00
757	0,02	1,00	N	80417BE00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HCV - NEW

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
767	0,08		N	74268BE00
777	0,05	1	N	82082BE00

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,040		N	79462BE00
028	0,08		N	83142BE00
031	0,07		N	79462BE00
032	0,05	1,00	N	78585BE00
038	0,050	1,0	N	80303BE00
051	0,04	0,99	N	79462BE00
064	0,04		N	79462BE00
089	0,05		N	79462BE00
097	0,07		N	81317BE00
099	0,04		N	79462BE00
115	0,07		N	83142BE00
138	0,04	1,0	N	79452BE00
158	0,07		N	81317BE00
172	1088	14699,7	N	80303BE00
183	0,08		N	81318BE00
211	0,04	1,0	N	79462BE00
219	0,07	0,85	N	81318BE00
227	0,06	1,0	N	79228BE00
250	0,08		N	81318BE00
256		0,07	N	81317BE00
266	0,06		N	80303BE00
271	0,06	1,00	N	80307BE00
273	0,064		N	81317BE00
299	0,06		N	81317BE00
310		0,04	N	79462BE00
311		0,07	N	81318BE00
316	0,05		N	78596BE00
333		0,070	N	81317BE00
344	0,07	1,0	N	81317BE00
350	0,05		N	78585BE00
358	0,040	1,000	N	78585BE00
379	0,08		N	78598BE00
381		0,08	N	81318BE00
412	0,04	1,0	N	79462BE00
453	0,05		N	78585BE00
546		0,08	N	79228BE00
566	0,08	1	N	80307BE00
641	0,04		N	79462BE00
672	0,04	1,0	N	78585BE00
679		0,05	N	79473BE00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
711	0,08		N	81317BE00
733	0,06	1	N	80303BE00
782	821	18087,4	N	79462BE00
792	0,08		N	69344BE00

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS anti-HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	0,02	1,00	N	1011572660
018	0,02		N	1011609690
290	0,01	1,0	N	1011572660
355	0,02		N	1010580420
437	18	0,06	N	1011572660

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : ACCESS HCV Ab PLUS

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,03	0,9	N	597666
645	0,04	0,90	N	597666

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA v2

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,001	0,174	N	5K0083
034	0,244	0,290	N	5K0083
039	0,084	0,309	N	5F1598
056	0,116	0,2978	N	5K0083
088	0,059	0,4123	N	5F1598
112	0,0440	0,4397	N	5H0599
262	0,0590	0,4517	N	5F1598
265	0,0690	0,4234	N	5F1598
460	0,043	0,240	N	4L0595

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core Anti-HCV II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,62		N	875356
787	0,614	0,999	N	875356

# Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys anti-HCV II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		0,07	N	00906685
037	0,101		N	00887761
090	0,0580		N	90665203
176	0,064		N	90665202
213	0,0542		N	906652
243	0,057	1	N	889619
244	0,069	0,9	N	887761
248	0,07	1,0	N	90668501
254	0,0758	1	N	906652
257	0,0433	0,9	N	91396803
264	0,0457	1,0	N	913968
268	0,083	0,9	N	887761
280	0,0559	1,0	N	906652
287	0,066	1,0	N	90558501
294	0,080	0,9	N	875752
297		0,0435	N	913968
326	0,0545		N	90665203
328		0,101	N	87575201
330	0,079	1,00	N	906685
339	0,080		N	90668501
349		0,076	N	906685
356	0,081		N	90668501
360	0,11	1,0	N	875752
361	0,063	0,9	N	87575201
373	0,08	0,99	N	90668501
388	0,196	1	N	887761
402	0,06	1	N	88961903
403	0,079	1,0	N	90668501
417	0,053	1,0	N	90665203
421	0,075		N	906685
435	0,0553	0,89	N	906652
444	0,0675	1,0	N	906652
448	0,076	1	N	906685
455	0,0625		N	906652
456	0,073	1,0	N	(10)90668501
462	0,0512		N	913968
465	0,06	0,90	N	90665203
476	0,05	1	N	867004
554	0,045	0,900	N	913968
560		0,04	N	875356
627	0,07	1,00	N	875752
630	0,082	1	N	00906685
633	0,078		N	851732
643	0,087	1,0	N	906685
644	0,08		N	906685
675	0,048	1	N	913968
690	0,0743		N	889619
714	0,09		N	00906685

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys anti-HCV II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
763	0,064	0,9	N	906685
771	0,0478	1	N	913968
793	0,0526		N	913968
795	0,0609	1	N	875807

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	0,39		N	93795482
745	0,1	1	N	480

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HCV Ab (aHCV)

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,11		N	480
068	0,02	1,0	N	93794482
370	0,15	1	N	36284480
377	0,04	0,8	N	93793782
416	0,02	1,0	N	062482
426	0,08		N	36284480
445	0,02	1	N	482
609	0,19		N	482
612	0,02	1,0	N	482
761	0		N	36284480

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HCV Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	0,016		N	346029G
044	0,012		N	346031
053	0,02	1	N	346029G
070	0,012		N	346028
156	0,036	1	N	346031
169	0,013	0,90	N	346031
180	0,034	1	N	346029
191	0,013	1	N	346031
192	0,012	1,00	N	346031
198	0,014	1	N	346029exp.11/26
214	0,0	1,0	N	346031
270	0,014	1,0	N	346028
347	0,021	1	N	346029
363	0,02		N	346029G

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HCV Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
396	0,012	1,0	N	346031
489	0,013	1,0	N	346031B
550	0,014		N	346031
625	0,012		N	346031
737	0,01		N	346031
755	0,013		N	346031

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Sorin

Souprava : Murex HCV Ag/Ab Combination

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
241	0,114	0,301	N	A009310

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **D**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
702	0,02	1	N	572080
760	0,02	1	N	572019
780	0,105	0,241	N	25080037
797		0,02	N	572281

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HCV - NEW

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	14,44	1,0	R	81201BE00
016	15,08		P	79250BE00
026	14,73		P	82082BE00
091	14,09	1,0	R	80496BE00
095	30,47	1	P	81229BE00
118	15,42		R	81201BE00
164		10,50	R	82082BE00
175	14,87		R	81201BE00
190	13,04		R	82082BE00
200	15,89		R	82082BE00
218	15,49		R	82082BE00
242	236882	17028,7333	R	82082BE00
258	14,5	1,0	R	80496BE00
281		15,26	R	79478BE00
312	49,22		R	80416BE00
332	54,24	1,0	R	80416BE00
336	14,42		R	76250BE00
354	12,73	1	P	79249BE00
357	15,89	1,0	P	81201BE00

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity Anti-HCV - NEW

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
365	13,11	1,0	R	80496BE00
392	29,46	1,0	R	81229BE00
463	43,47		P	80416BE00
529	15,2		R	71195BE00
533	15,15		R	79249BE00
551	13,64	1,0	R	78302BE00
552	15,720		R	79478BE00
569	14,15	1,00	R	79249BE00
638	14,7	1,0	R	79248BE00
743	15,08	1,0	R	79249BE00
744	13,38		R	81201BE00
757	47,95	1,00	R	80417BE00
767	14,77		R	74268BE00
777	10,64	1	R	82082BE00

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	13,570		R	79462BE00
028	14,88		P	83142BE00
031	12,53		R	79462BE00
032	13,08	1,00	R	78585BE00
038	15,520	1,0	P	80303BE00
051	11,08	0,99	P	79462BE00
064	11,87		R	79462BE00
089	10,43		R	79462BE00
097	15,79		R	81317BE00
099	11,8		R	79462BE00
115	14,16		P	83142BE00
138	11,7	1,0	R	79452BE00
158	14,6		R	81317BE00
172	238023	14699,7	R	80303BE00
183	15,21		R	81318BE00
211	11,38	1,0	R	79462BE00
219	15,02	0,85	R	81318BE00
227	16,26	1,0	R	79228BE00
250	15,07		P	81318BE00
256		14,85	R	81317BE00
266	14,04		R	80303BE00
271	15,83	1,00	R	80307BE00
273	15,338		R	81317BE00
299	14,47		P	81317BE00
310		11,98	R	79462BE00
311		13,55	R	81318BE00
316	12,56		P	78596BE00
333		14,860	P	81317BE00

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect Anti-HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
344	14,77	1,0	R	81317BE00
350	9,94		P	78585BE00
358	11,980	1,000	R	78585BE00
379	18,49		P	78598BE00
381		15,59	R	81318BE00
412	10,0	1,0	R	79462BE00
453	12,51		R	78585BE00
546		17,09	R	79228BE00
566	15,11	1	P	80307BE00
641	11,23		R	79462BE00
672	13,42	1,0	R	78585BE00
679		12,09	R	79473BE00
711	15,98		R	81317BE00
733	15,11	1	R	80303BE00
782	208270	18087,4	P	79462BE00
792	16,69		R	69344BE00

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS anti-HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	17,71	1,00	P	1011572660
018	16,86		P	1011609690
290	17,66	1,0	P	1011572660
355	16,80		P	1010580420
437	5280	17,60	P	1011572660

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : ACCESS HCV Ab PLUS

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	18,01	0,9	P	597666
645	19,30	0,90	R	597666

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA v2

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	1,93	0,174	R	5K0083
034	6,548	0,290	R	5K0083
039	3,412	0,309	P	5F1598
056	2,861	0,2978	P	5K0083
088	3,318	0,4123	P	5F1598
112	2,7200	0,4397	P	5H0599
262	9,0000	0,4517	R	5F1598

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA v2

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
265	9,0000	0,4234	R	5F1598
460	2,582	0,240	R	4L0595

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core Anti-HCV II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	137,0		R	875356
787	136	0,999	R	875356

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys anti-HCV II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		139,80	R	00906685
037	181,400		R	00887761
090	225		R	90665203
176	218		R	90665202
213	213		R	906652
243	227	1	R	889619
244	151,4	0,9	R	887761
248	120,3	1,0	P	90668501
254	217	1	R	906652
257	210	0,90	R	91396803
264	234	1,0	R	913968
268	158,6	0,9	R	887761
280	210	1,0	R	906652
287	145,9	1,0	R	90558501
294	161,9	0,9	P	875752
297		222,0000	R	913968
326	222		R	90665203
328		56,99	R	87575201
330	126,3	1,00	R	906685
339	124,9		R	90668501
349		173,3	R	906685
356	0,102		N	90668501
360	64,13	1,0	R	875752
361	157,5	0,9	R	87575201
373	142,1	0,99	R	90668501
388	142,8	1	P	887761
402	223	1	R	88961903
403	173,5	1,0	R	90668501
417	224	1,0	R	90665203
421	116,4		R	906685
435	209	0,89	R	906652
444	228	1,0	P	906652

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys anti-HCV II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
448	137,9	1	R	906685
455	219		R	906652
456	154	1,0	P	(10)90668501
462	214		R	913968
465	222,0	0,90	R	90665203
476	238,0	1	R	867004
554	222,000	0,900	R	913968
560		121	P	875356
627	180,85	1,00	P	875752
630	151,5	1	R	00906685
633	143,5		R	851732
643	138,9	1,0	P	906685
644	126,20		P	906685
675	228	1	R	913968
690	210		P	889619
714	124,0		R	00906685
763	169,2	0,9	P	906685
771	228	1	R	913968
793	223		P	913968
795	207	1	P	875807

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HCV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	11,0		R	93795482
745	11	1	R	480

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HCV Ab (aHCV)

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	OVER		R	480
068	OVER	1,0	R	93794482
370	11	1	R	36284480
377	over	0,8	R	93793782
416	11	1,0	R	062482
426	11,0		P	36284480
445	11	1	R	482
609	11		R	482
612	11,0	1,0	R	482
761	OVER		P	36284480

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HCV Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	11		R	346029G
044	9,4		R	346031
053	9,5	1	P	346029G
070	9		P	346028
156	9,8	1	R	346031
169	10	0,90	R	346031
180	10	1	R	346029
191	9,3	1	R	346031
192	10,00	1,00	P	346031
198	10	1	R	346029exp.11/26
214	9,1	1,0	R	346031
270	8,8	1,0	P	346028
347	10	1	R	346029
363	10,00		R	346029G
396	8,8	1,0	P	346031
489	8,7	1,0	R	346031B
550	8,6		R	346031
625	9,0		R	346031
737	9		R	346031
755	10		R	346031

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Sorin

Souprava : Murex HCV Ag/Ab Combination

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
241	1,761	0,301	P	A009310

Marker : **Anti-HCV**

Vzorek : **E**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
702	140	1	R	572080
760	124	1	R	572019
780	0,956	0,241	R	25080037
797		127,18	P	572281

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce :

Souprava : NEUVEDENÁ SOUPRAVA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
243	0,089	1	N	
355	0,25		N	

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,07	1,0	N	78519BE00
016	0,08		N	83216BE00
026	0,07		N	79376BE00
039	0,06	1,0	N	82416BE00
091	0,07	1,0	N	80393BE00
095	0,08	1	N	80084BE00
118	0,05		N	80373BE00
164		0,07	N	82416BE00
175	0,04		N	82403BE00
190	0,05		N	80393BE00
200	0,09		N	82125BE00
218	0,08		N	82125BE00
242	139	2242,2667	N	82125BE00
258	0,06	0,9	N	82125BE00
281		0,07	N	80393BE00
312	0,04		N	82403BE00
332	0,05	1,0	N	83216BE00
354	0,04	1	N	82403BE00
357	0,05	1,0	N	82126BE00
365	0,05	1,0	N	80393BE00
392	0,09	1,0	N	80084BE00
529	0,06		N	69168BE00
533	0,05		N	80373BE00
551	0,05	1,0	N	78077BE00
552	0,07		N	3039BE00
569	0,05	1,0	N	82403BE00
638	0,08	1,0	N	80373BE00
743	0,05	1,0	N	82403BE00
744	0,06		N	82126BE00
757	0,06	1,00	N	82125BE00
777	0,07	1	N	80393BE00

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,160		N	82174BE00
028	0,09		N	83297BE00
031	0,14		N	83254BE00
032	0,16	1,00	N	80318BE00
038	0,080	1,0	N	80318BE00
051	0,07	0,99	N	80318BE00
064	0,36		N	80318BE00
089	0,13		N	82146BE00
097	0,13		N	82146BE00
099	0,14		N	82174BE00
115	0,08		N	82168BE00

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
138	0,14		N	80318BE00
172	455	1797,9	N	80318BE00
183	0,17		N	80329BE00
211	0,11	1,0	N	80318BE00
219	0,10	0,85	N	80329BE00
227	0,12	1,0	N	80318BE00
250	0,11		N	82174BE00
256		0,11	N	83254BE00
266	0,11		N	83254BE00
271	0,10	1,00	N	80329BE00
273	0,162		N	83254BE00
299	0,13		N	80318BE00
310		0,18	N	80318BE00
311		0,22	N	80329BE00
316	0,32		N	80329BE00
350	0,17		N	80318BE01
358	0,135	1,000	N	80318BE00
379	0,13		N	80318BE00
381		0,12	N	82146BE00
412	0,09	1,0	N	79404BE00
453	0,14		N	79404BE00
546		0,17	N	82146BE00
566	0,31	1	N	80329BE00
614		0,34	N	82146BE00
641	0,16		N	83254BE00
672	0,09	1,0	N	80318BE00
679		0,15	N	82168BE00
782	185	1349,9	N	79404BE00
792	0,23		N	71298BE00

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HIV-1/2 Duo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	0,19	1,00	N	1011594210
290	0,19	1,00	N	1011496160
437	20	0,19	N	1011594210

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : ACCESS HIV combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,31	0,9	N	394422
645	0,35	0,90	N	594427

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
034	0,454	0,258	N	5H0159
088	0,101	0,256	N	5F1845
112	0,0770	0,2453	N	5F1845
262	0,1110	0,2550	N	5F1845
265	0,0850	0,2670	N	5F1845
460	0,067	0,246	N	4M0840
745	0	0,236	N	5F1845

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,23		N	910947
241	0,355	1	N	00869764
399	0,30		N	910947
787	0,248	1,000	N	852715

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		0,35	N	00840026
037	0,328		N	00840026
176	0,116		N	91094701
244	0,312	0,9	N	840026
248	0,481	1,0	N	86976403
264	0,139	1,0	N	888322
268	0,261	0,9	N	840026
287	0,176	1,0	N	92193301
326	0,247		N	91094701
328		0,466	N	86976405
330	0,329	1,00	N	921933
339	0,456		N	92193303
349		0,346	N	869764
356	0,415		N	92193301
360	0,4	1,0	N	869764
361	0,296	1,0	N	869764
373	0,50	0,99	N	86976403
388	0,334	1	N	921933
402	0,24	1	N	91094701
403	0,332	1,0	N	86976403
421	0,253		N	869764
435	0,112	0,89	N	910947
442	0,347	0,9	N	00869764
444	0,0929	1,0	N	910947
448	0,799	1	N	910947

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
465	0,27	1,00	N	91094701
476	0,2	1	N	812447
532		0,323	N	86976405
554	0,306	1,000	N	888322
560		0,1	N	910947
627	0,37	1,00	N	869764
630	0,433	1	N	00869764
633	0,553		N	921933
643	0,535	1,0	N	921933
644	0,44		N	921933
714	0,38		N	00869764
763	0,333	0,9	N	869764

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HIV Combo (CHIV)

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	0,050		N	01028375

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM CHIV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,05		N	375
068	0,05	1,0	N	97760375
370	0,05	1	N	97759375
377	0,17	0,99	N	17802375
416	0,05	1,0	N	117375
426	0,063		N	17802375
445	0,05	1	N	375
605	0,05	1,00	N	97760375
609	0,05		N	375
761	0,05		N	17802375

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,362		N	139062D
053	0,1	1	N	139063
070	0,34		N	139063
156		1	N	139064
169	0,280	0,90	N	139063
180		1	N	139064
191	0,257	1	N	139064

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
198	0,319	1	N	139063exp.10/26
270	0,308	1,0	N	139063
737	0,23		N	139063

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag HT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
020	0,623		N	189029
023	0,613		N	189029
044	0,478		N	189029
158	0,607		N	189029
192	0,465	1,00	N	189029
344	0,573	1,0	N	189029
347	0,485	1	N	189029
396	0,578	1,0	N	189028
489	0,509	1,0	N	189029
550	0,491		N	189029
625	0,525		N	189029
755	0,44		N	189029

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **A**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
018	0,25		N	1011549240
090	0,272		N	91094701
213	0,271		N	888322
254	0,217	1	N	839092
257	0,128	1,00	N	88832201
280	0,255	1,0	N	910947
297		0,2470	N	888322
417	0,285	1,0	N	88832200
675	0,132	1	N	888322
702	0,08	1	N	572048
760	0,10	1	N	572138
771	0,262	1	N	888322
780	0,086	0,215	N	25080023
797		0,06	N	572300

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce :

Souprava : NEUVEDENÁ SOUPRAVA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
243	12,26	1	R	

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce :

Souprava : *NEUVEDENÁ SOUPRAVA*

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
355	52,35		R	

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	5,45	1,0	R	78519BE00
016	4,39		P	83216BE00
026	5,54		R	79376BE00
039	6,01	1,0	R	82416BE00
091	5,31	1,0	R	80393BE00
095	4,72	1	P	80084BE00
118	5,41		R	80373BE00
164		5,50	R	82416BE00
175	5,78		R	82403BE00
190	5,8		R	80393BE00
200	5,66		R	82125BE00
218	5,36		R	82125BE00
242	13933	2242,2667	R	82125BE00
258	5,93	0,9	R	82125BE00
281		5,16	R	80393BE00
312	6,11		R	82403BE00
332	5,34	1,0	R	83216BE00
354	5,51	1	R	82403BE00
357	5,21	1,0	R	82126BE00
365	5,26	1,0	R	80393BE00
392	5,50	1,0	R	80084BE00
529	5,45		R	69168BE00
533	5,38		R	80373BE00
551	5,25	1,0	R	78077BE00
552	5,11		R	3039BE00
569	5,36	1,0	R	82403BE00
638	5,74	1,0	R	80373BE00
743	6,11	1,0	R	82403BE00
744	5,41		P	82126BE00
757	5,36	1,00	R	82125BE00
777	5,29	1	R	80393BE00

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	5,060		R	82174BE00
028	5,61		R	83297BE00
031	6,82		R	83254BE00
032	5,90	1,00	R	80318BE00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
038	6,410	1,0	R	80318BE00
051	7,09	0,99	R	80318BE00
064	5,76		R	80318BE00
089	6,36		R	82146BE00
097	5,45		R	82146BE00
099	4,90		R	82174BE00
115	5,21		R	82168BE00
138	6,4		R	80318BE00
172	10570	1797,9	R	80318BE00
183	6,07		R	80329BE00
211	7,18	1,0	R	80318BE00
219	5,91	0,85	R	80329BE00
227	5,92	1,0	R	80318BE00
250	5,51		P	82174BE00
256		6,63	R	83254BE00
266	6,60		R	83254BE00
271	5,80	1,00	R	80329BE00
273	6,881		R	83254BE00
299	6,18		R	80318BE00
310		6,15	R	80318BE00
311		5,94	R	80329BE00
316	6,0		R	80329BE00
350	6,40		R	80318BE01
358	6,125	1,000	R	80318BE00
379	6,96		R	80318BE00
381		5,86	R	82146BE00
412	5,55	1,0	R	79404BE00
453	6,21		R	79404BE00
546		6,10	R	82146BE00
566	1	5,2	R	80329BE00
614		5,4	R	82146BE00
641	6,84		R	83254BE00
672	6,55	1,0	R	80318BE00
679		5,36	R	82168BE00
782	8890	1349,9	P	79404BE00
792	5,80		R	71298BE00

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HIV-1/2 Duo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	44,59	1,00	R	1011594210
290	58,23	1,00	P	1011496160
437	4975	47,38	P	1011594210

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : ACCESS HIV combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	6,28	0,9	R	394422
645	5,56	0,90	R	594427

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
034	12,043	0,258	R	5H0159
088	3,04	0,256	R	5F1845
112	2,4820	0,2453	P	5F1845
262	9,0000	0,2550	R	5F1845
265	9,0000	0,2670	R	5F1845
460	2,330	0,246	R	4M0840
745	3,15	0,236	R	5F1845

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	12,6		R	910947
241	16,2	1	P	00869764
399	11,6		R	910947
787	12,10	1,000	R	852715

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		15,17	R	00840026
037	14,160		R	00840026
176	12,5		R	91094701
244	16,3	0,9	R	840026
248	16,11	1,0	R	86976403
264	12,4	1,0	R	888322
268	14,03	0,9	R	840026
287	15,26	1,0	R	92193301
326	12,6		R	91094701
328		14,83	R	86976405
330	13,27	1,00	R	921933
339	16,40		R	92193303
349		14,74	R	869764
356	17,24		R	92193301
360	14,82	1,0	R	869764
361	15,94	1,0	R	869764
373	12,39	0,99	R	86976403

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
388	16,53	1	R	921933
402	12,5	1	R	91094701
403	15,5	1,0	R	86976403
421	14,13		R	869764
435	12,5	0,89	R	910947
442	14,03	0,9	R	00869764
444	11,9	1,0	R	910947
448	12,4	1	R	910947
465	12,80	1,00	R	91094701
476	12,3	1	R	812447
532		12,62	P	86976405
554	13,300	1,000	R	888322
560		12	R	910947
627	15,31	1,00	P	869764
630	16,04	1	R	00869764
633	17,55		R	921933
643	16,14	1,0	R	921933
644	17,66		R	921933
714	14,63		R	00869764
763	16,37	0,9	R	869764

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HIV Combo (CHIV)

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	11,250		R	01028375

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM CHIV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	9,536		R	375
068	9,37	1,0	R	97760375
370	9,7	1	R	97759375
377	10,68	0,99	R	17802375
416	9,74	1,0	R	117375
426	10,845		P	17802375
445	10,56	1	R	375
605	7,19	1,00	R	97760375
609	6,98		R	375
761	10,2		P	17802375

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	18,8		R	139062D
053	18,8	1	R	139063
070	19,3		R	139063
156		1	R	139064
169	20,0	0,90	R	139063
180		1	R	139064
191	19,1	1	R	139064
198	22,2	1	R	139063exp.10/26
270	19,4	1,0	P	139063
737	9,05		R	139063

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag HT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
020	19,7		R	189029
023	16,7		R	189029
044	18,9		R	189029
158	13,2		R	189029
192	21,7	1,00	P	189029
344	17,5	1,0	R	189029
347	19,8	1	R	189029
396	23,3	1,0	R	189028
489	17,5	1,0	R	189029
550	12,6		R	189029
625	19,0		R	189029
755	18,9		R	189029

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **B**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
018	47,68		P	1011549240
090	13,4		R	91094701
213	12,1		R	888322
254	12,1	1	R	839092
257	12,3	1,00	R	88832201
280	12,6	1,0	R	910947
297		12,1000	R	888322
417	13,3	1,0	R	88832200
675	11,9	1	R	888322
702	4,69	1	R	572048
760	4,10	1	R	572138
771	12,1	1	R	888322
780	0,352	0,215	R	25080023
797		4,32	R	572300

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce :

Souprava : *NEUVEDENÁ SOUPRAVA*

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
243	0,096	1	R	
355	0,32		N	

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,04	1,0	N	78519BE00
016	0,06		N	83216BE00
026	0,07		N	79376BE00
039	0,06	1,0	N	82416BE00
091	0,06	1,0	N	80393BE00
095	0,09	1	N	80084BE00
118	0,07		N	80373BE00
164		0,06	N	82416BE00
175	0,05		N	82403BE00
190	0,05		N	80393BE00
200	0,08		N	82125BE00
218	0,07		N	82125BE00
242	140	2242,2667	N	82125BE00
258	0,05	0,9	N	82125BE00
281		0,08	N	80393BE00
312	0,05		N	82403BE00
332	0,05	1,0	N	83216BE00
354	0,05	1	N	82403BE00
357	0,05	1,0	N	82126BE00
365	0,06	1,0	N	80393BE00
392	0,08	1,0	N	80084BE00
529	0,06		N	69168BE00
533	0,04		N	80373BE00
551	0,07	1,0	N	78077BE00
552	0,06		N	3039BE00
569	0,05	1,00	N	82403BE00
638	0,08	1,0	N	80373BE00
743	0,05	1,0	N	82403BE00
744	0,05		N	82126BE00
757	0,05	1,00	N	82125BE00
777	0,06	1	N	80393BE00

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,090		N	82174BE00

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
028	0,24		N	83297BE00
031	0,11		N	83254BE00
032	0,17	1,00	N	80318BE00
038	0,060	1,0	N	80318BE00
051	0,13	0,99	N	80318BE00
064	0,26		N	80318BE00
089	0,16		N	82146BE00
097	0,13		N	82146BE00
099	0,09		N	82174BE00
115	0,27		N	82168BE00
138	0,18		N	80318BE00
172	293	1797,9	N	80318BE00
183	0,16		N	80329BE00
211	0,09	1,0	N	80318BE00
219	0,08	0,85	N	80329BE00
227	0,12	1,0	N	80318BE00
250	0,07		N	82174BE00
256		0,14	N	83254BE00
266	0,11		N	83254BE00
271	0,16	1,00	N	80329BE00
273	0,132		N	83254BE00
299	0,12		N	80318BE00
310		0,18	N	80318BE00
311		0,33	N	80329BE00
316	0,16		N	80329BE00
350	0,20		N	80318BE01
358	0,110	1,000	N	80318BE00
379	0,08		N	80318BE00
381		0,18	N	82146BE00
412	0,06	1,0	N	79404BE00
453	0,14		N	79404BE00
546		0,16	N	82146BE00
566	0,09	1	N	80329BE00
614		0,27	N	82146BE00
641	0,23		N	83254BE00
672	0,07	1,0	N	80318BE00
679		0,16	N	82168BE00
782	149	1349,9	N	79404BE00
792	0,17		N	71298BE00

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HIV-1/2 Duo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	0,28	1,00	N	1011594210
290	0,32	1,00	N	1011496160
437	33	0,31	N	1011594210

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : ACCESS HIV combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,28	0,9	N	394422
645	0,38	0,90	N	594427

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
034	0,423	0,258	N	5H0159
088	0,136	0,256	N	5F1845
112	0,0750	0,2453	N	5F1845
262	0,1250	0,2550	N	5F1845
265	0,0790	0,2670	N	5F1845
460	0,064	0,246	N	4M0840
745	0,09	0,236	N	5F1845

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,23		N	910947
241	0,340	1	N	00869764
399	0,25		N	910947
787	0,251	1,000	N	852715

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		0,35	N	00840026
037	0,313		N	00840026
176	0,120		N	91094701
244	0,309	0,9	N	840026
248	0,394	1,0	N	86976403
264	0,145	1,0	N	888322
268	0,239	0,9	N	840026
287	0,219	1,0	N	92193301
326	0,249		N	91094701
328		0,438	N	86976405
330	0,336	1,00	N	921933
339	0,381		N	92193303
349		0,334	N	869764
356	0,419		N	92193301
360	0,4	1,0	N	869764

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
361	0,268	1,0	N	869764
373	0,43	0,99	N	86976403
388	0,308	1	N	921933
402	0,23	1	N	91094701
403	0,32	1,0	N	86976403
421	0,264		N	869764
435	0,110	0,89	N	910947
442	0,352	0,9	N	00869764
444	0,102	1,0	N	910947
448	0,268	1	N	910947
465	0,29	1,00	N	91094701
476	0,25	1	N	812447
532		0,301	N	86976405
554	0,291	1,000	N	888322
560		0,11	N	910947
627	0,36	1,00	N	869764
630	0,392	1	N	00869764
633	0,503		N	921933
643	0,510	1,0	N	921933
644	0,44		N	921933
714	0,39		N	00869764
763	0,343	0,9	N	869764

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HIV Combo (CHIV)

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	0,114		N	01028375

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM CHIV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,192		N	375
068	0,1	1,0	N	97760375
370	0,15	1	N	97759375
377	0,28	0,99	N	17802375
416	0,107	1,0	N	117375
426	0,199		N	17802375
445	0,14	1	N	375
605	0,05	1,00	N	97760375
609	0,05		N	375
761	0,18		N	17802375

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,317		N	139062D
053	0,1	1	N	139063
070	0,29		N	139063
156		1	N	139064
169	0,255	0,90	N	139063
180		1	N	139064
191	0,224	1	N	139064
198	0,259	1	N	139063exp.10/26
270	0,33	1,0	N	139063
737	0,25		N	139063

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag HT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
020	0,620		N	189029
023	0,644		N	189029
044	0,512		N	189029
158	0,662		N	189029
192	0,590	1,00	N	189029
344	0,586	1,0	N	189029
347	0,527	1	N	189029
396	0,579	1,0	N	189028
489	0,574	1,0	N	189029
550	0,492		N	189029
625	0,527		N	189029
755	0,502		N	189029

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **C**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
018	0,35		N	1011549240
090	0,268		N	91094701
213	0,276		N	888322
254	0,214	1	N	839092
257	0,136	1,00	N	88832201
280	0,266	1,0	N	910947
297		0,2470	N	888322
417	0,293	1,0	N	88832200
675	0,16	1	N	888322
702	0,06	1	N	572048
760	0,11	1	N	572138
771	0,310	1	N	888322
780	0,142	0,215	N	25080023
797		0,06	N	572300

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce :

Souprava : *NEUVEDENÁ SOUPRAVA*

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
243	33,944	1	R	
355	57,84		R	

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	13,52	1,0	R	78519BE00
016	10,7		P	83216BE00
026	13,95		R	79376BE00
039	13,51	1,0	R	82416BE00
091	12,82	1,0	R	80393BE00
095	10,96	1	P	80084BE00
118	13,12		R	80373BE00
164		13,28	R	82416BE00
175	13,52		R	82403BE00
190	15,72		R	80393BE00
200	11,65		R	82125BE00
218	8,72		R	82125BE00
242	28520	2242,2667	R	82125BE00
258	12,28	0,9	R	82125BE00
281		12,66	R	80393BE00
312	14,04		R	82403BE00
332	12,57	1,0	R	83216BE00
354	13,26	1	R	82403BE00
357	11,14	1,0	R	82126BE00
365	12,95	1,0	R	80393BE00
392	12,10	1,0	R	80084BE00
529	13,27		R	69168BE00
533	12,72		R	80373BE00
551	11,4	1,0	R	78077BE00
552	12,49		R	3039BE00
569	12,30	1,0	R	82403BE00
638	13,4	1,0	R	80373BE00
743	13,9	1,0	R	82403BE00
744	10,33		P	82126BE00
757	11,81	1,00	R	82125BE00
777	12,66	1	R	80393BE00

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	11,780		R	82174BE00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
028	12,95		R	83297BE00
031	16,46		R	83254BE00
032	13,61	1,00	R	80318BE00
038	15,200	1,0	R	80318BE00
051	14,02	0,99	R	80318BE00
064	14,63		R	80318BE00
089	14,87		R	82146BE00
097	13,98		R	82146BE00
099	11,99		R	82174BE00
115	12,66		R	82168BE00
138	16,04		R	80318BE00
172	24641	1797,9	R	80318BE00
183	13,89		R	80329BE00
211	17,33	1,0	R	80318BE00
219	13,12	0,85	R	80329BE00
227	14,95	1,0	R	80318BE00
250	13,78		P	82174BE00
256		16,31	R	83254BE00
266	15,69		R	83254BE00
271	13,56	1,00	R	80329BE00
273	15,554		R	83254BE00
299	15,18		R	80318BE00
310		15,81	R	80318BE00
311		13,46	R	80329BE00
316	14,3		R	80329BE00
350	14,89		R	80318BE01
358	14,855	1,000	R	80318BE00
379	18,19		R	80318BE00
381		13,51	R	82146BE00
412	13,91	1,0	R	79404BE00
453	14,62		R	79404BE00
546		13,17	R	82146BE00
566	13,03	1	R	80329BE00
614		13,41	R	82146BE00
641	16,47		R	83254BE00
672	13,20	1,0	R	80318BE00
679		12,27	R	82168BE00
782	20951	1349,9	P	79404BE00
792	13,74		R	71298BE00

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HIV-1/2 Duo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	51,57	1,00	R	1011594210
290	66,96	1,00	P	1011496160
437	5520	52,57	P	1011594210

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : ACCESS HIV combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	19,59	0,9	R	394422
645	17,64	0,90	R	594427

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
034	13,151	0,258	R	5H0159
088	over	0,256	R	5F1845
112	2,8830	0,2453	P	5F1845
262	9,0000	0,2550	R	5F1845
265	9,0000	0,2670	R	5F1845
460	2,855	0,246	R	4M0840
745	3,5	0,236	R	5F1845

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	35,7		R	910947
241	46,7	1	P	00869764
399	12,0		R	910947
787	33	1,000	R	852715

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		43,18	R	00840026
037	40,070		R	00840026
176	34,9		R	91094701
244	47,0	0,9	R	840026
248	47,89	1,0	R	86976403
264	34,1	1,0	R	888322
268	40,37	0,9	R	840026
287	43,55	1,0	R	92193301
326	35,5		R	91094701
328		44,55	R	86976405
330	38,51	1,00	R	921933
339	46,01		R	92193303
349		43	R	869764
356	49,04		R	92193301
360	43,19	1,0	R	869764

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
361	47,58	1,0	R	869764
373	37,67	0,99	R	86976403
388	49,24	1	R	921933
402	34,2	1	R	91094701
403	45,44	1,0	R	86976403
421	43,09		R	869764
435	34,9	0,89	R	910947
442	4,82	0,9	R	00869764
444	32,7	1,0	R	910947
448	34,3	1	R	910947
465	35,90	1,0	R	91094701
476	34,6	1	R	812447
532		36,74	P	86976405
554	37,500	1,000	R	888322
560		33,5	R	910947
627	45,34	1,00	P	869764
630	46,66	1	R	00869764
633	50,02		R	921933
643	45,79	1,0	R	921933
644	49,29		R	921933
714	42,71		R	00869764
763	48,88	0,9	R	869764

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HIV Combo (CHIV)

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	12,0		R	01028375

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM CHIV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	OVER		R	375
068	OVER	1,0	R	97760375
370	12	1	R	97759375
377	over	0,99	R	17802375
416	12	1,0	R	117375
426	12,0		P	17802375
445	12	1	R	375
605	10,95	1,00	R	97760375
609	10,26		R	375
761	OVER		P	17802375

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	60,7		R	139062D
053	60,4	1	R	139063
070	62		R	139063
156		1	R	139064
169	66,1	0,90	R	139063
180		1	R	139064
191	61,5	1	R	139064
198	70,5	1	R	139063exp.10/26
270	59,8	1,0	P	139063
737	60,4		R	139063

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag HT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
020	47,1		R	189029
023	39,5		R	189029
044	45,1		R	189029
158	40,4		R	189029
192	51,8	1,00	P	189029
344	39,9	1,0	R	189029
347	48,3	1	R	189029
396	75,6	1,0	R	189028
489	49,1	1,0	R	189029
550	32,3		R	189029
625	45,7		R	189029
755	45,8		R	189029

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **D**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
018	52,57		P	1011549240
090	37,7		R	91094701
213	32,9		R	888322
254	33,7	1	R	839092
257	37,1	1,00	R	88832201
280	35,2	1,0	R	910947
297		33,7000	R	888322
417	36,6	1,0	R	88832200
675	32,7	1	R	888322
702	12,87	1	R	572048
760	11,86	1	R	572138
771	33,6	1	R	888322
780	0,516	0,215	R	25080023
797		12,04	R	572300

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce :

Souprava : *NEUVEDENÁ SOUPRAVA*

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
243	0,100	1	N	
355	0,26		N	

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,05	1,0	N	78519BE00
016	0,05		N	83216BE00
026	0,06		N	79376BE00
039	0,08	1,0	N	82416BE00
091	0,06	1,0	N	80393BE00
095	0,07	1	N	80084BE00
118	0,06		N	80373BE00
164		0,05	N	82416BE00
175	0,05		N	82403BE00
190	0,06		N	80393BE00
200	0,09		N	82125BE00
218	0,07		N	82125BE00
242	176	2242,2667	N	82125BE00
258	0,05	0,9	R	82125BE00
281		0,08	N	80393BE00
312	0,05		N	82403BE00
332	0,05	1,0	N	83216BE00
354	0,05	1	N	82403BE00
357	0,05	1,0	N	82126BE00
365	0,05	1,0	N	80393BE00
392	0,09	1,0	N	80084BE00
529	0,07		N	69168BE00
533	0,04		N	80373BE00
551	0,06	1,0	N	78077BE00
552	0,06		N	3039BE00
569	0,05	1,0	N	82403BE00
638	0,04	1,0	N	80373BE00
743	0,05	1,0	N	82403BE00
744	0,05		N	82126BE00
757	0,06	1,00	N	82125BE00
777	0,05	1,0	N	80393BE00

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,220		N	82174BE00

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HIV Ag/Ab Combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
028	0,10		N	83297BE00
031	0,08		N	83254BE00
032	0,15	1,00	N	80318BE00
038	0,070	1,0	N	80318BE00
051	0,14	0,99	N	80318BE00
064	0,13		N	80318BE00
089	0,10		N	82146BE00
097	0,06		N	82146BE00
099	0,11		N	82174BE00
115	0,17		N	82168BE00
138	0,12		N	80318BE00
172	282	1797,9	N	80318BE00
183	0,15		N	80329BE00
211	0,09	1,0	N	80318BE00
219	0,08	0,85	N	80329BE00
227	0,11	1,0	N	80318BE00
250	0,20		N	82174BE00
256		0,11	N	83254BE00
266	0,09		N	83254BE00
271	0,14	1,00	N	80329BE00
273	0,107		N	83254BE00
299	0,11		N	80318BE00
310		0,08	N	80318BE00
311		0,19	N	80329BE00
316	0,13		N	80329BE00
350	0,14		N	80318BE01
358	0,120	1,000	N	80318BE00
379	0,07		N	80318BE00
381		0,10	N	82146BE00
412	0,08	1,0	N	79404BE00
453	0,16		N	79404BE00
546		0,08	N	82146BE00
566	0,28	1	N	80329BE00
614		0,14	N	82146BE00
641	0,11		N	83254BE00
672	0,08	1,0	N	80318BE00
679		0,12	N	82168BE00
782	218	1349,9	N	79404BE00
792	0,12		N	71298BE00

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HIV-1/2 Duo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	0,21	1,00	N	1011594210
290	0,24	1,00	N	1011496160
437	24	0,22	N	1011594210

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : ACCESS HIV combo

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,26	0,9	N	394422
645	0,30	0,90	N	594427

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
034	0,419	0,258	N	5H0159
088	0,12	0,256	N	5F1845
112	0,0830	0,2453	N	5F1845
262	0,1150	0,2550	N	5F1845
265	0,0840	0,2670	N	5F1845
460	0,083	0,246	N	4M0840
745	0,15	0,236	N	5F1845

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,22		N	910947
241	0,313	1	N	00869764
399	0,32		N	910947
787	0,251	1,000	N	852715

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		0,35	N	00840026
037	0,303		N	00840026
176	0,114		N	91094701
244	0,292	0,9	N	840026
248	0,412	1,0	N	86976403
264	0,130	1,0	N	888322
268	0,180	0,9	N	840026
287	0,205	1,0	N	92193301
326	0,240		N	91094701
328		0,409	N	86976405
330	0,370	1,00	N	921933
339	0,434		N	92193303
349		0,288	N	869764
356	0,389		N	92193301
360	0,37	1,0	N	869764

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HIV COMBI PT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
361	0,278	1,0	N	869764
373	0,53	,99	N	86976403
388	0,124	1	N	921933
402	0,22	1	N	91094701
403	0,25	1,0	N	86976403
421	0,241		N	869764
435	0,100	0,89	N	910947
442	0,423	0,9	N	00869764
444	0,0945	1,0	N	910947
448	0,231	1	N	910947
465	0,30	1,00	N	91094701
476	0,21	1	N	812447
532		0,285	N	86976405
554	0,274	1,000	N	888322
560		0,1	N	910947
627	0,31	1,00	N	869764
630	0,37	1	N	00869764
633	0,495		N	921933
643	0,532	1,0	N	921933
644	0,42		N	921933
714	0,47		N	00869764
763	0,317	0,9	N	869764

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HIV Combo (CHIV)

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	0,135		N	01028375

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM CHIV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,133		N	375
068	0,14	1,0	N	97760375
370	0,13	1	N	97759375
377	0,25	0,99	N	17802375
416	0,118	1,0	N	117375
426	0,189		N	17802375
445	0,14	1	N	375
605	0,05	1,00	N	97760375
609	0,05		N	375
761	0,18		N	17802375

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,363		N	139062D
053	0,1	1	N	139063
070	0,33		N	139063
156		1	N	139064
169	0,256	0,90	N	139063
180		1	N	139064
191	0,271	1	N	139064
198	0,308	1	N	139063exp.10/26
270	0,345	1,0	N	139063
737	0,28		N	139063

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag HT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
020	0,610		N	189029
023	0,625		N	189029
044	0,452		N	189029
158	0,605		N	189029
192	0,520	1,00	N	189029
344	0,589	1,0	N	189029
347	0,515	1	N	189029
396	0,502	1,0	N	189028
489	0,518	1,0	N	189029
550	0,465		N	189029
625	0,525		N	189029
755	0,454		N	189029

Marker : **Anti-HIV**

Vzorek : **E**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
018	0,27		N	1011549240
090	0,288		N	91094701
213	0,273		N	888322
254	0,228	1	N	839092
257	0,116	1,00	N	88832201
280	0,261	1,0	N	910947
297		0,2410	N	888322
417	0,282	1,0	N	88832200
675	0,129	1	N	888322
702	0,12	1	N	572048
760	0,13	1	N	572138
771	0,278	1	N	888322
780	0,102	0,215	N	25080023
797		0,05	N	572300

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	7529,96	1,0	R	79581FZ00
016	7,2		P	81323FZ00
026	7364,87		P	81333FZ00
038	6926,910	1,0	P	80218FZ00
039	7184,09	1,0	R	79581FZ00
091	7389,33	1,0	R	79581FZ00
095	6329,17	1	P	83058FZ00
118	7466,16		R	81323FZ00
164		7016,50	R	81333FZ00
175	6432,88		R	81323FZ00
190	6531,54		R	81333FZ00
200	7502,45		R	81333FZ00
218	6968,73		R	81333FZ00
242	3550982	513,7567	R	81333FZ00
258	6500	0,9	R	79581FZ00
281		6979,48	R	79581FZ00
312	7899,59		R	79570FZ00
332	840	0,05	R	80105FZ00
336	7243		R	75311FZ00
354	7167,53	1	R	81323FZ00
357	6719	1,0	P	79097FZ00
365	6973	1,0	P	79581FZ00
392	5432,48	1,0	R	83058FZ00
463	7644,2		P	79101FZ00
529	8003		R	66222FZ00
533	7179		R	79570FZ00
551	7638,5	1,0	R	81323FZ00
552	7151,96		R	79581FZ00
569	7165,4	1,00	R	79097FZ00
638	7953	1,0	R	82449FZ00
743	7286	1,0	R	79570FZ00
744	7048		P	79570FZ00
757	7082,07	1,00	R	81133FZ00
767	7257		R	79570FZ00
777	7521,53	1,0	R	79581FZ00

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
028	5248		P	80222FZ00
211	6918,33	1,0	R	80246FZ00
782	3347559	402,0	P	80218FZ00
792	8132,70		P	75231FZ00

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	7624,850		R	80222FZ00
031	7711,3		R	80246FZ00
032	7763,43	1,00	R	80218FZ00
051	7448	0,99	P	80246FZ00
064	7272,83		P	80218Z00
089	8053,19		R	80242FZ00
097	8751,88		R	80242FZ00
099	7627		R	80226FZ00
115	8421,92		R	80222FZ00
138	6181,7	1,0	R	78077FZ00
158	7040,31		R	82067FZ00
172	3840125	619,3	R	80218FZ00
183	8528,55		R	80222FZ00
219	7223,03	0,85	R	78096FZ00
227	6566	1,0	R	76448FZ00
250	7639,24		P	80226FZ00
256		6135,87	R	80246FZ00
266	6881,53		R	80214FZ00
271	6933,16	1,00	R	78096FZ00
273	6503,538		R	80242FZ00
310		6871,43	R	80218FZ00
311		7724,08	R	80222FZ00
316	6497		P	80222FZ00
333		7671,420	P	82067FZ00
344	7164,51	1,0	R	80246FZ00
350	8422,68		P	82067FZ00
358	7668,1	1,000	R	78077FZ00
367	7703		R	80242FZ00
379	9265		P	80214FZ00
381		8069,90	P	80222FZ00
412	8059,58	1,0	R	82067FZ00
453	7296,34		R	80214FZ00
546		6977	R	80218FZ00
566	7132,77	1	P	80222FZ00
641	7837,41		R	82067FZ00
672	9224,78	1,0	R	82067FZ00
679		8748,23	R	80222FZ00
711	8096,84		R	82071FZ00
733	8711,87	1	R	82067FZ00

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	983	0,9	P	592341
645	1071,94	0,90	R	592342
697	1215		R	592343

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
702	6515	1	P	572301
703	1079,18	0,9	P	592341

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : Hepanostika HBsAg ULTRA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
437	15838	28,43	P	1011324320

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	25,73	0,13	R	1011558770
018	25,97		P	1011324320
290	28,08	0,13	P	1011324320

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HBsAg ULTRA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
088	3,476	0,0523	P	4K0741
112	3,0000	0,0583	P	4M0742
262	9,0000	0,0595	R	4K0741
265	9,0000	0,0850	R	5F0745
460	3,157	0,066	P	4K0741

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : DPC

Souprava : Immulite 2000 - HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
457	100	1	R	766

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core HBsAg II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	2688,0		R	905517
241	8249	1	R	00863863
787	2333	1	R	905517

# P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		9088,00	R	00908905
037	8446,0		P	00835000
090	2058		R	90551701
176	2014		R	86355301
213	2496		R	863553
243	2551,333	1	R	863553
244	8119	0,9	R	835000
248	8165	1,0	P	86386301
254	2212	1	R	835045
257	2492	0,90	R	90551701
264	2666	1,0	R	905517
268	8209	0,9	R	835000
280	2219	1,0	R	863553
287	7466	1,0	R	83497601
294	8318	0,9	P	908905
297		2420,0	R	905517
326	2329		R	86355302
328		9128	R	86386303
330	8729	1,00	R	908905
335	2226		R	852779
349		9054	R	863863
356	8442		R	90890501
360	7353	1,0	R	863863
361	8882	1,0	P	863863
373	32,33	0,99	R	86386303
383		2182	R	852779
388	9151	1	P	908905
401	1	8429	R	86386303
402	2614	1	R	86355301
403	7548	1,0	R	86386303
417	2621	1,0	R	90551701
421	8564		R	863863
422	2353		R	905517
435	2180	0,89	R	863553
442	7881	0,9	R	00863863
444	2349	1,0	P	863553
448	18,0	1	R	905517
455	2630		R	905517
456	8202	1,0	P	86386303
462	2285		R	905517
465	2578,0	0,90	R	90551701
476	2377,00	1	R	835045
554	2579,0	0,900	R	905517
560		2270	P	905517
627	8323	1,00	R	863863
630	8452	1	R	00908905
633	9700		R	908905
643	7606	1,0	R	863863

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
644	8207		R	863863
648	7758	0,900	R	86386303
675	2575	1	R	905517
677	8770		P	863863
690	2702		P	905517
714	9533,0		R	00908905
737	1890		P	863553
752	2246	1	R	905517
771	2774	1	R	905517
793	2513		P	905517
795	17,5	1	R	863553

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	1000,0		R	71682317
745	1000	1	R	316

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HBsII Ag

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	OVER		R	316
068	OVER	1,0	R	71681317
339	1000		R	71681317
370	1000	1	R	71680317
377	over	1,0	R	71681317
416	1000	1,0	R	109317
426	1000		P	71681317
445	1000	50	R	317
537	1000		R	71681317
605	1000,0	1,0	P	71680317
609	1000		R	317
612	1000,0	1,0	R	317
761	OVER		P	71680317

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
192	5580	1	P	277057
347	5430	1	R	277057
550	5560		R	277057

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HBsAg Quant

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	150		R	132073A
034	150	0,05	R	132075
044	150		R	132075
053	150	0,05	R	132073
070	150		P	132073
156	150	0,05	R	132075
169	150	0,045	R	132073
180	over	0,050	R	132073
191	150	0,05	R	132075
198	150	0,050	R	132073 exp,9-26
214	150	0,05	R	132075
270	150	0,05	P	132073
299	150		P	132073
363	840,0		R	132073
396	5630	1,0	R	277054
489	150	0,05	R	132075
625	4970		R	277057
755	5510		R	277057
763	150,0	0,05	P	132073

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **A**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	5720		R	277057
760	6065	1	R	572206
780	1,236	0,203	R	25080020
797		6545,46	P	572301

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,42	1,0	N	79581FZ00
016	0,26		N	81323FZ00
026	0,30		N	81333FZ00
038	0,180	1,0	N	80218FZ00
039	0,29	1,0	N	79581FZ00
091	0,27	1,0	N	79581FZ00
095	0,21	1	N	83058FZ00
118	0,27		N	81323FZ00
164		0,23	N	81333FZ00
175	0,22		N	81323FZ00
190	0,24		N	81333FZ00

# Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
200	0,47		N	81333FZ00
218	0,28		N	81333FZ00
242	148	513,7567	N	81333FZ00
258	0,37	0,9	N	79581FZ00
281		0,23	N	79581FZ00
312	0,29		N	79570FZ00
332	0,0	0,05	N	80105FZ00
336	0,31		N	75311FZ00
354	0,22	1	N	81323FZ00
357	0,21	1,0	N	79097FZ00
365	0,48	1,0	N	79581FZ00
392	0,20	1,0	N	83058FZ00
463	0,38		N	79101FZ00
529	0,55		N	66222FZ00
533	0,23		N	79570FZ00
551	0,35	1,0	N	81323FZ00
552	0,390		N	79581FZ00
569	0,29	1,00	N	79097FZ00
638	0,2	1,0	N	82449FZ00
743	0,3	1,0	N	79570FZ00
744	0,24		N	79570FZ00
757	0,34	1,00	N	81133FZ00
767	0,28		N	79570FZ00
777	0,32	1	N	79581FZ00

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
028	0,55		N	80222FZ00
211	0,2	1,0	N	80246FZ00
782	103	402,0	N	80218FZ00
792	0,18		N	75231FZ00

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,260		N	80222FZ00
031	0,24		N	80246FZ00
032	0,18	1,00	N	80218FZ00
051	0,21	0,99	N	80246FZ00
064	0,21		N	80218Z00
089	0,21		N	80242FZ00
097	0,21		N	80242FZ00
099	0,25		N	80226FZ00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
115	0,24		N	80222FZ00
138	0,18	1,0	N	78077FZ00
158	0,22		N	82067FZ00
172	148	619,3	N	80218FZ00
183	0,20		N	80222FZ00
219	0,23	0,85	N	78096FZ00
227	0,21	1,0	N	76448FZ00
250	0,29		N	80226FZ00
256		0,21	N	80246FZ00
266	0,18		N	80214FZ00
271	0,19	1,00	N	78096FZ00
273	0,185		N	80242FZ00
310		0,18	N	80218FZ00
311		0,19	N	80222FZ00
316	0,18		N	80222FZ00
333		0,290	N	82067FZ00
344	0,16	1,0	N	80246FZ00
350	0,31		N	82067FZ00
358	0,220	1,000	N	78077FZ00
367	0,20		N	80242FZ00
379	0,50		N	80214FZ00
381		0,19	N	80222FZ00
412	0,22	1,0	N	82067FZ00
453	0,23		N	80214FZ00
546		0,20	N	80218FZ00
566	0,19	1	N	80222FZ00
641	0,19		N	82067FZ00
672	0,19	1,0	N	82067FZ00
679		0,24	N	80222FZ00
711	0,23		N	82071FZ00
733	0,28	1	N	82067FZ00

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,18	0,9	N	592341
645	0,19	0,90	N	592342
697	0,21		N	592343
702	0,11	1	N	572301
703	0,17	0,9	N	592341

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : Hepanostika HBsAg ULTRA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
------	----	----	-----------	-------

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

437	10	0,01	N	1011324320
-----	----	------	---	------------

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : bioMérieux

Vzorek : **B**  
Souprava : VIDAS HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	0,00	0,13	N	1011558770
018	0,01		N	1011324320
290	0,01	0,13	N	1011324320

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : Bio-Rad

Vzorek : **B**  
Souprava : Monolisa HBsAg ULTRA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
088	0,01	0,0523	N	4K0741
112	0,0110	0,0583	N	4M0742
262	0,0100	0,0595	N	4K0741
265	0,0370	0,0850	N	5F0745
460	0,016	0,066	N	4K0741

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : DPC

Vzorek : **B**  
Souprava : Immulite 2000 - HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
457	0,515	1	N	766

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : Roche

Vzorek : **B**  
Souprava : Cobas Core HBsAg II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,52		N	905517
241	0,544	1	N	00863863
787	0,642	1,000	N	905517

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : Roche

Vzorek : **B**  
Souprava : Elecsys HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		0,54	N	00908905
037	0,606		N	00835000
090	0,494		N	90551701
176	0,492		N	86355301
213	0,612		N	863553
243	0,531	1,0	N	863553
244	0,800	0,9	N	835000
248	0,578	1,0	N	86386301
254	0,399	1	N	835045

# Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
257	0,552	0,90	N	90551701
264	0,572	1,0	N	905517
268	0,435	0,9	N	835000
280	0,478	1,0	N	863553
287	0,166	1,0	N	83497601
294	0,627	0,9	N	908905
297		0,4380	N	905517
326	0,570		N	86355302
328		0,670	N	86386303
330	0,72	1,00	N	908905
335	0,433		N	852779
349		0,652	N	863863
356	0,556		N	90890501
360	0,75	1,0	N	863863
361	0,667	1,0	N	863863
373	0,52	0,99	N	86386303
383		0,458	N	852779
388	0,708	1	N	908905
401	1	0,697	N	86386303
402	0,45	1	N	86355301
403	0,442	1,0	N	86386303
417	0,632	1,0	N	90551701
421	0,579		N	863863
422	0,484		N	905517
435	0,497	0,89	N	863553
442	0,712	0,9	N	00863863
444	0,556	1,0	N	863553
448	0,471	1	N	905517
455	0,432		N	905517
456	0,532	1,0	N	86386303
462	0,615		N	905517
465	0,52	0,90	N	90551701
476	0,38	1	N	835045
554	0,490	0,900	N	905517
560		0,46	N	905517
627	0,54	1,00	N	863863
630	0,501	1	N	00908905
633	0,579		N	908905
643	0,511	1,0	N	863863
644	0,49		N	863863
648	0,506	0,900	N	86386303
675	0,591	1	N	905517
677	0,797		N	863863
690	0,468		N	905517
714	0,87		N	00908905
737	0,63		N	863553
752	0,433	1	N	905517
771	0,437	1	N	905517

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
793	0,624		N	905517
795	0,532	1	N	863553

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	0,27		N	71682317
745	0,14	1	N	316

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HBsII Ag

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,17		N	316
068	0,1	1,0	N	71681317
339	0,17		N	71681317
370	0,1	1	N	71680317
377	0,1	1,0	N	71681317
416	0,1	1,0	N	109317
426	0,1		N	71681317
445	0,12	50	N	317
537	0,1		N	71681317
605	0,10	1,00	N	71680317
609	0,1		N	317
612	0,11	1,0	N	317
761	0,1		N	71680317

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
192	0,577	1	N	277057
347	0,479	1	N	277057
550	0,598		N	277057

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HBsAg Quant

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,030		N	132073A
034	0,03	0,05	N	132075
044	0,030		N	132075
053	0,03	0,05	N	132073

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HBsAg Quant

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
070	0,03		N	132073
156	0	0,05	N	132075
169	0,030	0,045	N	132073
180		0,050	N	132073
191	0,030	0,05	N	132075
198	0,030	0,050	N	132073 exp,9-26
214	0,03	0,05	N	132075
270	0,030	0,05	N	132073
299	0,030		N	132073
363	0,030		N	132073
396	0,483	1,0	N	277054
489	0,03	0,05	N	132075
625	0,462		N	277057
755	0,417		N	277057
763	0,030	0,05	N	132073

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **B**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	0,730		N	277057
760	0,10	1	N	572206
780	0,086	0,203	N	25080020
797		0,09	N	572301

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,36	1,0	N	79581FZ00
016	0,29		N	81323FZ00
026	0,39		N	81333FZ00
038	0,240	1,0	N	80218FZ00
039	0,35	1,0	N	79581FZ00
091	0,31	1,0	N	79581FZ00
095	0,19	1	N	83058FZ00
118	0,33		N	81323FZ00
164		0,26	N	81333FZ00
175	0,24		N	81323FZ00
190	0,24		N	81333FZ00
200	0,45		N	81333FZ00
218	0,32		N	81333FZ00
242	156	513,7567	N	81333FZ00
258	0,37	0,9	N	79581FZ00
281		0,28	N	79581FZ00
312	0,32		N	79570FZ00

## P ijaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
332	0,0	0,05	N	80105FZ00
336	0,41		N	75311FZ00
354	0,34	1	N	81323FZ00
357	0,24	1,0	N	79097FZ00
365	0,45	1,0	N	79581FZ00
392	0,21	1,0	N	83058FZ00
463	0,50		N	79101FZ00
529	0,43		N	66222FZ00
533	0,29		N	79570FZ00
551	0,57	1,0	N	81323FZ00
552	0,370		N	79581FZ00
569	0,39	1,00	N	79097FZ00
638	0,24	1,0	N	82449FZ00
743	0,27	1,0	N	79570FZ00
744	0,25		N	79570FZ00
757	0,44	1,00	N	81133FZ00
767	0,41		N	79570FZ00
777	0,31	1,0	N	79581FZ00

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
028	0,44		N	80222FZ00
211	0,23	1,0	N	80246FZ00
782	128	402,0	N	80218FZ00
792	0,19		N	75231FZ00

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,240		N	80222FZ00
031	0,22		N	80246FZ00
032	0,19	1,00	N	80218FZ00
051	0,19	0,99	N	80246FZ00
064	0,27		N	80218Z00
089	0,23		N	80242FZ00
097	0,24		N	80242FZ00
099	0,31		N	80226FZ00
115	0,26		N	80222FZ00
138	0,27	1,0	N	78077FZ00
158	0,22		N	82067FZ00
172	127	619,3	N	80218FZ00
183	0,36		N	80222FZ00
219	0,27	0,85	N	78096FZ00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
227	0,24	1,0	N	76448FZ00
250	0,32		N	80226FZ00
256		0,21	N	80246FZ00
266	0,20		N	80214FZ00
271	0,21	1,00	N	78096FZ00
273	0,167		N	80242FZ00
310		0,20	N	80218FZ00
311		0,2	N	80222FZ00
316	0,19		N	80222FZ00
333		0,300	N	82067FZ00
344	0,17	1,0	N	80246FZ00
350	0,24		N	82067FZ00
358	0,220	1,000	N	78077FZ00
367	0,24		N	80242FZ00
379	0,41		N	80214FZ00
381		0,21	N	80222FZ00
412	0,25	1,0	N	82067FZ00
453	0,22		N	80214FZ00
546		0,20	N	80218FZ00
566	0,17	1	N	80222FZ00
641	0,21		N	82067FZ00
672	0,21	1,0	N	82067FZ00
679		0,30	N	80222FZ00
711	0,25		N	82071FZ00
733	0,23	1	N	82067FZ00

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **C**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,19	0,9	N	592341
645	0,20	0,90	N	592342
697	0,21		N	592343
702	0,13	1	N	572301
703	0,17	0,9	N	592341

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **C**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : Hepanostika HBsAg ULTRA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
437	11	0,01	N	1011324320

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : bioMérieux

Vzorek : **C**  
Souprava : VIDAS HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	0,00	0,13	N	1011558770
018	0,01		N	1011324320
290	0,01	0,13	N	1011324320

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : Bio-Rad

Vzorek : **C**  
Souprava : Monolisa HBsAg ULTRA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
088	0,012	0,0523	N	4K0741
112	0,0100	0,0583	N	4M0742
262	0,0100	0,0595	N	4K0741
265	0,0340	0,0850	N	5F0745
460	0,019	0,066	N	4K0741

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : DPC

Vzorek : **C**  
Souprava : Immulite 2000 - HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
457	0,508	1	N	766

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : Roche

Vzorek : **C**  
Souprava : Cobas Core HBsAg II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,576		N	905517
241	0,536	1	N	00863863
787	0,533	1,000	N	905517

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : Roche

Vzorek : **C**  
Souprava : Elecsys HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		0,73	N	00908905
037	0,724		N	00835000
090	0,622		N	90551701
176	0,510		N	86355301
213	0,667		N	863553
243	0,555	1	N	863553
244	0,587	0,9	N	835000
248	0,654	1,0	N	86386301
254	0,413	1	N	835045
257	0,530	0,90	N	90551701
264	0,601	1,0	N	905517
268	0,493	0,9	N	835000

# Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **C**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
280	0,572	1,0	N	863553
287	0,204	1,0	N	83497601
294	0,599	0,9	N	908905
297		0,5180	N	905517
326	0,606		N	86355302
328		0,811	N	86386303
330	0,86	1,00	N	908905
335	0,469		N	852779
349		0,616	N	863863
356	0,590		N	90890501
360	0,79	1,0	N	863863
361	0,726	1,0	N	863863
373	0,61	0,99	N	86386303
383		0,535	N	852779
388	0,621	1	N	908905
401	1	0,855	N	86386303
402	0,48	1	N	86355301
403	0,828	1,0	N	86386303
417	0,527	1,0	N	90551701
421	0,616		N	863863
422	0,419		N	905517
435	0,523	0,89	N	863553
442	0,592	0,9	N	00863863
444	0,589	1,0	N	863553
448	0,483	1	N	905517
455	0,529		N	905517
456	0,571	1,0	N	86386303
462	0,561		N	905517
465	0,58	0,90	N	90551701
476	1,38	1	R	835045
554	0,486	0,900	N	905517
560		0,47	N	905517
627	0,51	1,00	N	863863
630	0,549	1	N	00908905
633	0,736		N	908905
643	0,544	1,0	N	863863
644	0,60		N	863863
648	0,643	0,900	N	86386303
675	0,663	1	N	905517
677	0,665		N	863863
690	0,533		N	905517
714	1,01		R	00908905
737	0,61		N	863553
752	0,485	1	N	905517
771	0,439	1	N	905517
793	0,529		N	905517
795	0,61	1	N	863553

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : Siemens

Vzorek : **C**  
Souprava : Advia Centaur XP - HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	0,10		N	71682317
745	0,08	1	N	316

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : Siemens Healthcare

Vzorek : **C**  
Souprava : Atellica IM HBsII Ag

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,16		N	316
068	0,1	1,0	N	71681317
339	0,49		N	71681317
370	0,1	1	N	71680317
377	0,1	1,0	N	71681317
416	0,1	1,0	N	109317
426	0,1		N	71681317
445	0,1	50	N	317
537	0,1		N	71681317
605	0,10	1,00	N	71680317
609	0,1		N	317
612	0,1	1,0	N	317
761	0,1		N	71680317

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : Sorin

Vzorek : **C**  
Souprava : LIAISON HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
192	0,479	1	N	277057
347	0,466	1	N	277057
550	0,556		N	277057

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : Sorin

Vzorek : **C**  
Souprava : LIAISON XL MUREX HBsAg Quant

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,030		N	132073A
034	0,03	0,05	N	132075
044	0,030		N	132075
053	0,03	0,05	N	132073
070	0,03		N	132073
156	0	0,05	N	132075
169	0,030	0,045	N	132073
180		0,050	N	132073
191	0,03	0,05	N	132075
198	0,030	0,050	N	132073 exp,9-26

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **C**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL MUREX HBsAg Quant

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
214	0,03	0,05	N	132075
270	0,030	0,05	N	132073
299	0,030		N	132073
363	0,030		N	132073
396	0,515	1,0	N	277054
489	0,03	0,05	N	132075
625	0,520		N	277057
755	0,422		N	277057
763	0,031	0,05	N	132073

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **C**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	0,670		N	277057
760	0,14	1	N	572206
780	0,121	0,203	N	25080020
797		0,10	N	572301

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,42	1,0	N	79581FZ00
016	0,33		N	81323FZ00
026	0,29		N	81333FZ00
038	0,260	1,0	N	80218FZ00
039	0,35	1,0	N	79581FZ00
091	0,34	1,0	N	79581FZ00
095	0,20	1	N	83058FZ00
118	0,26		N	81323FZ00
164		0,28	N	81333FZ00
175	0,24		N	81323FZ00
190	0,29		N	81333FZ00
200	0,52		N	81333FZ00
218	0,24		N	81333FZ00
242	181	513,7567	N	81333FZ00
258	0,45	0,9	N	79581FZ00
281		0,31	N	79581FZ00
312	0,32		N	79570FZ00
332	0,02	0,05	N	80105FZ00
336	0,39		N	75311FZ00
354	0,26	1	N	81323FZ00
357	0,32	1,0	N	79097FZ00
365	0,45	1,0	N	79581FZ00
392	0,23	1,0	N	83058FZ00

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
463	0,45		N	79101FZ00
529	0,54		N	66222FZ00
533	0,27		N	79570FZ00
551	0,31	1,0	N	81323FZ00
552	0,360		N	79581FZ00
569	0,53	1,00	N	79097FZ00
638	0,24	1,0	N	82449FZ00
743	0,35	1,0	N	79570FZ00
744	0,24		N	79570FZ00
757	0,82	1,00	N	81133FZ00
767	0,36		N	79570FZ00
777	0,40	1	N	79581FZ00

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
028	0,60		N	80222FZ00
211	0,19	1,0	N	80246FZ00
782	144	402,0	N	80218FZ00
792	0,20		N	75231FZ00

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,250		N	80222FZ00
031	0,2		N	80246FZ00
032	0,21	1,00	N	80218FZ00
051	0,18	0,99	N	80246FZ00
064	0,23		N	80218Z00
089	0,22		N	80242FZ00
097	0,25		N	80242FZ00
099	0,25		N	80226FZ00
115	0,22		N	80222FZ00
138	0,24	1,0	N	78077FZ00
158	0,20		N	82067FZ00
172	126	619,3	N	80218FZ00
183	0,33		N	80222FZ00
219	0,27	0,85	N	78096FZ00
227	0,24	1,0	N	76448FZ00
250	0,35		N	80226FZ00
256		0,2	N	80246FZ00
266	0,21		N	80214FZ00
271	0,23	1,00	N	78096FZ00
273	0,242		N	80242FZ00

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
310		0,16	N	80218FZ00
311		0,15	N	80222FZ00
316	0,21		N	80222FZ00
333		0,360	N	82067FZ00
344	0,17	1,0	N	80246FZ00
350	0,59		N	82067FZ00
358	0,265	1,000	N	78077FZ00
367	0,25		N	80242FZ00
379	0,83		N	80214FZ00
381		0,22	N	80222FZ00
412	0,23	1,0	N	82067FZ00
453	0,22		N	80214FZ00
546		0,26	N	80218FZ00
566	0,19	1	N	80222FZ00
641	0,20		N	82067FZ00
672	0,21	1,0	N	82067FZ00
679		0,29	N	80222FZ00
711	0,35		N	82071FZ00
733	0,26		N	82067FZ00

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,23	0,9	N	592341
645	0,23	0,90	N	592342
697	0,20		N	592343
702	0,5	1	N	572301
703	0,23	0,9	N	592341

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : Hepanostika HBsAg ULTRA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
437	11	0,01	N	1011324320

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	0,00	0,13	N	1011558770
018	0,01		N	1011324320
290	0,01	0,13	N	1011324320

## P ijaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HBsAg ULTRA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
088	0,01	0,0523	N	4K0741
112	0,0090	0,0583	N	4M0742
262	0,0090	0,0595	N	4K0741
265	0,0380	0,0850	N	5F0745
460	0,016	0,066	N	4K0741

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : DPC

Souprava : Immulite 2000 - HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
457	0,509	1	N	766

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core HBsAg II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,517		N	905517
241	0,642	1	N	00863863
787	0,481	1	N	905517

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		0,53	N	00908905
037	0,622		N	00835000
090	0,536		N	90551701
176	0,510		N	86355301
213	0,613		N	863553
243	0,4567	1	N	863553
244	0,609	0,9	N	835000
248	0,572	1,0	N	86386301
254	0,409	1	N	835045
257	0,550	0,9	N	90551701
264	0,538	1,0	N	905517
268	0,482	0,9	N	835000
280	0,584	1,0	N	863553
287	0,216	1,0	N	83497601
294	0,683	0,9	N	908905
297		0,4550	N	905517
326	0,609		N	86355302
328		0,645	N	86386303
330	0,78	1,00	N	908905
335	0,455		N	852779
349		0,608	N	863863

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
356	0,589		N	90890501
360	0,8	1,0	N	863863
361	0,612	1,0	N	863863
373	0,64	0,99	N	86386303
383		0,459	N	852779
388	0,742	1	N	908905
401	1	0,810	N	86386303
402	0,47	1	N	86355301
403	0,546	1,0	N	86386303
417	0,524	1,0	N	90551701
421	0,505		N	863863
422	0,317		N	905517
435	0,495	0,89	N	863553
442	0,557	0,9	N	00863863
444	0,523	1,0	N	863553
448	0,481	1	N	905517
455	0,418		N	905517
456	0,618	1,0	N	86386303
462	0,462		N	905517
465	0,57	0,90	N	90551701
476	0,41	1	N	835045
554	0,511	0,900	N	905517
560		0,49	N	905517
627	0,59	1,00	N	863863
630	0,516	1	N	00908905
633	0,654		N	908905
643	0,562	1,0	N	863863
644	0,68		N	863863
648	0,557	0,900	N	86386303
675	0,558	1	N	905517
677	0,645		N	863863
690	0,473		N	905517
714	0,83		N	00908905
737	0,57		N	863553
752	0,436	1	N	905517
771	0,455	1	N	905517
793	0,575		N	905517
795	0,49	1	N	863553

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	0,10		N	71682317
745	0	1	N	316

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : Siemens Healthcare

Vzorek : **D**  
Souprava : Atellica IM HBsII Ag

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,24		N	316
068	0,1	1,0	N	71681317
339	0,10		N	71681317
370	0,1	1	N	71680317
377	0,1	1,0	N	71681317
416	0,1	1,0	N	109317
426	0,1		N	71681317
445	0,1	50	N	317
537	0,1		N	71681317
605	0,10	1,0	N	71680317
609	0,1		N	317
612	0,11	1,0	N	317
761	0,1		N	71680317

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : Sorin

Vzorek : **D**  
Souprava : LIAISON HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
192	0,470	1	N	277057
347	0,467	1	N	277057
550	0,567		N	277057

Marker : **HBsAg**  
Výrobce : Sorin

Vzorek : **D**  
Souprava : LIAISON XL MUREX HBsAg Quant

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,030		N	132073A
034	0,03	0,05	N	132075
044	0,030		N	132075
053	0,03	0,05	N	132073
070	0,03		N	132073
156	0	0,05	N	132075
169	0,030	0,045	N	132073
180		0,050	N	132073
191	0,03	0,05	N	132075
198	0,030	0,050	N	132073 exp,9-26
214	0,03	0,05	N	132075
270	0,030	0,05	N	132073
299	0,030		N	132073
363	0,030		N	132073
396	0,609	1,0	N	277054
489	0,03	0,05	N	132075
625	0,510		N	277057
755	0,425		N	277057
763	0,030	0,05	N	132073

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **D**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	0,637		N	277057
760	0,11	1	N	572206
780	0,096	0,203	N	25080020
797		0,08	N	572301

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,33	1,0	N	79581FZ00
016	0,23		N	81323FZ00
026	0,29		N	81333FZ00
038	0,230	1,0	N	80218FZ00
039	0,31	1,0	N	79581FZ00
091	0,26	1,0	N	79581FZ00
095	0,20	1	N	83058FZ00
118	0,35		N	81323FZ00
164		0,22	N	81333FZ00
175	0,16		N	81323FZ00
190	0,23		N	81333FZ00
200	0,43		N	81333FZ00
218	0,28		N	81333FZ00
242	163	513,7567	N	81333FZ00
258	0,36	0,9	N	79581FZ00
281		0,27	N	79581FZ00
312	0,24		N	79570FZ00
332	0,0	0,05	N	80105FZ00
336	0,33		N	75311FZ00
354	0,25	1	N	81323FZ00
357	0,21	1,0	N	79097FZ00
365	0,59	1,0	N	79581FZ00
392	0,20	1,0	N	83058FZ00
463	0,51		N	79101FZ00
529	0,61		N	66222FZ00
533	0,22		N	79570FZ00
551	0,27	1,0	N	81323FZ00
552	0,320		N	79581FZ00
569	0,25	1,00	N	79097FZ00
638	0,21	1,0	N	82449FZ00
743	0,23	1,0	N	79570FZ00
744	0,27		N	79570FZ00
757	0,37	1,00	N	81133FZ00
767	0,31		N	79570FZ00
777	0,28	1,0	N	79581FZ00

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
028	0,54		N	80222FZ00
211	0,19	1,0	N	80246FZ00
782	151	402,0	N	80218FZ00
792	0,16		N	75231FZ00

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,220		N	80222FZ00
031	0,19		N	80246FZ00
032	0,20	1,00	N	80218FZ00
051	0,18	0,99	N	80246FZ00
064	0,21		N	80218Z00
089	0,20		N	80242FZ00
097	0,21		N	80242FZ00
099	0,24		N	80226FZ00
115	0,23		N	80222FZ00
138	0,2	1,0	N	78077FZ00
158	0,21		N	82067FZ00
172	130	619,3	N	80218FZ00
183	0,21		N	80222FZ00
219	0,25	0,85	N	78096FZ00
227	0,18	1,0	N	76448FZ00
250	0,29		N	80226FZ00
256		0,16	N	80246FZ00
266	0,17		N	80214FZ00
271	0,19	1,00	N	78096FZ00
273	0,185		N	80242FZ00
310		0,18	N	80218FZ00
311		0,14	N	80222FZ00
316	0,18		N	80222FZ00
333		0,320	N	82067FZ00
344	0,14	1,0	N	80246FZ00
350	0,53		N	82067FZ00
358	0,240	1,000	N	78077FZ00
367	0,17		N	80242FZ00
379	0,34		N	80214FZ00
381		0,20	N	80222FZ00
412	0,22	1,0	N	82067FZ00
453	0,23		N	80214FZ00
546		0,21	N	80218FZ00
566	0,17	1	N	80222FZ00
641	0,28		N	82067FZ00
672	0,19	1,0	N	82067FZ00
679		0,21	N	80222FZ00
711	0,24		N	82071FZ00

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Qualitative II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
733	0,23		N	82067FZ00

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **E**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,18	0,9	N	592341
645	0,20	0,90	N	592342
697	0,19		N	592343
702	0,11	1	N	572301
703	0,23	0,9	N	592341

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **E**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : Hepanostika HBsAg ULTRA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
437	10	0,01	N	1011324320

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **E**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	0,00	0,13	N	1011558770
018	0,01		N	1011324320
290	0,01	0,13	N	1011324320

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **E**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HBsAg ULTRA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
088	0,013	0,0523	N	4K0741
112	0,0100	0,0583	N	4M0742
262	0,0090	0,0595	N	4K0741
265	0,0350	0,0850	N	5F0745
460	0,019	0,066	N	4K0741

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **E**

Výrobce : DPC

Souprava : Immulite 2000 - HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
457	0,493	1	N	766

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **E**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core HBsAg II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,5		N	905517
241	0,467	1	N	00863863
787	0,608	1	N	905517

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **E**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035		0,62	N	00908905
037	0,515		N	00835000
090	0,519		N	90551701
176	0,462		N	86355301
213	0,564		N	863553
243	0,563	1	N	863553
244	0,841	0,9	N	835000
248	0,555	1,0	N	86386301
254	0,425	1	N	835045
257	0,503	0,90	N	90551701
264	0,555	1,0	N	905517
268	0,511	0,9	N	835000
280	0,474	1,0	N	863553
287	0,389	1,0	N	83497601
294	0,575	0,9	N	908905
297		0,4790	N	905517
326	0,627		N	86355302
328		0,649	N	86386303
330	0,689	1,00	N	908905
335	0,452		N	852779
349		0,537	N	863863
356	0,488		N	90890501
360	0,77	1,0	N	863863
361	0,560	1,0	N	863863
373	0,56	0,99	N	86386303
383		0,457	N	852779
388	0,763	1	N	908905
401	1	0,613	N	86386303
402	0,45	1	N	86355301
403	0,38	1,0	N	86386303
417	0,682	1,0	N	90551701
421	0,601		N	863863
422	0,373		N	905517
435	0,528	0,89	N	863553
442	0,541	0,9	N	00863863
444	0,571	1,0	N	863553
448	0,459	1	N	905517
455	0,477		N	905517
456	0,501	1,0	N	86386303

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **E**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HBsAg II

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
462	0,466		N	905517
465	0,56	0,90	N	90551701
476	0,34	1	N	835045
554	0,455	0,900	N	905517
560		0,43	N	905517
627	0,53	1,00	N	863863
630	0,427	1	N	00908905
633	0,674		N	908905
643	0,552	1,0	N	863863
644	0,64		N	863863
648	0,587	0,900	N	86386303
675	0,531	1	N	905517
677	0,675		N	863863
690	0,478		N	905517
714	0,87		N	00908905
737	0,69		N	863553
752	0,441	1	N	905517
771	0,409	1	N	905517
793	0,538		N	905517
795	0,525	1	N	863553

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **E**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	0,10		N	71682317
745	0,14	1	N	316

Marker : **HBsAg**

Vzorek : **E**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HBsII Ag

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,14		N	316
068	0,1	1,0	N	71681317
339	0,13		N	71681317
370	0,1	1	N	71680317
377	0,1	1,0	N	71681317
416	0,1	1,0	N	109317
426	0,1		N	71681317
445	0,11	50	N	317
537	0,1		N	71681317
605	0,10	1,00	N	71680317
609	0,1		N	317
612	0,1	1,0	N	317
761	0,1		N	71680317

# P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **HBsAg**

Výrobce : Sorin

Vzorek : **E**

Souprava : LIAISON HBsAg

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
192	0,581	1	N	277057
347	0,475	1	N	277057
550	0,545		N	277057

Marker : **HBsAg**

Výrobce : Sorin

Vzorek : **E**

Souprava : LIAISON XL MUREX HBsAg Quant

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,030		N	132073A
034	0,03	0,05	N	132075
044	0,030		N	132075
053	0,03	0,05	N	132073
070	0,03		N	132073
156	0	0,05	N	132075
169	0,030	0,045	N	132073
180		0,050	N	132073
191	0,03	0,05	N	132075
198	0,030	0,050	N	132073 exp,9-26
214	0,03	0,05	N	132075
270	0,030	0,05	N	132073
299	0,030		N	132073
363	0,030		N	132073
396	0,572	1,0	N	277054
489	0,03	0,05	N	132075
625	0,549		N	277057
755	0,475		N	277057
763	0,030	0,05	N	132073

Marker : **HBsAg**

Výrobce : x

Vzorek : **E**

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	0,627		N	277057
760	0,11	1	N	572206
780	0,075	0,203	N	25080020
797		0,09	N	572301

Marker : **HBsAg Conf.**

Výrobce :

Vzorek : **A**

Souprava : NEUVEDENÁ SOUPRAVA

Lab.	Hodnocení	Šarže
018	P	
703	P	

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **A**

Výrobce :

Souprava : *NEUVEDENÁ SOUPRAVA*

Lab.	Hodnocení	Šarže
745	P	

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HBsAg Qualitative II Confirmatory

Lab.	Hodnocení	Šarže
038	P	82087FZ00
118	P	66212FZ00
138	P	82089FZ00
180	P	84491FZ00
365	P	74350FZ00
392	P	82455FZ00
551	P	75301FZ00
552	P	75301FZ00

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Confirmatory

Lab.	Hodnocení	Šarže
028	P	82087FZ00
032	P	75151FZ00
089	P	74179FZ00
115	P	76454FZ00
211	P	76454FZ00
316	P	78371FZ00
333	P	76454FZ00
344	P	78371FZ00
358	P	81080FZ00
566	P	82087FZ00
641	P	78371FZ00
782	P	73618FZ00
792	P	75231FZ00

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **A**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBsAg Conf. test

Lab.	Hodnocení	Šarže
702	P	

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **A**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HBs Ag Confirmation

Lab.	Hodnocení	Šarže
005	P	1011277690

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzorek , souprav

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **A**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HBs Ag Confirmation

Lab.	Hodnocení	Šarže
460	P	1011584490

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **A**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HBsAg Confirmation

Lab.	Hodnocení	Šarže
039	P	530073
088	P	4J0073

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **A**

Výrobce : Dia.Pro Diagnostic BioProbes

Souprava : HBs Ag Conf.

Lab.	Hodnocení	Šarže
241	P	C8T10/35

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HBsAg Conf. Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
287	P	
356	R	8203080
388	P	852424-02
554	P	905517
627	P	852424
643	P	852424
644	P	852424
690	P	852897

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **A**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HBsII Conf

Lab.	Hodnocení	Šarže
068	P	322660727
339	P	322660727

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON HBsAg Confirm.Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
214	P	6250700

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL HBsAg Confirm. Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
013	P	132073
033	P	6250690A
034	P	6250700A
044	P	6250700A
156	P	6250710A
363	P	6252690A
396	P	277054
489	P	6250710A

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : Murex HBsAg Confirmatory Version 3

Lab.	Hodnocení	Šarže
755	R	277057

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **A**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	Hodnocení	Šarže
011	P	82087FZ00
354	P	
797	P	593880

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **B**

Výrobce :

Souprava : *NEUVEDENÁ SOUPRAVA*

Lab.	Hodnocení	Šarže
018		
703	N	
745		

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HBsAg Qualitative II Confirmatory

Lab.	Hodnocení	Šarže
038		82087FZ00
118		66212FZ00
138		82089FZ00
180		84491FZ00
365		74350FZ00
392		82455FZ00
551		75301FZ00
552		75301FZ00

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Confirmatory

Lab.	Hodnocení	Šarže
028		82087FZ00
032	N	75151FZ00
089		74179FZ00
115		76454FZ00
211		76454FZ00
316		78371FZ00
333		76454FZ00
344		78371FZ00
358		81080FZ00
566		82087FZ00
641		78371FZ00
782		73618FZ00
792		75231FZ00

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **B**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBsAg Conf. test

Lab.	Hodnocení	Šarže
702		

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **B**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HBs Ag Confirmation

Lab.	Hodnocení	Šarže
005		1011277690
460		1011584490

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **B**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HBsAg Confirmation

Lab.	Hodnocení	Šarže
039		530073
088		4J0073

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **B**

Výrobce : Dia.Pro Diagnostic BioProbes

Souprava : HBs Ag Conf.

Lab.	Hodnocení	Šarže
241	K	C8T10/35

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HBsAg Conf. Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
287		
356		8203080
388		852424-02
554	N	905517
627		852424
643		852424
644		852424
690		852897

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **B**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HBsII Conf

Lab.	Hodnocení	Šarže
068		322660727
339		322660727

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON HBsAg Confirm.Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
214		6250700

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL HBsAg Confirm. Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
013	N	132073
033		6250690A
034		6250700A
044		6250700A
156		6250710A
363		6252690A
396		277054
489		6250710A

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : Murex HBsAg Confirmatory Version 3

Lab.	Hodnocení	Šarže
755		277057

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzorek , souprav

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **B**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	Hodnocení	Šarže
011		82087FZ00
354		
797		593880

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **C**

Výrobce :

Souprava : NEUVEDENÁ SOUPRAVA

Lab.	Hodnocení	Šarže
018		
703	N	
745		

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HBsAg Qualitative II Confirmatory

Lab.	Hodnocení	Šarže
038		82087FZ00
118		66212FZ00
138		82089FZ00
180		84491FZ00
365		74350FZ00
392		82455FZ00
551		75301FZ00
552		75301FZ00

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Confirmatory

Lab.	Hodnocení	Šarže
028		82087FZ00
032	N	75151FZ00
089		74179FZ00
115		76454FZ00
211		76454FZ00
316		78371FZ00
333		76454FZ00
344		78371FZ00
358		81080FZ00
566		82087FZ00
641		78371FZ00
782		73618FZ00
792		75231FZ00

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **C**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBsAg Conf. test

Lab.	Hodnocení	Šarže
702		

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **C**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HBs Ag Confirmation

Lab.	Hodnocení	Šarže
005		1011277690
460		1011584490

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **C**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HBsAg Confirmation

Lab.	Hodnocení	Šarže
039		530073
088		4J0073

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **C**

Výrobce : Dia.Pro Diagnostic BioProbes

Souprava : HBs Ag Conf.

Lab.	Hodnocení	Šarže
241	K	C8T10/35

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **C**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HBsAg Conf. Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
287		
356		8203080
388		852424-02
554	N	905517
627		852424
643		852424
644		852424
690		852897

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **C**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HBsII Conf

Lab.	Hodnocení	Šarže
068		322660727
339		322660727

# Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **C**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON HBsAg Confirm.Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
214		6250700

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **C**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL HBsAg Confirm. Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
013	N	132073
033		6250690A
034		6250700A
044		6250700A
156		6250710A
363		6252690A
396		277054
489		6250710A

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **C**

Výrobce : Sorin

Souprava : Murex HBsAg Confirmatory Version 3

Lab.	Hodnocení	Šarže
755		277057

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **C**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	Hodnocení	Šarže
011		82087FZ00
354		
797		593880

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **D**

Výrobce :

Souprava : NEUVEDENÁ SOUPRAVA

Lab.	Hodnocení	Šarže
018		
703	N	
745		

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HBsAg Qualitative II Confirmatory

Lab.	Hodnocení	Šarže
038		82087FZ00
118		66212FZ00

## Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HBsAg Qualitative II Confirmatory

Lab.	Hodnocení	Šarže
138		82089FZ00
180		84491FZ00
365		74350FZ00
392		82455FZ00
551		75301FZ00
552		75301FZ00

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **D**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Confirmatory

Lab.	Hodnocení	Šarže
028		82087FZ00
032	N	75151FZ00
089		74179FZ00
115		76454FZ00
211		76454FZ00
316		78371FZ00
333		76454FZ00
344		78371FZ00
358		81080FZ00
566		82087FZ00
641		78371FZ00
782		73618FZ00
792		75231FZ00

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **D**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBsAg Conf. test

Lab.	Hodnocení	Šarže
702		

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **D**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HBs Ag Confirmation

Lab.	Hodnocení	Šarže
005		1011277690
460		1011584490

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **D**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HBsAg Confirmation

Lab.	Hodnocení	Šarže
039		530073
088		4J0073

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **D**

Výrobce : Dia.Pro Diagnostic BioProbes

Souprava : HBs Ag Conf.

Lab.	Hodnocení	Šarže
241	K	C8T10/35

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **D**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HBsAg Conf. Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
287		
356		8203080
388		852424-02
554	N	905517
627		852424
643		852424
644		852424
690		852897

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **D**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HBsII Conf

Lab.	Hodnocení	Šarže
068		322660727
339		322660727

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **D**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON HBsAg Confirm.Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
214		6250700

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **D**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL HBsAg Confirm. Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
013	N	132073
033		6250690A
034		6250700A
044		6250700A
156		6250710A
363		6252690A
396		277054
489		6250710A

## Přijaté výsledky z laboratorie - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **D**

Výrobce : Sorin

Souprava : Murex HBsAg Confirmatory Version 3

Lab.	Hodnocení	Šarže
755		277057

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **D**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	Hodnocení	Šarže
011		82087FZ00
354		
797		593880

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **E**

Výrobce :

Souprava : NEUVEDENÁ SOUPRAVA

Lab.	Hodnocení	Šarže
018		
703	N	
745		

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HBsAg Qualitative II Confirmatory

Lab.	Hodnocení	Šarže
038		82087FZ00
118		66212FZ00
138		82089FZ00
180		84491FZ00
365		74350FZ00
392		82455FZ00
551		75301FZ00
552		75301FZ00

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Confirmatory

Lab.	Hodnocení	Šarže
028		82087FZ00
032	N	75151FZ00
089		74179FZ00
115		76454FZ00
211		76454FZ00
316		78371FZ00
333		76454FZ00
344		78371FZ00
358		81080FZ00

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **E**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HBsAg Confirmatory

Lab.	Hodnocení	Šarže
566		82087FZ00
641		78371FZ00
782		73618FZ00
792		75231FZ00

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **E**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HBsAg Conf. test

Lab.	Hodnocení	Šarže
702		

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **E**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HBs Ag Confirmation

Lab.	Hodnocení	Šarže
005		1011277690
460		1011584490

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **E**

Výrobce : Bio-Rad

Souprava : Monolisa HBsAg Confirmation

Lab.	Hodnocení	Šarže
039		530073
088		4J0073

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **E**

Výrobce : Dia.Pro Diagnostic BioProbes

Souprava : HBs Ag Conf.

Lab.	Hodnocení	Šarže
241	K	C8T10/35

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **E**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HBsAg Conf. Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
287		
356		8203080
388		852424-02
554	N	905517
627		852424
643		852424
644		852424
690		852897

## P íjaté výsledky z laborato í - podle marker , vzork , souprav

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **E**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM HBsII Conf

Lab.	Hodnocení	Šarže
068		322660727
339		322660727

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **E**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON HBsAg Confirm.Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
214		6250700

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **E**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL HBsAg Confirm. Test

Lab.	Hodnocení	Šarže
013	N	132073
033		6250690A
034		6250700A
044		6250700A
156		6250710A
363		6252690A
396		277054
489		6250710A

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **E**

Výrobce : Sorin

Souprava : Murex HBsAg Confirmatory Version 3

Lab.	Hodnocení	Šarže
755		277057

Marker : **HBsAg Conf.**

Vzorek : **E**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	Hodnocení	Šarže
011		82087FZ00
354		
797		593880