

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Výběrové podmínky : Série = 1552

Třídění dat podle : Lab.

Marker : **HIV-RNA**

Vzorek : **A**

Výrobce :

Souprava :

Lab.	závěr	Šarže
011	P	
037	P	
039	P	
053	P	
065	P	
070	P	
091	P	
095	P	
097	P	
115	P	
156	P	
164	P	
175	P	
176	P	
183	P	
200	P	
211	P	
218	P	
219	P	
228	P	
243	P	
297	P	
341	P	
354	P	
356	P	
369	P	
388	P	
392	P	
430	P	
560	P	
595	P	
702	P	
777	P	
782	N	
784	P	
786	P	

Marker : **HIV-RNA**

Vzorek : **B**

Výrobce :

Souprava :

Lab.	závěr	Šarže
011	N	
037	N	
039	N	
053	N	

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HIV-RNA**

Vzorek : **B**

Výrobce :

Souprava :

Lab.	závěr	Šarže
065	N	
070	N	
091	N	
095	N	
097	N	
115	N	
156	N	
164	N	
175	N	
176	N	
183	N	
200	N	
211	N	
218	N	
219	N	
228	N	
243	N	
297	N	
341	N	
354	N	
356	N	
369	N	
388	N	
392	N	
430	N	
560	N	
595	N	
702	N	
777	N	
782	N	
784	N	
786	N	

Marker : **HIV-RNA**

Vzorek : **C**

Výrobce :

Souprava :

Lab.	závěr	Šarže
011	P	
037	P	
039	P	
053	P	
065	P	
070	P	
091	P	
095	P	
097	P	
115	P	

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HIV-RNA**

Vzorek : **C**

Výrobce :

Souprava :

Lab.	závěr	Šarže
156	P	
164	P	
175	P	
176	P	
183	P	
200	P	
211	P	
218	P	
219	P	
228	P	
243	P	
297	P	
341	P	
354	P	
356	P	
369	P	
388	P	
392	P	
430	P	
560	P	
595	P	
702	P	
777	P	
782	P	
784	P	
786	P	

Marker : **HIV-RNA**

Vzorek : **D**

Výrobce :

Souprava :

Lab.	závěr	Šarže
011	P	
037	P	
039	P	
053	P	
065	P	
070	P	
091	P	
095	P	
097	P	
115	P	
156	P	
164	P	
175	P	
176	P	
183	P	
200	P	

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HIV-RNA**

Vzorek : **D**

Výrobce :

Souprava :

Lab.	závěr	Šarže
211	P	
218	P	
219	P	
228	P	
243	P	
297	P	
341	P	
354	P	
356	P	
369	P	
388	P	
392	P	
430	P	
560	P	
595	P	
702	P	
777	P	
782	P	
784	P	
786	P	

Marker : **HIV-RNA**

Vzorek : **E**

Výrobce :

Souprava :

Lab.	závěr	Šarže
011	N	
037	N	
039	N	
053	N	
065	N	
070	N	
091	N	
095	N	
097	N	
115	N	
156	N	
164	N	
175	N	
176	N	
183	N	
200	N	
211	N	
218	N	
219	N	
228	N	
243	N	
297	N	

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **HIV-RNA**

Vzorek : **E**

Výrobce :

Souprava :

Lab.	závěr	Šarže
341	N	
354	N	
356	N	
369	N	
388	N	
392	N	
430	N	
560	N	
595	N	
702	N	
777	N	
782	N	
784	N	
786	N	