

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Výběrové podmínky : Série = 1557

Třídění dat podle : Lab.

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HAVAB IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	3,46	0,8	P	82053BE00
016	3,22		P	80220BE00
026	3,73		P	80220BE00
039	3,70	1,0	P	82053BE00
118	4,57		P	80220BE00
258	2,82	0,8	R	80220BE00
312	3,49		R	82053BE00
332	3,29	1,0	P	82053BE00
336	3,56		R	76354BE00
354	3,53	1,2	P	82053BE00
357	3,18	0,8	P	76354BE00
365	3,05	0,8	P	80225BE00
392	3,24		P	82520BE00
463	3,59		P	80220BE00
529	3,07		R	80220BE00
551	3,94	1,0	P	82053BE00
552	3,330		R	80220BE00
569	3,56	1,00	P	82053BE00
638	3,1	0,8	R	80220BE00
743	3,01	0,8	R	72157BE00
744	3,67		R	79048BE00
757	2,97	1,20	P	81421BE00
767	3,52		R	76354BE00

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HAVAB - IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	4,630		R	77552BE00
028	5,1		P	76093BE00
031	5,33		R	82472BE00
032	4,94	1,00	R	77552BE00
038	4,860		P	77552BE00
051	5,38	0,8	P	77552BE00
064	5,83		P	82472BE00
088	5,25		P	77552bE00
089	5,03		P	82472BE00
115	5,14		P	77551BE00
138	5,69	1,2	R	77552BE00
158	5,33		R	77552BE00
211	4,37	1,0	R	82471BE00
227	5,43	1,0	R	82472BE00
310		4,41	R	77552BE00
316	4,47		P	82471BE00
333		5,04	P	77552BE00

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HAVAB - IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
344	4,78		R	77552BE00
350	4,55		P	77552BE00
358	4,465	0,800	R	77552BE00
361	5,59	0,8	P	77552
379	4,46		P	77552BE00
381		4,93	R	79088BE00
412	5,44	1,0	R	77552BE00
453	5,13		P	77552BE00
566	5,03	1	P	82472BE00
641	5,48	1113,5	R	82472BE00
672	5,52	0,8	P	77552BE00
679		5,07	R	77551BE00
711	6,46		R	82472BE00
733	5,25	1,2	R	77551BE00
792	4,95		P	47238BE00

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **A**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	18,58	1	P	594154
645	20,51	1,0	P	594155
702	13,54	1	P	572282
760	12,27	1	R	572282

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **A**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	1,75	0,40	P	1011689230
018	1,81		P	1011689230
290	1,6	0,4	P	1011689230
355	1,73		P	1011689230
714	1,78		P	1011689230

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **A**

Výrobce : Dia.Pro Diagnostic BioProbes

Souprava : HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
460	2,333	0,330	P	1025/D

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core A-HAV IgM II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	7,8		R	914915
241	7,88	1	P	00887580

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys Anti-HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035	7,35		P	00914965
037	8,120		P	914965
068	7,92	1,0	P	914915
213	7,96		R	906859
287	7,970	1,0	P	91496501
294	7,27	1,0	P	906869
326	8,24		R	887556
328		7,45	R	91496501
349		7,97	R	914965
356	7,26		R	86624201
360	6,06	1,0	R	931071
370	7,78	1,0	R	00914965
373	7,46		P	04015630917778
388	7,94	1	P	00914965
421	7,77		R	91496501
435	8,50	0,99	R	887556
444	8,7	1,0	P	906859
455	7,75		R	906859
456	7,88	1,0	R	(10)91496501
462	7,71		R	914915
465	8,10	1,00	P	(10)88755602
476	8,00	1	R	914915
554	8,300	1,0	P	914915
560	7,93	0,99	P	914915
627	7,68	1,00	P	914965
630	7,41	1	R	00914965
633	7,81		P	00914965
643	7,61	1,0	P	914965
675	7,79	1	P	914915
690		8,30	P	887556
771	8,71	1	R	887556
787	8,230		P	887556
793	8,11		P	887556
795	7,52		P	914915

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **A**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
------	----	----	-----------	-------

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

171		3,89	R	13699213
745	4	1	P	213

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **A**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM aHAVM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	3,8		R	214
426	3,82		P	41334214
445	3,98	1,2	P	214
612	3,84	0,8	R	41334214
761	3,49		P	41334214

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	6,35		P	323036
053	8,04	0,9	P	323035
056	4,97	1	P	323036
192	5,71	1,0	P	323036
396	9,33	1,0	P	323035
737	7,29		P	323035

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	8,16		P	323035
034	5,91	1	P	323036
044	7,65		P	323036
070	6,61		P	323036
156	6,08		P	323036
214	7,54	0,9	P	323036
299	7,35		P	323035
339	8,13		R	323035
347	8,97	1	R	323035
363	8,78		P	323034
407	6,4	1	P	
489	6,19	1,1	P	323037
550	9,82	0,9	R	323035
755	9,26		P	323035
763	8,73	1,1	P	323035

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **A**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
------	----	----	-----------	-------

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

797	11,05	P	572282
-----	-------	---	--------

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HAVAB IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,10	0,8	N	82053BE00
016	0,15		N	80220BE00
026	0,16		N	80220BE00
039	0,25	1,0	N	82053BE00
118	0,31		N	80220BE00
258	0,13	0,8	N	80220BE00
312	0,09		N	82053BE00
332	0,08	1,0	N	82053BE00
336	0,12		N	76354BE00
354	0,11	1,2	N	82053BE00
357	0,11	0,8	N	76354BE00
365	0,12	0,8	N	80225BE00
392	0,14		N	82520BE00
463	0,10		N	80220BE00
529	0,14		N	80220BE00
551	0,11	1,0	N	82053BE00
552	0,170		N	80220BE00
569	0,19	1,00	N	82053BE00
638	0,09	0,8	N	80220BE00
743	0,12	0,8	N	72157BE00
744	0,09		N	79048BE00
757	0,10	1,20	N	81421BE00
767	0,18		N	76354BE00

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HAVAB - IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,070		N	77552BE00
028	0,20		N	76093BE00
031	0,13		N	82472BE00
032	0,15	1,00	N	77552BE00
038	0,070		N	77552BE00
051	0,09	0,8	N	77552BE00
064	0,19		N	82472BE00
088	0,1		N	77552bE00
089	0,12		N	82472BE00
115	0,06		N	77551BE00
138	0,08	1,2	N	77552BE00
158	0,08		N	77552BE00
211	0,1	1,0	N	82471BE00
227	0,11	1,0	N	82472BE00
310		0,08	N	77552BE00
316	0,07		N	82471BE00

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HAVAB - IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
333		0,08	N	77552BE00
344	0,12		N	77552BE00
350	0,08		N	77552BE00
358	0,095	0,800	N	77552BE00
361	0,08	0,8	N	77552
379	0,08		N	77552BE00
381		0,20	N	79088BE00
412	0,07	1,0	N	77552BE00
453	0,08		N	77552BE00
566	0,12	1	N	82472BE00
641	0,19	1113,5	N	82472BE00
672	0,07	0,8	N	77552BE00
679		0,09	N	77551BE00
711	0,15		N	82472BE00
733	0,09	1,2	N	77551BE00
792	0,12		N	47238BE00

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **B**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,22	1	N	594154
645	0,07	1,0	N	594155
702	0,11	1	N	572282
760	0,1	1	N	572282

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **B**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	0,04	0,40	N	1011689230
018	0,04		N	1011689230
290	0,03	0,4	N	1011689230
355	0,03		N	1011689230
714	0,03		N	1011689230

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **B**

Výrobce : Dia.Pro Diagnostic BioProbes

Souprava : HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
460	0,197	0,330	N	1025/D

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core A-HAV IgM II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,3		N	914915
241	0,245	1	N	00887580

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys Anti-HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035	0,28		N	00914965
037	0,315		N	914965
068	0,275	1,0	N	914915
213	0,311		N	906859
287	0,303	1,0	N	91496501
294	0,339	1,0	N	906869
326	0,283		N	887556
328		0,0288	N	91496501
349		0,278	N	914965
356	0,308		N	86624201
360	0,26	1,0	N	931071
370	0,31	1,0	N	00914965
373	0,31		N	04015630917778
388	0,310	1	N	00914965
421	0,295		N	91496501
435	0,27	0,99	N	887556
444	0,335	1,0	N	906859
455	0,314		N	906859
456	0,297	1,0	N	(10)91496501
462	0,30		N	914915
465	0,32	1,00	N	(10)88755602
476	0,293	1	N	914915
554	0,307	1,0	N	914915
560	0,3	0,99	N	914915
627	0,29	1,00	N	914965
630	0,28	1	N	00914965
633	0,287		N	00914965
643	0,283	1,0	N	914965
675	0,28	1	N	914915
690		0,288	N	887556
771	0,285	1	N	887556
787	0,304		N	887556
793	0,282		N	887556
795	0,285		N	914915

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **B**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
------	----	----	-----------	-------

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

171		0,10	N	13699213
745	0,19	1	N	213

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **B**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM aHAVM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,11		N	214
426	0,14		N	41334214
445	0,12	1,2	N	214
612	0,18	0,8	N	41334214
761	0,16		N	41334214

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	0,198		N	323036
053	0,22	0,9	N	323035
056	0,146	1	N	323036
192	0,111	1,0	N	323036
396	0,193	1,0	N	323035
737	0,19		N	323035

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,287		N	323035
034	0,13	1	N	323036
044	0,183		N	323036
070	0,25		N	323036
156	0,147		N	323036
214	0,232	0,9	N	323036
299	0,229		N	323035
339	0,25		N	323035
347	0,22	1	N	323035
363	0,17		N	323034
407	0,2	1	N	
489	0,16	1,1	N	323037
550	0,260	0,9	N	323035
755	0,224		N	323035
763	0,274	1,1	N	323035

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **B**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
------	----	----	-----------	-------

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

797	0,10	N	572282
-----	------	---	--------

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HAVAB IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,10	0,8	N	82053BE00
016	0,18		N	80220BE00
026	0,15		N	80220BE00
039	0,14	1,0	N	82053BE00
118	0,21		N	80220BE00
258	0,12	0,8	N	80220BE00
312	0,100		N	82053BE00
332	0,09	1,0	N	82053BE00
336	0,1		N	76354BE00
354	0,1	1,2	N	82053BE00
357	0,09	0,8	N	76354BE00
365	0,13	0,8	N	80225BE00
392	0,14		N	82520BE00
463	0,13		N	80220BE00
529	0,12		N	80220BE00
551	0,09	1,0	N	82053BE00
552	0,150		N	80220BE00
569	0,12	1,00	N	82053BE00
638	0,08	0,8	N	80220BE00
743	0,12	0,8	N	72157BE00
744	0,08		N	79048BE00
757	0,09	1,20	N	81421BE00
767	0,14		N	76354BE00

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HAVAB - IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,050		N	77552BE00
028	0,17		N	76093BE00
031	0,17		N	82472BE00
032	0,14	1,00	N	77552BE00
038	0,050		N	77552BE00
051	0,08	0,8	N	77552BE00
064	0,14		N	82472BE00
088	0,1		N	77552bE00
089	0,13		N	82472BE00
115	0,10		N	77551BE00
138	0,07	1,2	N	77552BE00
158	0,07		N	77552BE00
211	0,09	1,0	N	82471BE00
227	0,10	1,0	N	82472BE00
310		0,05	N	77552BE00
316	0,05		N	82471BE00

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HAVAB - IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
333		0,06	N	77552BE00
344	0,10		N	77552BE00
350	0,05		N	77552BE00
358	0,070	0,800	N	77552BE00
361	0,08	0,8	N	77552
379	0,05		N	77552BE00
381		0,25	N	79088BE00
412	0,06	1,0	N	77552BE00
453	0,08		N	77552BE00
566	0,12	1	N	82472BE00
641	0,34	1113,5	N	82472BE00
672	0,06	0,8	N	77552BE00
679		0,08	N	77551BE00
711	0,13		N	82472BE00
733	0,08	1,2	R	77551BE00
792	0,13		N	47238BE00

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **C**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	0,24	1	N	594154
645	0,06	1,0	N	594155
702	0,05	1	N	572282
760	0,04	1	N	572282

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **C**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	0,00	0,40	N	1011689230
018	0,01		N	1011689230
290	0,00	0,4	N	1011689230
355	0,00		N	1011689230
714	0		N	1011689230

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **C**

Výrobce : Dia.Pro Diagnostic BioProbes

Souprava : HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
460	0,077	0,330	N	1025/D

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **C**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core A-HAV IgM II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,27		N	914915
241	0,208	1	N	00887580

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **C**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys Anti-HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035	0,25		N	00914965
037	0,289		N	914965
068	0,247	1,0	N	914915
213	0,274		N	906859
287	0,273	1,0	N	91496501
294	0,322	1,0	N	906869
326	0,236		N	887556
328		0,26	N	91496501
349		0,254	N	914965
356	0,287		N	86624201
360	0,24	1,0	N	931071
370	0,28	1,0	N	00914965
373	0,28		N	04015630917778
388	0,283	1	N	00914965
421	0,271		N	91496501
435	0,25	0,99	N	887556
444	0,295	1,0	N	906859
455	0,278		N	906859
456	0,266	1,0	N	(10)91496501
462	0,26		N	914915
465	0,28	1,00	N	(10)88755602
476	0,317	1	N	914915
554	0,270	1,0	N	914915
560	0,27	0,99	N	914915
627	0,26	1,00	N	914965
630	0,248	1	N	00914965
633	0,263		N	00914965
643	0,254	1,0	N	914965
675	0,25	1	N	914915
690		0,245	N	887556
771	0,243	1	N	887556
787	0,259		N	887556
793	0,241		N	887556
795	0,250		N	914915

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **C**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
------	----	----	-----------	-------

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

171		0,10	N	13699213
745	0,18	1	N	213

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **C**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM aHAVM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	0,12		N	214
426	0,14		N	41334214
445	0,14	1,2	N	214
612	0,18	0,8	N	41334214
761	0,17		N	41334214

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **C**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	0,100		N	323036
053	0,12	0,9	N	323035
056	0,1	1	N	323036
192	0,100	1,0	N	323036
396	0,100	1,0	N	323035
737	0,1		N	323035

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **C**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL HAV IgM

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,297		N	323035
034	0,1	1	N	323036
044	0,103		N	323036
070	0,111		N	323036
156	1,68		N	323036
214	0,130	0,9	N	323036
299	0,149		N	323035
339	0,11		N	323035
347	0,10	1	N	323035
363	0,10		N	323034
407	0,1	1	N	
489	0,10	1,1	N	323037
550	0,138	0,9	N	323035
755	0,1		N	323035
763	0,106	1,1	N	323035

Marker : **Anti-HAV IgM**

Vzorek : **C**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
------	----	----	-----------	-------

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

797	0,04	N	572282
-----	------	---	--------

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HAVAb-IgG

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	7,00	1,0	P	81421BE00
016	8,29		P	79090BE00
026	8,39		P	79090BE00
039	8,78	1,0	P	81421BE00
118	7,64		P	81421BE00
258	7,81	1,0	R	79090BE00
312	7,44		R	81421BE00
332	7,07	1,0	P	79091BE00
336	8,98		R	72396BE00
354	7,3	1	P	81421BE00
357	7,01	1,0	P	75248BE00
365	7,38	1,0	P	79091BE00
392	7,49		P	81421BE00
463	8,56		P	79090BE00
529	7,37		P	81421BE00
551	7,13	1,0	P	81421BE00
552	7,770		R	81421BE00
569	7,51	1,00	P	91421BE00
638	7,47	1,0	R	81421BE00
743	7,27	1,0	R	79090BE00
744	6,70		R	79090BE00
757	6,77	1,00	P	82053BE00
767	7,13		R	75248BE00

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HAVAB - IgG

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	5,440		R	81411BE00
028	6,7		P	77173BE00
031	7,38		R	81411BE00
032	6,98	1,00	R	81411BE00
038	4,220		P	79089BE00
051	7,48	0,99	P	81411BE00
064	7,11		P	81411BE00
088	6,88		P	81411BE00
089	7,77		P	81411BE00
115	5,78		P	75229BE00
138	4,63	1,0	R	79089BE00
211	7,4	1,0	R	79088BE00
227	7,67	1,0	R	81411BE00
310		4,22	R	79089BE00
316	7,76		P	79088BE00
333		7,35	P	81411BE00

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HAVAB - IgG

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
344	7,67		R	81411BE00
350	6,63		P	81411BE00
358	7,400	1,000	R	79089BE00
361	6,61	0,9	P	81411
379	5,10		P	81411BE00
381		7,53	R	82471BE00
412	7,71	1,0	R	81411BE00
453	8,30		P	79089BE00
566	7,2	1	P	81411BE00
641	7,76	3811,6	R	81411BE00
672	7,63	1,0	P	81411BE00
679		7,38	R	81411BE00
711	4,19		R	81411BE00
733	8,55	1	R	75229BE00
792	6,11		P	46483BE0

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HAV Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	OVER	40	P	594045
627	82	35	P	594047
645	over	35,0	P	594047
702	0,02	1	P	572284
760	0,02	1	R	572064

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **A**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS Anti-HAV Total

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	400	15	P	1011578530
018	over		P	1011578530
290	400	15	P	1011578530
355	750		P	1011578530
714	OVER		P	1011578530

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Dia.Pro Diagnostic BioProbes

Souprava : HAV Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
460	0,165	0,886	P	1025

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core A-HAV total II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,01		R	911314
241	0,014	1	P	000841637

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HAV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035	60,00		P	00868456
037	0,015		P	868456
068	0,00950	1,0	P	911314
213	0,0115		R	868268
287	0,280	20,0	N	84163701
294	0,016	1,0	P	868456
326	0,0118		R	868268
328		0,018	R	84163701
349		0,016	R	868456
356	0,016		R	86845601
360	0,02	1,0	R	868456
370	0,016	1,0	R	00868495
373	0,02		P	07613336129722
388	0,017	1	P	00868456
421	0,016		R	86845601
435	0,01	1,01	N	911314
444	0,0116	1,0	P	868268
455	0,00961		R	911314
456	0,015	1,0	R	91132201
462	0,01		R	911314
465	0,01	1,00	P	(10)91131401
476	0,012	1	R	868268
554	0,009	1,0	P	911314
560	0,01	1,01	P	911314
630	0,017	1	R	00868456
633	0,016		P	00868456
643	0,017	1,0	P	868456
644	0,02		P	911322
675	0,01	1	P	911314
771	0,0126	1	R	868268
787	0,013		P	868268
793	0,00946		P	911314
795	0,0121		P	868268

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HAV total

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	100,0		R	39422306

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HAV total

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
745	100	20	P	306

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM aHAVT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	OVER		R	307
426	100		P	96912307
445	100	20	P	307
612	100	20	R	96912307
761	OVER		P	96912307

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON anti-HAV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	0,100		P	322023
056	0,1	1	P	322023
192	0,100	1,0	P	322023
396	0,100	1,0	P	322024
737	0,1		P	322023

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **A**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL anti-HAV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,100		P	322025
034	0,1	1	P	322023
044	0,100		P	322023
070	0,1		P	322023
156	0,1		P	322023
214	0,1	1,1	P	322023
299	0,100		P	322025
339	0,1		R	322025
347	0,10	1	R	322025
363	0,10		P	322023
407	10	1	P	
489	0,10	1,1	P	322025
550	0,1	1,1	R	322025
755	0,1		P	322024
763	0,100	0,9	P	322025

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **A**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
053	0,1	0,9	P	322024
797		0,02	P	572284

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HAVAb-IgG

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	8,45	1,0	P	81421BE00
016	9,36		P	79090BE00
026	9,79		P	79090BE00
039	9,87	1,0	P	81421BE00
118	9,10		P	81421BE00
258	9,32	1,0	R	79090BE00
312	9,04		R	81421BE00
332	8,16	1,0	P	79091BE00
336	11,76		R	72396BE00
354	9,04	1	P	81421BE00
357	7,99	1,0	P	75248BE00
365	8,90	1,0	P	79091BE00
392	8,73		P	81421BE00
463	9,37		P	79090BE00
529	8,6		P	81421BE00
551	8,17	1,0	P	81421BE00
552	9,010		R	81421BE00
569	8,41	1,00	P	91421BE00
638	8,95	1,0	R	81421BE00
743	8,6	1,0	R	79090BE00
744	8,23		P	79090BE00
757	7,99	1,00	P	82053BE00
767	7,54		R	75248BE00

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HAVAB - IgG

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	6,290		R	81411BE00
028	7,97		P	77173BE00
031	8,78		R	81411BE00
032	8,42	1,00	R	81411BE00
038	4,620		P	79089BE00
051	8,69	0,99	P	81411BE00
064	8,33		P	81411BE00
088	6,54		P	81411BE00
089	9,32		P	81411BE00
115	6,95		P	75229BE00
138	5,26	1,0	R	79089BE00

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HAVAB - IgG

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
211	9,31	1,0	R	79088BE00
227	7,9	1,0	R	81411BE00
310		4,81	R	79089BE00
316	9,16		P	79088BE00
333		7,23	P	81411BE00
344	9,11		R	81411BE00
350	7,88		P	81411BE00
358	8,835	1,000	R	79089BE00
361	9,0	0,9	P	81411
379	6,43		P	81411BE00
381		8,62	R	82471BE00
412	9,18	1,0	R	81411BE00
453	9,85		P	79089BE00
566	9,31	1	P	81411BE00
641	9,30	3811,6	R	81411BE00
672	9,19	1,0	P	81411BE00
679		8,27	R	81411BE00
711	7,95		R	81411BE00
733	9,81	1	R	75229BE00
792	6,95		P	46483BE0

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HAV Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	OVER	40	P	594045
627	82	35	P	594047
645	over	35,0	P	594047
702	0,04	1	P	572284
760	0,04	1	R	572064

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **B**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS Anti-HAV Total

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	381	15	P	1011578530
018	382		P	1011578530
290	390	15	P	1011578530
355	440		P	1011578530
714	OVER		P	1011578530

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Dia.Pro Diagnostic BioProbes

Souprava : HAV Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
------	----	----	-----------	-------

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

460	0,073	0,886	P	1025
-----	-------	-------	---	------

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core A-HAV total II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	0,01		R	911314
241	0,016	1	P	000841637

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HAV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035	60,00		P	00868456
037	0,017		P	868456
068	0,0113	1,0	P	911314
213	0,0137		R	868268
287	0,320	20,0	N	84163701
294	0,018	1,0	P	868456
326	0,0135		R	868268
328		0,021	R	84163701
349		0,018	R	868456
356	0,019		R	86845601
360	0,02	1,0	R	868456
370	0,018	1,0	R	00868495
373	0,02		P	07613336129722
388	0,019	1	P	00868456
421	0,018		R	86845601
435	0,01	1,01	N	911314
444	0,0140	1,0	P	868268
455	0,0115		R	911314
456	0,018	1,0	R	91132201
462	0,01		R	911314
465	0,01	1,00	P	(10)91131401
476	0,014	1	R	868268
554	0,011	1,0	P	911314
560	0,012	1,01	P	911314
630	0,019	1	R	00868456
633	0,017		P	00868456
643	0,019	1,0	P	868456
644	0,03		P	911322
675	0,01	1	P	911314
771	0,0155	1	R	868268
787	0,015		P	868268
793	0,0116		P	911314
795	0,0141		P	868268

Přijaté výsledky z laboratorí - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HAV total

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	100,0		R	39422306
745	100	20	P	306

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM aHAVT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	OVER		R	307
426	100		P	96912307
445	100	20	P	307
612	100	20	R	96912307
761	OVER		P	96912307

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON anti-HAV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	0,147		P	322023
056	0,185	1	P	322023
192	0,263	1,0	P	322023
396	0,273	1,0	P	322024
737	0,37		P	322023

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **B**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL anti-HAV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	0,304		P	322025
034	0,27	1	P	322023
044	0,302		P	322023
070	0,24		P	322023
156	0,278		P	322023
214	0,221	1,1	P	322023
299	0,242		P	322025
339	0,23		R	322025
347	0,26	1	R	322025
363	0,21		P	322023
407	3,7	1	P	
489	0,2	1,1	P	322025
550	0,225	1,1	R	322025
755	0,212		P	322024
763	0,250	0,9	P	322025

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **B**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
053	0,27	0,9	P	322024
797		0,04	P	572284

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Alinity HAVAb-IgG

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
013	0,16	1,0	N	81421BE00
016	0,23		N	79090BE00
026	0,23		N	79090BE00
039	0,17	1,0	N	81421BE00
118	0,14		N	81421BE00
258	0,19	1,0	N	79090BE00
312	0,170		N	81421BE00
332	0,23	1,0	N	79091BE00
336	0,16		N	72396BE00
354	0,12	1	N	81421BE00
357	0,08	1,0	N	75248BE00
365	0,17	1,0	N	79091BE00
392	0,11		N	81421BE00
463	0,22		N	79090BE00
529	0,16		N	81421BE00
551	0,15	1,0	N	81421BE00
552	0,120		N	81421BE00
569	0,11	1,00	N	91421BE00
638	0,11	1,0	N	81421BE00
743	1,0	1,0	R	79090BE00
744	0,18		N	79090BE00
757	0,19	1,00	N	82053BE00
767	0,08		N	75248BE00

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HAVAB - IgG

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
011	0,100		N	81411BE00
028	0,17		N	77173BE00
031	0,21		N	81411BE00
032	0,17	1,00	N	81411BE00
038	0,060		N	79089BE00
051	0,11	0,99	N	81411BE00
064	0,11		N	81411BE00
088	0,23		N	81411BE00
089	0,12		N	81411BE00
115	0,11		N	75229BE00
138	0,12	1,0	N	79089BE00

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Abbott

Souprava : Architect HAVAB - IgG

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
211	0,18	1,0	N	79088BE00
227	0,12	1,0	N	81411BE00
310		0,15	N	79089BE00
316	0,24		N	79088BE00
333		0,15	N	81411BE00
344	0,12		N	81411BE00
350	0,13		N	81411BE00
358	0,210	1,000	N	79089BE00
361	0,12	0,9	N	81411
379	0,09		N	81411BE00
381		3,82	R	82471BE00
412	0,16	1,0	N	81411BE00
453	0,19		N	79089BE00
566	0,13	1	N	81411BE00
641	3,9	3811,6	R	81411BE00
672	0,12	1,0	N	81411BE00
679		0,13	N	81411BE00
711	0,11		N	81411BE00
733	0,1	1	N	75229BE00
792	0,12		N	46483BE0

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Beckman

Souprava : ACCESS HAV Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
117	6	40	N	594045
627	2,00	35	N	594047
645	7,00	35,0	N	594047
702	1,4	1	N	572284
760	1,5	1	N	572064

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **C**

Výrobce : bioMérieux

Souprava : VIDAS Anti-HAV Total

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
005	15	15	N	1011578530
018	0		N	1011578530
290	10	15	N	1011578530
355	14,99		N	1011578530
714	15		N	1011578530

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Dia.Pro Diagnostic BioProbes

Souprava : HAV Ab

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
------	----	----	-----------	-------

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

460	2,685	0,886	N	1025
-----	-------	-------	---	------

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Roche

Souprava : Cobas Core A-HAV total II EIA

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
230	1,37		N	911314
241	1,32	1	N	000841637

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Roche

Souprava : Elecsys HAV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
035	3,00		N	00868456
037	1,300		N	868456
068	1,39	1,0	N	911314
213	1,32		N	868268
287	1,220	20,0	N	84163701
294	1,29	1,0	N	868456
326	1,35		N	868268
328		1,27	N	84163701
349		1,38	N	868456
356	1,35		N	86845601
360	1,32	1,0	N	868456
370	1,28	1,0	N	00868495
373	1,3		N	07613336129722
388	1,35	1	N	00868456
421	1,320		N	86845601
435	1,43	1,01	R	911314
444	1,32	1,0	N	868268
455	1,41		N	911314
456	1,3	1,0	N	91132201
462	1,32		N	911314
465	1,60	1,00	N	(10)91131401
476	0,135	1	R	868268
554	1,330	1,0	N	911314
560	1,41	1,01	N	911314
630	1,32	1	N	00868456
633	1,33		N	00868456
643	1,33	1,0	N	868456
644	1,39		N	911322
675	1,37	1	N	911314
771	1,34	1	N	868268
787	1,340		N	868268
793	1,38		N	911314
795	1,28		N	868268

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Siemens

Souprava : Advia Centaur XP - HAV total

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
171	0,0		N	39422306
745	0,08	20	N	306

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Siemens Healthcare

Souprava : Atellica IM aHAVT

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
055	5,6		N	307
426	5,7		N	96912307
445	7	20	N	307
612	3,3	20	N	96912307
761	7		N	96912307

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON anti-HAV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
023	1,62		N	322023
056	1,71	1	N	322023
192	1,67	1,0	N	322023
396	1,70	1,0	N	322024
737	1,8		N	322023

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **C**

Výrobce : Sorin

Souprava : LIAISON XL anti-HAV

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
033	1,54		N	322025
034	1,84	1	N	322023
044	1,75		N	322023
070	1,6		N	322023
156	0,1		N	322023
214	1,68	1,1	N	322023
299	1,64		N	322025
339	1,78		N	322025
347	1,59	1	N	322025
363	1,45		N	322023
407	0,6	1	N	
489	1,56	1,1	N	322025
550	1,69	1,1	N	322025
755	1,63		N	322024
763	1,8	0,9	N	322025

Přijaté výsledky z laboratoří - podle markerů, vzorků, souprav

Marker : **Anti-HAV total**

Vzorek : **C**

Výrobce : x

Souprava : JINY TEST

Lab.	OD	CO	Hodnocení	Šarže
053	1,57	0,9	N	322024
797		1,66	N	572284